



Dexcom Clarity

Käyttöopas

Jos haluat painetun version tästä oppaasta,
ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.

Sisällys

Sisällys	2
Dexcom Clarity -ohjelmiston esittely	5
Käyttötarkoitus/turvallisuuslausunto	5
Tietoja Dexcom Clarity -ohjelmistosta	5
Tietokone- ja Internet-määrietykset	5
Windows 8 tai 10	6
Mac OSX 10.14 tai 10.15	6
Valinnaiset tietokonekoonpanot	6
Käyttöehdot	7
Tietosuojakäytäntö ja sen toteuttaminen	7
Tekijänoikeudet	7
Ota yhteyttä Dexcomiin	7
Dexcom Clarity -ohjelmaan siirtyminen	7
Raporttiominaisuudet	8
Päivämääräalueen valinta	8
Tapahtumat	8
Raporttitulosteet	8
Tulosta raportit	8
Lataa raportit	9
Raporttien lähettäminen sähköpostitse	9
Vie raporteja	10
Yleiskatsausraportti	10
Työpöytä	10
Pitoisuustrendiyhteenvedot ja paras päivä	11
Laitteet	11
Pitoisuustrendiraportti	11
Pitoisuustrendien kuvaajat	11

Pitoisuustrendien esiintymät	12
Rebound-ilmiöt	12
Pitoisuustrenditilastot	13
Huomioitavat asiat	13
Trendit-raportti	13
Trendikäyrä	13
Peittokuvaraportti	14
Peittokaavio	14
Päivittäinen raportti	14
Päivittäinen kuvaaja	15
Vertailuraportti	15
Päivämääräalueen valitseminen	15
Vertaa trendejä	15
Vertaa peittokuva	16
Vertaa päivittäisiä	16
Vertaa tilastoja	16
Vertaa pitoisuustrendejä	16
Vertaa laitteita	16
Tilastoraportti	16
AGP-raportti	18
Lähetäminen	18
Tiedonkeruu	18
Tietoja lähettävät vastaanottimet	19
Dexcom Clarity Uploader -ohjelmiston asentaminen	19
Asetukset	19
Potilaan koko nimi	19
Hallinnoi profiilia	19
Hallinnoi suostumusta	19

Kieli- ja yksikköasetukset	19
Glukoosin aika / tavoitealue	19
Päivä ja yö	20
Erittäin korkea	20
Erittäin matala	20
AGP-tavoitealue	20
Tietojen jakaminen klinikoiden kanssa	20
Hyväksy kutsu tietojen jakamiseen	21
Tietojen jakamisen lopettaminen	21
Tuki	22
Vianmääritys	22
Tekninen tuki	23
Liite A: Dexcom Clarity -sovellus	24
Yhteenveto	24
Raportit	24
Tavoitteet	24
Profiili	24
Symbolit	27

Dexcom Clarity -ohjelmiston esittely

Käyttötarkoitus/turvallisuuslausunto

Verkkopohjainen Dexcom Clarity -ohjelma on tarkoitettu sekä kotikäyttäjien että terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön diabetespotilaiden ja heidän hoitohenkilöstönsä avuksi diabeteksenhallinnassa. Ohjelmalla voidaan tarkastella, analysoida ja arvioida aiempia glukoosinmittaustietoja diabeteksen tehokkaan hallinnan apuna. Se on tarkoitettu käytettäväksi Dexcom CGM -laitteiden apuvälineenä tietoliittymäominaisuuksien avulla.

VAROITUS Ohjelmisto ei anna mitään lääketieteellisiä neuvoja eikä sitä pidä käyttää tähän tarkoitukseen. Kotikäyttäjien on käännettävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen ennen lääketieteellisen tulkinna ja hoitomuutosten tekoa tämän ohjelmiston perusteella.

VAROITUS Terveydenhuollon ammattilaisten tulee käyttää ohjelmiston tietoja yhdessä muiden saatavilla olevien kliinisten tietojen kanssa.

Tietoja Dexcom Clarity -ohjelmistosta

Dexcom Clarity on ohjelmisto, jonka avulla voit siirtää glukoositietoja Dexcom CGM -järjestelmästä Dexcom-etäpalvelimiin datan hallinnointia varten, jotta Dexcom CGM -järjestelmän ja terveydenhuoltopalveluiden käyttäminen olisi helpompaa. Dexcom Clarity -ohjelmistolla voit siirtää ja hallinnoida dataa Dexcom G4 PLATINUM-, Dexcom G5 Mobile CGM-, Dexcom ONE (jos saatavilla)-, Dexcom G6 CGM (Dexcom G6)- ja Dexcom G7 CGM (Dexcom G7) -järjestelmistä (jos saatavilla), joista käytetään yhteisnimitystä Dexcom CGM -järjestelmät. Dexcom Clarity voi lisäksi olla tiedonsiirtoyhteydessä kolmannen osapuolen yhteentoimivien laitteiden kanssa. Katso luettelo yhteensopivista laitteista osoitteesta dexcom.com/clarity. Kolmannen osapuolen yhteentoimivat laitteet eivät ehkä ole vielä saatavana kaikissa maissa.

Kun glukoositiedot on ladattu Dexcom Clarity -ohjelmistoon, Dexcom Clarity käsittelee tiedot ja näyttää ne tietokoneissa kuvaajina, joiden avulla potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten on helpompi analysoida glukoosin trendejä ja malleja. Tietoraportit voidaan tarkistaa, tallentaa, tulostaa ja lähettää sähköpostitse.

Dexcom Clarity näyttää Dexcom CGM -järjestelmän glukoositiedot kolme tuntia niiden tallentamisen jälkeen. Tämä merkitsee sitä, että uusimmat Dexcom Clarity -sovelluksessa tarkastelemasi tiedot ovat vähintään kolme tuntia vanhoja.

Tietokone- ja Internet-määrytykset

1,5 Mb/s:n tai nopeampi Internet-yhteys vaaditaan ohjelmiston asentamiseen verkosta, tietojen lataamiseen tai verkkokäyttöoppaan lukemiseen.

Suosittelimme, että käytössäsi on asianmukainen palomuu- ja virustorjuntaohjelma, joka suojaa tietokonetta viruksilta ja haittaohjelmilta sekä tietokoneen ja siihen tallennettujen ja sillä käsiteltyjen ja siirrettyjen tietojen valtuuttamattomalta käytöltä.

Dexcom Clarity edellyttää evästeiden käyttöä moniin eri tarkoituksiin, mukaan lukien sivuston käyttöön liittyvien tietojen kerääminen, sisällön hallinta, räätälöidyn sisällön tuottaminen sekä liikenteen määrien mittaaminen ja analysointi. Evästeiden käytöstä annetaan lisää tietoa tietosuojamenettelyssämme ja evästemenettelyssämme osoitteessa: dexcom.com

Dexcom Clarity tukee seuraavia järjestelmäkoonpanoja:

Windows 8 tai 10

- 1,3 GHz:n suoritin, 1 Gt vapaata RAM-muistia ja 100 Mt vapaata levytilaa
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 tai uudempi, täysi versio
- Näytön resoluutio 1024 x 768 pikseliä tai suurempi
- Chrome, Firefox tai Microsoft Edge
- USB 2.0+ -portti tai uudempi USB-johdon yhdistämiseen datan lataamiseksi valinnaisesta Dexcom-vastaanottimesta

Mac OSX 10.14 tai 10.15

- 2,3 GHz:n suoritin ja 4 Gt vapaata RAM-muistia sekä 100 Mt vapaata levytilaa
- Näytön resoluutio 1280 x 800 pikseliä tai suurempi
- Chrome, Firefox for Mac OSX tai Safari 12, 13 ja 14
- USB 2.0+ -portti tai uudempi USB-johdon yhdistämiseen datan lataamiseksi valinnaisesta Dexcom-vastaanottimesta

Valinnaiset tietokonekoonpanot

- PDF-tiedostojen lukuohjelma raporttien tarkastelua, tallentamista ja tulostamista varten
- Tulostin raporttien tulostamista varten
- Excel-tiedostojen katseluohjelma vietyjä tietoja varten

Dexcom Clarity -sovelluksen käyttöä varten verkon tulee sallia seuraava lähtevä verkkoliikenne, mikä saattaa edellyttää välityspalvelimen ja verkon kokoonpanon muutoksia:

- dexcom.eu (ja kaikki alitoimialueet) portissa 443
- dexcom.com (ja kaikki alitoimialueet) portissa 443
- agent.mydiabetesdata.com ja DNS-takaisinkytkennän tuki osoitteessa 127.0.0.1

Dexcom Clarity Uploader -ohjelman käyttämiseksi verkossa täytyy sallia seuraava lähtevä verkkoliikenne:

- *.dexcom.eu (ja kaikki alitoimialueet) portissa 443
- *.dexcom.com (ja kaikki alitoimialueet) portissa 443

Käyttöehdot

Dexcom Clarity-sovelluksen ja Dexcom-palveluiden käyttösi on käyttöehtojen alaista. Ne voi lukea osoitteessa dexcom.com/linked/documentservice/TermsOfUse

Käyttämällä tätä opasta suostut noudattamaan sovellettavia käyttöehtoja käyttäessäsi Dexcom Clarity -sovellusta, palveluita ja tätä käyttöopasta

Tietosuojakäytäntö ja sen toteuttaminen

Lue Dexcom-tietosuojakäytäntö osoitteessa dexcom.com/linked/documentservice/PrivacyPolicy

Tekijänoikeudet

Dexcom Clarity ja tämä käyttöopas ovat Dexcom, Inc.:n ja sen lisenssinantajien omaisuutta ©2016–2022. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietokoneellesi tai muille laitteille ladattu Dexcom Clarity -ohjelmisto saattaa sisältää Dexcomin lisensoimia kolmannen osapuolen ohjelmistoja, ja niistä on ilmoitettu sivustossa clarity.dexcom.com/notices

Tässä oppaassa mainittuja kolmannen osapuolen tuotteiden tuotenimiä ja tavaramerkkejä koskevat niiden valmistajien ja jälleenmyyjien oikeudet.

Ota yhteyttä Dexcomiin

Ota yhteyttä paikalliseen Dexcomin edustajaan, jos tarvitset apua Dexcom CGM -järjestelmien käytössä, jos sinulla on kysyttävää Dexcom Clarity -sovelluksesta tai jos haluat käyttöoppaasta painetun version.

Dexcom Clarity -ohjelmaan siirtyminen

Siirry Dexcom Clarity -ohjelmaan verkossa:

1. Mene osoitteeseen clarity.dexcom.eu ja valitse **Dexcom Clarity kotikäyttäjille**.
2. Kirjaudu sisään syöttämällä Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana.

Älä luo toista Dexcom-tiliä; muutoin tietojasi ei löydy. Jos et ole varma, onko sinulla tili, kokeile palauttaa kirjautumistietosi. Sinulla on jo Dexcom-tili, jos:

- käytät Dexcom CGM -sovellusta
- lähetät tietoja Dexcom-vastaanottimesta Dexcom Clarity -ohjelmaan kotonasi
- Jos olet koskaan tilannut tarvikkeita suoraan Dexcom-yhtiöltä

Jos sinulla ei ole Dexcom-tiliä, voit luoda sellaisen sisäänkirjautumissivulla.

Dexcom Clarity -tilisi on aluekohtainen. EU:n ulkopuolella luodut tilit eivät toimi EU:ssa.

Kirjaudu ulos Dexcom Clarity -ohjelmasta valitsemalla **Kirjaudu ulos** tilinimesi alta sivun oikeasta yläkulmasta.

Raportt ominaisuudet

Dexcom Clarity -ohjelmistossa voit tarkastella glukoositietoraportteja interaktiivisten kuvaajien ja asiaankuuluvien tilastojen kanssa. Käytä [Asetukset](#)-sivua tietojen näytön ja jakamisen mukauttamiseen.

Päivämääräalueen valinta

Oletuksena Dexcom Clarity -raportit näyttävät viimeisimpien 14 päivän tiedot.

Voit muuttaa päivämääräaluetta mistä tahansa raportista seuraavasti:

1. Napsauta päivämääräaluetta.
2. Valitse viimeisimmistä päivien lukumääristä tai valitse mukautettu päivämääräalue ja valitse sitten **OK**.

Tapahtumat

Dexcom CGM -järjestelmään tallennetut tapahtumat näkyvät joissakin raporteissa. Jokainen tapahtuma näkyy kuvakkeena. Vie hiiri kuvakkeen päälle nähdäksesi lisätietoja.

Raporttitulosteet

Voit tulostaa, ladata, sähköpostittaa ja viedä raporteja Dexcom Clarity -sovelluksen yläosassa olevilla linkeillä.

Kaikki raportit luodaan tilisi oletuskielellä ja oletusmittayksiköissä. Terveystieteiden ammattilainen saattaa pyytää raporttia eri kielellä tai eri mittayksiköillä. Jos haluat lähettää raportin erilaisilla asetuksilla, siirry [Asetukset](#)-sivulle.

Tulosta raportit

Voit tulostaa raportin miltä tahansa raporttisivulta seuraavasti:

1. Napsauta sivun yläosassa olevaa **tulostus**-kuvaketta.
2. Valitse päivämääräalue.
3. Valitse viimeisin päivien lukumäärä tai napsauta päivämääräruutuja valitaksesi päivämäärät mukautettua näkymää varten. Napsauta sitten **OK**.
4. Valitse vähintään yksi tulostettava raportti.
5. Valitse **Tulosta raportti**.

Lataa raportit

Voit ladata raportin PDF-muodossa miltä tahansa raporttisivulta seuraavasti:

1. Napsauta sivun yläosassa olevaa **lataus**-kuvaketta.
2. Valitse päivämääräalue.
3. Valitse viimeisin päivien lukumäärä tai napsauta päivämääräruutuja valitaksesi päivämäärät mukautettua näkymää varten. Napsauta sitten **OK**.
4. Valitse vähintään yksi ladattava raportti.
5. Napsauta kohtaa **Tallenna raportti**.

Raporttien lähettäminen sähköpostitse

Voit lähettää raportin vain yhteen sähköpostiosoitteeseen kerrallaan. Jos haluat lähettää sen useampaan osoitteeseen, toista prosessi sen jälkeen, kun ensimmäinen sähköposti on lähetetty.

Voit lähettää sähköpostiviestin miltä tahansa raporttisivulta seuraavasti:

1. Napsauta sivun yläosassa olevaa **sähköposti**-kuvaketta.
2. Valitse päivämääräalue.
3. Valitse viimeisin päivien lukumäärä tai napsauta päivämääräruutuja valitaksesi päivämäärät mukautettua näkymää varten. Napsauta sitten **OK**.
4. Valitse vähintään yksi sähköpostitse lähetettävä raportti.
5. Napsauta kohtaa **Jatka**.
6. Syötä sähköpostiosoite ja kirjoita halutessasi viesti.
7. Valitse **Lähetä kopio itselleni** -ruutu, jos haluat saada kopion.
8. Napsauta kohtaa **Jatka**.
9. Napsauta kohtaa **Hyväksyn ehdot**, kun olet lukenut ne.

Vie raportteja

Voit viedä glukoosiarvojen raakadataa, kalibrointiarvoja ja tapahtumia Excel-tiedostoon, joka tallennetaan tietokoneellesi. Vieminen luo .csv-tiedoston.

Voit viedä raportin miltä tahansa raporttisivulta seuraavasti:

1. Napsauta sivun yläosassa olevaa **vienti**-kuvaketta.
2. Valitse päivämääräalue.
3. Valitse viimeisin päivien lukumäärä tai napsauta päivämääräruutuja valitaksesi päivämäärät mukautettua näkymää varten. Napsauta sitten **OK**.
4. Valitse **Vie** ja sitten **Sulje**.

Yleiskatsausraportti

Yleiskatsausraportissa näytetään glukoosin yhteenvedon työpöytä tilastoinen, pitoisuustrendiyhteenvedoinen ja parhaine glukoosipäivineen valitulla päivämääräalueella. Siitä näet myös tietoa Dexcom CGM -järjestelmästä, jota käytettiin näytettyjen tietojen tarjoamiseen.

Työpöytä

Yleiskatsaus -raportti sisältää yhteenvetotyöpöydän tärkeistä mitatuista arvoista valitulta aikaväliltä, mukaan lukien:

- **Glukoosinhallinnan ilmaisin (GMI):** Arvioi laboratorion odotettu A1C-taso vähintään CGM-arvoja käyttämällä mitatun keskimääräisen glukoosin perusteella. Keskimääräinen glukoosi saadaan vähintään 12 päivän CGM-tiedoista. GMI voi olla sama, korkeampi tai alhaisempi kuin A1C-laboratoriotaso. Erot GMI:ssä ja laboratoriossa mitatussa A1C:ssä saattavat heijastaa eroja yksilöiden välillä veren punasolujen elinkaarella tai siinä, miten glukoosi sitoutuu hemoglobiiniin. Syynä voi myös olla viimeaikainen glukoosinhallinnan vaihtelu.
- **Keskimääräinen glukoosi (CGM):** Tämän päivämäärävälillä kaikkien CGM-glukoosilukemien keskiarvo.
- **Keskihajonta (CGM):** Näyttää, miten paljon CGM-glukoosilukemat nousevat ja laskevat. Tämä tunnetaan myös nimellä glykeeminen vaihtelu.
- **Aika alueella:** Prosenttimäärä ajasta, jona glukoositasot olivat matalalla alueella, tavoitealueella ja korkealla alueella. Seuraavat ovat suositeltavia alueita kansainvälisestä konsensuksesta. Dexcom Clarity -alueet voivat erota Dexcom CGM -varoituksista. Tässä tehdyt muutokset koskevat vain Dexcom Clarity -laitetta.

- Tavoitealue: 3,9-10,0 mmol/L tai 70-180 mg/dL
- Erittäin korkea: Yli 13,9 mmol/L tai 250 mg/dL
- Erittäin matala: Alle 3,0 mmol/L tai 54 mg/dL
- **Anturin käyttö:** Antaa laajan kuvan Dexcom CGM -laitteen käytöstä.
 - **Päivät, joilta on CGM-tietoja** näyttää raportointiajan päivien määrän, joilta CGM-lukemia on vähintään 50 %.
 - **Päivittäisten kalibrointien keskiarvo** näyttää päivittäisten kalibrointien keskiarvon, jonka potilas syöttää raportointiaikana. Sisältää vain päivät, joilta CGM-lukemia on vähintään 50 %. Dexcom G6 -järjestelmä on hyväksytty käytettäväksi kalibrointina tai vaihtoehtoisesti ilman kalibrointeja, minkä ansiosta päivittäisten kalibrointien määrän keskiarvo voi olla nolla.

Pitoisuustrendiyhteenvedot ja paras päivä

Yleiskatsaus-raportissa näytetään enintään neljä datasta löydettyä trendiä. Voit tarkastella trendiyhteenvetoa [Pitoisuustrendit-raportissa](#) napsauttamalla yksityiskohtaisen kuvaajan ja tilaston trendin ruutua.

Matalan ja korkean glukoositason rajoja muokataan kohdassa . Dexcom Clarity -ohjelmaa tehdyt muutokset koskevat koko Dexcom Clarity -ohjelmaa, mutta ne eivät vaikuta CGM-laitteen asetuksiin.

Parhaan glukoosin päiväsi on se päivä, jolloin pysyit pisimpään tavoitealueella valitulla päivämääräalueella. Katso yksityiskohtaiset tiedot napsauttamalla parhaan glukoositason päivän ruutua.

Laitteet

Tietoa käytettävästä Dexcom CGM -järjestelmästä, mukaan lukien sarjanumero, viimeisin lataus ja voimassa olevat varoitusten asetukset. Tämä sisältää myös liitettyjen laitteiden tiedot.

Pitoisuustrendiraportti

Pitoisuustrendit-raportti sisältää graafisia malleja, tilastoja ja huomioon otettavia asioita sekä parhaan päivän valitulla päivämääräalueella. Näistä samoista pitoisuustrendeistä on yhteenveto [Yleiskatsaus-raportissa](#). Tarkasteltavissa on aina Paras päivä -välilehti. Näet tarkat tiedot kutakin välilehteä napsauttamalla.

Pitoisuustrendien kuvaajat

Jokainen pitoisuustrendi esitetään sarjana kuvaajia, jotka on päivätty sen mukaan, milloin malli havaittiin valitulla päivämääräalueella tai mallin esiintymisen mukaan.

Jokainen kuvaaja sisältää

- 24 tunnin aikajanan alaosan x-akselilla.
- Glukoosilukemien asteikon vasemmalla y-akselilla.
- Tavoitealueen rajat oikealla y-akselilla.
- CGM-viivat, jotka yhdistävät yksittäiset CGM-glukoosilukemat.
- Kuhunkin CGM-lukemaan liittyvät arvot, joita voit tarkastella siirtämällä hiirtä CGM-viivalla.
- Glukoosin tavoitealueet, jotka näkyvät x-akseliin nähden samansuuntaisina värillisinä viivoina, kuten ne on määritetty kohdassa . Keltainen viiva merkitsee ylärajaa ja punainen viiva alarajaa.
- Merkittävät päivittäiset tiedot, joita käytetään pitoisuustrendin osoittamisessa, korostettuna valkostaustaisissa sarakkeissa.
- Dexcom CGM -järjestelmän tallentamat [tapahtumat](#) näkyvät kuvakkeina ja niitä voidaan tarkastellaan pitämällä hiirtä kunkin kuvakkeen yllä.
- Dexcom CGM -järjestelmään syötetyt [kalibrointitapahtumat](#) näkyvät harmaana C-kuvakkeena, kun kalibrointipainike on aktiivinen.

Pitoisuustrendien esiintymät

Malliesiintymä on glukoositietojen jakso, joka vastaa suurempaa samantapaisten glukoositietojen jakson mallia. Jos esimerkiksi tietosi osoittavat yöaikaisen matalan glukoosin mallin, yksi näistä yöaikaisista matalista olisi esiintymä. Kunakin päivänä tietty malli voi esiintyä useaan kertaan.

Valkoiset sarakkeet ovat pitoisuustrendien esiintymiä. Kuvaajan harmaat alueet eivät ole osa pitoisuustrendiä. Glukoosiarvoja ja -tapahtumia tarkastellaan liikuttamalla hiirtä ja pitämällä sitä minkä tahansa käyrän päällä.

Parhaan päivän mallin kuvaajassa ei ole harmaata varjostusta.

Jokaisen pitoisuustrendin esiintyminen merkitään kirjaimella. Kirjain näkyy kuvaajan yläosassa valkoisen sarakkeen yllä ja kuvaajan vasemmalla puolella yhdessä esiintymäkertojen määrän kanssa.

Sarake ja vasemman puolen pitoisuustrendin esiintymät korostuvat, kun pitelet osoitinta esiintymän yllä.

Rebound-ilmiöt

Rebound-ilmiö tarkoittaa sitä, kun mallia seuraa välittömästi sen vastakohta - korkea arvo matalan jälkeen tai matala arvo korkean jälkeen. Glukoositietojen rebound-ilmiöiden tapahtumien määrä kirjataan yhteenvetoon ennen kuvaajaa.

Tummmimmat varjostetut palkit osoittavat merkittävimmät hyper- ja hypoglykemia-alueet. Vaaleammat varjostetut palkit osoittavat muut hyper- ja hypoglykemiapitoisuustrendit, mukaan lukien kliinisesti merkityksettömät tiedot.

Peittokuva-raportti

Peittokuva-raportissa näytetään yhden viikon tiedot jokaisessa kuvaajassa värillisinä viivoina, jotka esittävät yksittäisen päivän tietoja ajan kuluessa. Jos esimerkiksi valitset päiväalueeksi 10 päivää etkä käytä suodattimia, näet kaksi kuvaajaa, joista toisessa on seitsemän viivaa ja toisessa kolme.

Voit suodattaa peittokuva-tietoja napsauttamalla suodattimia **Päivät**, **Vuorokaudenaika**, **Tapahtumat** ja **Käyttö** ja napsauttamalla sitten **Käytä**. Napsauta **Käytä**-painiketta aina, kun muutat suodatinta päivittääksesi kuvaajaa.

Peittokaavio

Peittokaavio sisältää seuraavat osat:

- 24 tunnin aikajanan alaosan x-akselilla.
- Glukoosilukemien asteikon vasemmalla y-akselilla.
- CGM-viivat: Jokainen kuvaajan viiva esittää eri päivän tietoja. Kaavion yllä oleva avainmerkintä näyttää, mikä viivoista vastaa kutakin päivää. Käytä näitä CGM-viivoja trendien havaitsemiseen ja eri päivien tietojen vertaamiseen valitulla päivämääräalueella.
- Pitele hiiren osoitinta: Laita osoitin mihin tahansa CGM-viivan kohtaan ja jätä se siihen hetkeksi, niin näet kyseisen ajankohdan tarkat glukoositiedot.
- Värillisten viivojen osoittamat glukoosin tavoitealueet, jotka kulkevat x-akselin suuntaisesti, ja kohdassa määritetyt arvot oikealla y-akselilla. Keltainen viiva merkitsee ylärajaa ja punainen viiva alarajaa.
- Dexcom CGM -järjestelmään syötetyt [kalibrointitapahtumat](#) näkyvät harmaana C-kuvakkeena, kun kalibrointipainike on aktiivinen.

Päivittäinen raportti

Päivittäinen-raportti näyttää glukoositiedot kuvaajina päivittäin valitulta aika-alueelta. Päivittäiset kuvaajat näytetään viimeisimmästä alkaen. Lataa aikaisemmat päivät käyttämällä viimeisen kuvaajan alaosan numeroita.

Voit suodattaa päivittäisiä tietoja napsauttamalla suodattimia **Päivät**, **Vuorokaudenaika**, **Tapahtumat** ja **Käyttö** ja napsauttamalla sitten **Käytä**. Napsauta **Käytä**-painiketta aina,

kun muutat suodatinta päivittääksesi kuvaajaa. Käytä avainta tapahtumakuvakkeiden ymmärtämiseen.

Päivittäinen kuvaaja

Päivittäinen kuvaaja sisältää seuraavat osat:

- 24 tunnin aikajana alimmalla x-akselilla ja glukoosilukemien yksiköt vasemmalla y-akselilla.
- Värillisten viivojen osoittamat glukoosin tavoitealueet, jotka kulkevat x-akselin suuntaisesti kohdassa [Asetukset](#) määritetyn mukaan oikealla y-akselilla. Keltainen viiva merkitsee ylärajaa ja punainen viiva alarajaa.
- Dexcom CGM -järjestelmän tallentamat [Tapahtumat](#) näkyvät kuvakkeen kanssa alaosassa. Vie hiiri kunkin kuvakkeen päälle saadaksesi lisätietoja tai vieritä alas nähdäksesi taulukon.

Jos kuvaajaa seuraavassa mustassa viivassa on katkoksia tai se loppuu, Dexcom CGM -järjestelmä ei ole tallentanut glukoositietoja kyseiseltä ajalta.

Vertailuraportti

Vertaa-raportti on jaettu kahteen sarakkeeseen, jotka sisältävät kuvaajia, tilastoja, trendejä ja laitteita, joita voi verrata valitulla päivämääräalueella.

Päivämääräalueen valitseminen

Jokaisessa sarakkeessa on oma päivämääräalueen valitsin. Voit vertailla enintään 90 päivän tietoja. Jos haluat tarkastella lisää kuvaajia valitulla päivämääräalueella, käytä viimeisimmän kuvaajan alla olevia numeroita.

Päivämääräpalkki näyttää senhetkisen päivämääräalueen vertailun vuoksi. Kunkin sarakkeen alueita voi muuttaa valitsemalla viimeisimmän päivien lukumäärän tai napsauttamalla päivämääräruutuja päivämäärien valitsemiseksi mukautettua näkymää varten ja napsauttamalla sitten **OK**.

Voit verrata kuvaajia trendi-, peittokuva- ja päivittäisnäkymien kautta sekä käyttää suodattimia. Muuta tietonäkymiä ja suodattimia seuraavasti:

1. Valitse näkymä napsauttamalla **Trendit**, **Peitto** tai **Päivittäinen**.
2. Valitse **Päivät**, **Vuorokaudenaika**, **Tapahtumat** ja **Käyttö** ja napsauta sitten **Käytä**. Napsauta **Käytä**-painiketta aina, kun muutat suodatinta päivittääksesi kuvaajaa.

Vertaa trendejä

Tarkastele trendinäkylässä vierekkäisiä glukoositrendejä valitun päivämääräalueen päivien ajalta. Näissä kuvaajissa on samat ominaisuudet kuin [trendikäyrissä](#).

Vertaa peittokuvaa

Vertaile peittonäkymässä tietoja päivien välillä tai viikoittain valitulla aika-alueella. Näissä kuvaajissa on samat ominaisuudet kuin [peittokuvaajissa](#).

Vertaa päivittäisiä

Tarkastele päivittäisnäkymässä vierekkäisiä 24 tunnin kuvaajia valitun päivämääräalueen päivien ajalta. Näissä kuvaajissa on samat ominaisuudet kuin [päivittäiskuvaajissa](#).

Vertaa tilastoja

Kaikki vertailunäkymät sisältävät tärkeitä mitattuja arvoja tai tilastoja, jotka näytetään kuvaajien alapuolella. Nämä tilastot ovat samankaltaisia kuin [Yleiskatsaus-raportin](#) tilastot.

Oikean sarakkeen tilastotiedot on merkitty nuolilla, jotka osoittavat vasemman sarakkeen arvojen muutosta. Ylöspäin osoittava nuoli tarkoittaa, että oikealla oleva arvo on korkeampi kuin saman tilaston vasemmanpuoleinen arvo. Alaspäin osoittava nuoli tarkoittaa matalampaa arvoa.

Vertaa pitoisuustrendejä

Napsauta pitoisuustrendin nimeä, kun haluat tarkastella aikaväliä, tapahtumien määrää ja pitoisuustrendin rebound-tapahtumia.

Pitoisuustrendit, jotka on havaittu vasemman sarakkeen tietojen perusteella, merkitään oikeaan sarakkeeseen vihreällä tekstillä ja valintamerkkikuvakkeella.

Oikean sarakkeen uudet pitoisuustrendit korostetaan ja merkitään UUSI-kuvakkeella. Molempien valittujen päivämääräalueiden parhaat päivät sisällytetään tietoihin aina.

Vertaa laitteita

Napsauta laitteen nimeä sivun alaosassa, jos haluat vertailla Dexcom CGM -mallia, sarjanumeroa ja lataustietoja valituilla päivämääräalueilla.

Tilastoraportti

Valitun päivämääräalueen CGM-tietojen tilastot näytetään päivittäin tai tunneittain vakionäkymässä tai edistyneessä näkymässä.

Päivittäiset tilastot ovat viikon yksittäisten päivien perusteella laskettuja arvoja valitulta päivämääräalueelta. Jos esimerkiksi päivämääräalue on 14 vuorokautta, kaikkia kahtena maanantaina kerättyjä CGM-arvoja käytetään maanantain laskelmissa.

Tuntitilastot ovat päivän yksittäisten tuntien perusteella laskettuja arvoja valitulta päivämääräalueelta. Jos päivämääräalue on esimerkiksi 7 päivää, kaikkia jokaisen yksittäisen tunnin aikana 7 päivänä kerättyjä CGM-arvoja käytetään laskelmissa.

Jos haluat tarkastella vakionäkymiä, napsauta kohtia **Päivittäin** tai **Tunneittain** ja jos haluat tarkastella kaikkia tilastoja, merkitse valintaruutu **Lisäasetukset**.

Päivittäis- ja tuntitilastot sisältävät samat tiedot, joihin sisältyvät:

- **Aika alueella:** Prosenttimäärä ajasta, jona glukoositasot olivat matalalla alueella, tavoitealueella ja korkealla alueella. Seuraavat ovat suositeltavia alueita kansainvälisestä konsensuksesta. Dexcom Clarity -alueet voivat erota Dexcom CGM -varoituksista. Tässä tehdyt muutokset koskevat vain Dexcom Clarity -laitetta.
 - Tavoitealue: 3,9-10,0 mmol/L tai 70-180 mg/dL
 - Erittäin korkea: Yli 13,9 mmol/L tai 250 mg/dL
 - Erittäin matala: Alle 3,0 mmol/L tai 54 mg/dL
- **Mittausten määrä:** CGM-lukemien kokonaismäärä.
- **Min:** Minimi on matalin CGM-lukema.
- **Keskiarvo:** CGM-lukemien keskiarvo.
- **Maks.:** Maksimi on korkein CGM-lukema.
- **Kvartiili 25:** CGM-lukema, jonka kohdalle tai alle osuu 25 % kaikista lukemista, kun kaikki arvot on järjestetty matalimmasta korkeimpaan.
- **Mediaani:** Kaikkien CGM-lukemien keskikohta, jonka alle jää puolet lukemista.
- **Kvartiili 75:** CGM-lukema, jonka kohdalle tai alle osuu 75 % kaikista lukemista, kun kaikki arvot on järjestetty matalimmasta korkeimpaan.
- **Kvartiiliväli:** Kvartiiliväli (IQR) on ylä- ja alakvartiililukemien välinen erotus.
- **Keskihaj.:** Näyttää, miten paljon CGM-glukoosilukemat nousevat ja laskevat. Tämä tunnetaan myös nimellä glykeeminen vaihtelu.
- **Kvartiilivälin keskihaj.:** Kvartiilivälin keskihajonta (IQSD) poistaa CGM-mittausten yläpäästä 25 % ja alapäästä 25 % ennen keskihajonnan laskemista.
- **K.a:n keskihaj.:** Keskihajonnan keskiarvo arvioi vaihteluita jakamalla keskihajonnan arvojen lukumäärän neliöjuurella.
- **VK (%):** Vaihtelukertoimen prosenttiosuus (VK %) lasketaan jakamalla glukoosin keskihajonta glukoosin keskiarvolla. VK % on standardisoitu mitta, jolla arvioidaan glukoosin vaihtelun suuruutta. Mitä suurempi VK % on, sitä suurempaa on CGM-lukemien vaihtelu.

AGP-raportti

Ambulatory Glucose Profile (AGP) on lisensoitu, standardisoitu glukoosiraportti, jonka on kehittänyt International Diabetes Center (IDC). AGP antaa vakiosarjan diabeteksen hallintaan liittyviä tietoja ja käyriä ja se on vain osa glukoosipitoisuustrendien tulkitsemisesta.

Raportti on jaettu seuraaviin osioihin:

- **Glukoosilastot** sisältävät yhteenvedon valitun päivämääräalueen glukoosiarvoista.
 - **Glukoosialtistus:** Tämän päivämäärävälän kaikkien glukoosiarvojen keskiarvo.
 - **Glukoosialueet:** Kullakin glukoosialueella kuluneen ajan prosenttiosuus.
 - **Glukoosin vaihtelu:** Miten paljon lukemat poikkeavat keskiarvosta.
 - **Tietojen riittävyys:** Prosenttiosuus ajasta, jolloin CGM-lukemia oli mahdollista saada.
- **Ambulatorinen glukoosiprofiili** -lukemat yhdistetään yhdeksi 24 tunnin kokonaiskuvaksi.
 - **50 % mediaani:** Puolet glukoosiarvoista on tämän rajan yläpuolella ja puolet alapuolella.
 - **25/75 % kvartiiliväli:** Puolet glukoosiarvoista on näiden rajojen välissä ja puolet niiden ulkopuolella.
 - **10/90 %:** 80 % glukoosiarvoista on näiden rajojen välissä.
- **Päivittäiset glukoosiprofiilit** sisältävät yhden päivän näkymiä glukoosiarvoista valitulla päivämääräalueella.

Lähetäminen

Jos käytät Dexcom Mobile CGM -sovellusta, sinun ei tarvitse ladata tietoja, sillä tietosi siirtyvät automaattisesti Dexcom Clarity -järjestelmään, kun älypuhelimesi on yhdistetty internetiin ja Dexcom Mobile CGM -sovellus on käytössä.

Tiedonkeruu

CGM-tietojen välittämiseen voi käyttää sekä älypuhelin- että vastaanotinta.

Älypuhelinjärjestelmä siirtää tietoja Dexcom-palvelimelle, jossa tiedot ovat käytettävissä raporteja varten kolmen tunnin kuluttua. Jotta voisit vastaanottaa nämä tiedot,

älypuhelimien pitää olla yhdistetty internetiin ja siinä on oltava käytössä Dexcom Mobile CGM -sovellus.

Dexcom-vastaanotin täytyy liittää tietokoneeseen, jotta tiedot voidaan lähettää kausittain. Jos potilaat käyttävät osan ajasta älypuhelimia ja osan ajasta vastaanotinta, Dexcom Clarity tarvitsee molempien keräämät tiedot tarkkojen tilastotietojen antamiseksi.

Tietoja lähettävät vastaanottimet

Dexcom-vastaanottimeen tallennetaan CGM-lukemia 120 kalibroinnilla noin 30 vuorokauden ajalta. Dexcom-vastaanottimen tiedot on tärkeä ladata Dexcom Clarity -ohjelmaan vähintään 30 vuorokauden välein, jottei tietoja häviäisi.

Dexcom Clarity Uploader -ohjelmiston asentaminen

Valitse sivun yläosasta **Lähetä** ja noudata annettuja ohjeita.

Asetukset

Käytä Asetukset-sivua tietojen näytön ja jakamisen mukauttamiseen. Muutokset koskevat vain Dexcom Clarity -ohjelmistoa eivätkä ne muuta mitään Dexcom CGM -järjestelmän asetuksista. Terveystieteiden ammattilainen voi käyttää erilaisia asetuksia tietojen tarkastelemisessa.

Potilaan koko nimi

Muuta tapaa, jolla nimesi näytetään tarkastelun aikana ja lähettäessäsi raportteja klinikalle. Käytä potilastiedoissasi olevaa nimeä.

Hallinnoi profiilia

Päivitä Dexcom-tilitietosi.

Hallinnoi suostumusta

Muuta tietojen jakamisen suostumusvalintojasi.

Kieli- ja yksikköasetukset

Muuta kieltä ja mittayksiköitä koskevia asetuksia aina halutessasi.

Glukoosin aika / tavoitealue

Jos haluat mukauttaa glukoosin tavoitealueen ylä- ja alarajaa, pidä harmaa ympyräkuvake painettuna ja vedä sitä ylös- tai alaspäin tavoitealueen halutulle glukoositasolle. Voit myös valita pudotusvalikoista glukoositason ajan ja rajat sekä päiväksi että yöksi. Dexcom Clarity -sovelluksessa yläraja näytetään aina keltaisella ja alaraja punaisella. Värit saattavat näyttää erilaisilta monitorin asetusten mukaan.

Päivä ja yö

Voit mukauttaa päivää ja yötä pitämällä harmaan ympyräkuvakkeen painettuna ja vetämällä sitä vasemmalle tai oikealle kohtiin, jona päivä alkaa ja loppuu.

Vaihtoehtoisesti voit valita sekä yön että päivän alkamis- ja päättymisajat taulukon alla olevasta pudotusvalikosta.

Erittäin korkea

Valitse 13,9 mmol/L (250 mg/dL) tai yli Erittäin korkea -näyttöjen rajaksi Dexcom Clarity -raporteissa. Tämän asetuksen muuttaminen ei muuta Dexcom CGM -asetuksia.

Erittäin matala

Valitse 2,8 mmol/L tai 3,0 mmol/L (50 mg/dL tai 54 mg/dL) Erittäin matala -näyttöjen rajaksi Dexcom Clarity -raporteissa. Tämän asetuksen muuttaminen ei muuta Dexcom CGM -asetuksia.

AGP-tavoitealue

Valitse ala- ja ylärajat, jotka haluat nähdä AGP-raportissa. Tähän asetukseen tekemäsi muutokset koskevat vain AGP-raporttia.

Tietojen jakaminen klinikoiden kanssa

Sinun on annettava lupa Dexcom Clarity -tietojesi jakamiseen klinikkasi Dexcom Clarity -tilille ja klinikan Dexcom Clarity -tilillesi lataamien tietojen näyttämiseen.

Voit jakaa tietoja useamman kuin yhden klinikan kanssa. Klinikat tulevat näkyviin, kun olet hyväksynyt kyseisen klinikan jakokutsun.

Kun olet hyväksynyt tietojen jakamisen klinikan kanssa, kyseisen klinikan terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvioida kaikkia Dexcom Clarity -ohjelmistoon myöhemmin ladattuja tietoja.

Käyttäjät tai klinikat voivat lopettaa tietojen jakamisen koska tahansa.

- Kaikki vastaanottimen klinikan Dexcom Clarity -tilille lähetetyt tiedot ovat silti edelleen klinikan käytettävissä. Näitä tietoja ei voi enää käyttää Dexcom Clarity -tililtäsi sen jälkeen, kun jakaminen on lopetettu.
- Mitkään Dexcom-mobiilisovelluksesta lähetetyt tai vastaanottimesta Dexcom Clarity -tilillesi ladatut tiedot eivät ole enää klinikan käytettävissä sen jälkeen, kun jakaminen on lopetettu.
- Näet edelleen omat tietosi Dexcom Clarity -tililläsi vastaanottimen latauksen tai Dexcom-mobiilisovelluksen suoratoiston avulla.

Hyväksy kutsu tietojen jakamiseen

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät Dexcom Clarity -tiliänsä ja kutsuvat sinut jakamaan tietosi klinikkansa kanssa. He toimittavat kutsun tulostettuna tai sähköpostitse.

Kutsu sisältää lupa-avaimen, joka sinun on kirjoitettava Dexcom Clarity -ohjelman [Asetukset](#)-sivulle, jotta voisit hyväksyä kutsun ennen ilmoitettua vanhenemispäivää. Kun olet suorittanut lupaprosessin loppuun, sinun tilisi ja klinikan tili vaihtavat tietoja keskenään automaattisesti.

Voit hyväksyä kutsun Internet-selaimesta tai älypuhelimesta [Dexcom Clarity -sovelluksella](#).

Hyväksy kutsu Internet-selaimesta kirjautumalla Dexcom Clarity -tilillesi:

1. Napsauta kohtaa **Asetukset**.
2. Napsauta kohtaa **Ja tiedot uuden klinikan kanssa**.
3. Anna lupa-avain ja syntymäaikasi.
4. Napsauta kohtaa **Jatka**.
5. Napsauta **Suostun tietojeni jakamiseen klinikkani kanssa** -ruutua.
6. Vahvista jakaminen napsauttamalla todentamissivun kohtaa **Kyllä, jaa tietoni**.
7. Valitse **Sulje** vahvistussivulla.

Klinikat, joiden kanssa jaat tietoja, on lueteltu kohdassa Tietojen jakaminen klinikoiden kanssa. Voit jakaa tietoja useamman kuin yhden klinikan kanssa.

Tietojen jakamisen lopettaminen

Jos haluat lopettaa tietojen jakamisen tietyn klinikan kanssa, siirry [Asetukset](#)-sivulle ja toimi seuraavasti:

1. Napsauta kohtaa **Lopeta jakaminen tämän klinikan kanssa** kaikkien niiden klinikoiden kohdalla, joiden kanssa haluat lopettaa tietojen jakamisen.
2. Napsauta uudelleen varmistussivun kohtaa **Lopeta jakaminen tämän klinikan kanssa**.
3. Napsauta kohtaa **Sulje** toimenpiteen onnistumisesta ilmoittavalla sivulla.

Klinikan tiedot näkyvät edelleen [Asetukset](#)-sivulla viitteenä.

Tuki

Jos tarvitset apua Dexcom Clarity -ohjelman käyttämiseen, valitse **Tuki** ja valitse vaihtoehto:

- **Uploader-ohjelmiston asennuksen poisto:** Poistaa Dexcom Clarity Uploader -ohjelmiston tietokoneestasi.
- **Käyttöopas:** Tarkastele tätä opasta tai tulosta tai tallenna se PDF-muodossa.
- **Sanasto:** katso termien määritelmät ja tietolaskelmien selitykset.
- **Ota meihin yhteyttä:** Etsi paikallisen Dexcom-edustajan yhteystiedot.

Vianmääritys

Jos sinulla on vaikeuksia kirjautua Dexcom Clarity -sovellukseen, kokeile seuraavia vianmääritysohjeita:

- Jos unohdit salasanasasi, siirry kirjautumiskäyttöön ja napsauta kohtaa **Unohtuiko salasana?**, jotta se lähetetään sinulle sähköpostitse.
- Jos unohdit käyttäjätunnuksesi, siirry kirjautumiskäyttöön ja napsauta kohtaa **Unohtuiko käyttäjätunnus?**, jotta se lähetetään sinulle sähköpostitse.
- Varmista, että tietokoneessasi on Internet-yhteys koko istunnon ajan. Jos yhteys katkeaa, näkymät eivät välttämättä näy kunnolla tietokoneen näytöllä.
- Tarkista, että ohjelmisto tukee tietokoneen [käyttöjärjestelmää ja selainta](#).
- Selvitä, minne ladatut tiedostot tallentuvat. Niin helpotat ladattujen tietojen löytymistä.
- Varmista, ettei mikään muu glukoosietä ohjelmisto ole avoinna tai hidasta tai estä tietojen lataamista CGM-laitteesta.
- Varmista, että sinulla on raporttien lataamiseen tai Dexcom Clarity Uploader -ohjelmiston asentamiseen tarvittavat käyttöoikeudet tietokoneellasi.
- Varmista, että seuraavat sivustot ovat selaimen luotettavien sivustojen luettelossa:
 - *.dexcom.eu (ja kaikki alitoimialueet) portissa 443
 - *.dexcom.com (ja kaikki alitoimialueet) portissa 443
 - <https://agent.mydiabetesdata.com>

Tekninen tuki

Ota yhteyttä paikalliseen Dexcomin edustajaan, jos tarvitset apua Dexcom CGM -järjestelmien käytössä, jos sinulla on kysyttävää Dexcom Clarity -sovelluksesta tai jos haluat käyttöoppaasta painetun version.

Tähän laitteeseen liittyvistä vakavista onnettomuuksista pitää raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa asut.

Liite A: Dexcom Clarity -sovellus

Dexcom Clarity -mobiilisovelluksen avulla voit tarkastella glukoositilastoja, tallentaa ja lähettää sähköpostitse raportteja sekä jakaa tietoja antamalla klinikkasi jakamiskoodin.

Lataa Dexcom Clarity -sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta. Älylaitteesi lokalisointi ja kielivalinta sekä Dexcom-tilin määrittäminen määrittävät, miten näet Dexcom Clarity -sovelluksen. Voit tarkistaa Dexcom Clarity -yhteensopivat älylaitteet osoitteessa: dexcom.com/compatibility

Dexcom Clarity -sovelluksen ominaisuudet eivät ehkä ole saatavana välittömästi eivätkä ne ehkä ole saatavana kaikissa maissa.

Yhteenveto

Tarkastele glukoositietoja viimeisimmiltä, yläosassa luetelluilta päiviltä.

Raportit

Valitse alue ja raportit, joita haluat tarkastella, tallentaa, tulostaa ja lähettää sähköpostilla.

Raporttien katselu:

1. Valitse **Raportit**.
2. Valitse **2, 7, 14, 30** tai **90** päivää.
3. Napauta raportteja, joita haluat tarkastella.
4. Napauta **Näytä raportit** -painiketta.

Käytä yläosassa olevia kuvakkeita raporttien tallentamiseen, tulostamiseen tai sähköpostilla lähettämiseen.

Tavoitteet

Tarkastele tavoitteitasi: Aika alueella -tiedot ja Paras päivä -tietosi. Voit muuttaa tavoitteitasi napauttamalla kohtaa **Profiili > Glukoosialueet > Tavoite: Aika alueella**.

Profiili

Mukauta sovelluksesi asetukset tämän sivun asetuksista.

- **Valtuuta jakaminen:** Hyväksy kutsuja jakaa tietoja klinikkasi kanssa tai luo jakamiskoodi, jonka voit antaa klinikallesi rajoitettua käyttöä varten.
- **Hallinnoi suostumusta:** Päivitä tietosuojasetukset.
- **Tavoitealue:** Mukauta glukoosialueet Dexcom Clarity -tilassa tarkastelua varten. Näiden alueiden muutokset eivät vaikuta Dexcom CGM -laitteiden alueisiin, hälytyksiin tai varoituksiin.

- **Huomautukset:** Muokkaa push-ilmoituksia, tavoiteasetuksia ja sähköpostiyhteenvetoa. Saat älypuhelimiesi ilmoituksia, kun tietoja on saatavilla ja olet yhteydessä internetiin. Sähköpostiyhteenveto lähetetään viikoittain sähköpostiosoitteeseesi, joka Dexcomilla on tiedossa.
- **Tuki:** Lue ominaisuuksista tai ota yhteyttä tekniseen tukeen.
- **Tietoja:** Hanki tietoa tästä sovelluksesta.
- **Hallinnoi profiilia:** Päivitä Dexcom-tilitietosi.
- **Kirjaudu ulos:** Kirjaudu ulos sovelluksesta napauttamalla **Kirjaudu ulos** -painiketta.



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive
San Diego, CA USA 92121
+ 1.858.200.0200
www.dexcom.com



Yhdysvaltain ulkopuolella:
ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan

Maahantuoja EU:ssa
Dexcom Lithuania
Business Center 'Business Stadium North' Šeimyniškių str. 19, Vilnius



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanover, Germany





Toimeksiantaja Australiassa
AA-Med Pty Ltd
Suite 10.04, 1 Chandos Street
St Leonards NSW 2065
Australia

Rekisteröinnin haltija, Israel
I.L. Emergo Israel
9 Andrei Sakharov St.
Matam, P.O.B. 15401
Haifa 3190501 Israel
Puhelin: 02-6731634

AMAR-rekisteröintinumero, Israel
24820094

Symbolit

Nämä symbolit kertovat Dexcom Clarity -ohjelman asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Valmistajan tiedot	
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Euroopan unionissa	
Ilmaisee, että tämä tuote on lääkinnällinen laite	
Ilmaisee, että tuote on Euroopan talousalueella (ETA) myytäviä tuotteita koskevien terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelustandardien vaatimusten mukainen. Merkintä on myös ETA:n ulkopuolella myytävissä tuotteissa, jotka on valmistettu ETA:n standardien mukaisesti.	

©2016-2022 Dexcom, Inc.

LBL015103 Rev 018, 2022/05

Dexcom ja Dexcom Clarity ovat Dexcom, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja mahdollisesti myös muissa maissa.