Dexcom

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING

Dexcom Clarity

Felhasználói útmutató

Az útmutató nyomtatott verziójának beszerzéséhez

forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék **2**

Bevezetés a Dexcom Clarity-ba **5**

Felhasználási javallat/biztonsági figyelmeztetések 5

Névjegy Dexcom Clarity 5

A számítógép és az internet konfigurációi **6**

Windows 10 vagy 11 6

Mac OSX 11 vagy 12 6

Opcionális számítógépes kellékek 6

Használati feltételek 7

Adatvédelmi irányelvek és adatvédelmi gyakorlat 7

Tulajdonosi jogok 7

Lépjen kapcsolatba a Dexcommal 7

Hozzáférés Dexcom Clarity **8**

Jelentési funkciók **8**

Dátumtartomány kiválasztása 8

Események 9

Jelentések kivitele **9**

Jelentések nyomtatása 9

Jelentések letöltése 9

Jelentések küldése e-mailben 9

Jelentések exportálása 10

Áttekintő jelentés **10**

Irányítópult 11

Trendgrafikon 12

Mintázat-összefoglalók és a legjobb nap 13

Eszközök 13

Mintázatok jelentése **13**
Mintázatgrafikonok 14
Mintázat-előfordulások 14
Visszafordulások 15
Mintázatstatisztikák 15
Szempontok 15
Rávetítési jelentés **15**
Rávetített grafikon 15
Napi jelentés **16**
Napi grafikon 16
Jelentés összehasonlítása **16**
Dátumtartományok kiválasztása 16
Trend-összehasonlítás 17
Rávetítés összehasonlítása 17
Napi összehasonlítás 17
Statisztika-összehasonlítás 17
Mintázat-összehasonlítás 17
Eszközök összehasonlítása 18
Statisztikai jelentés **18**
AGP-jelentés **19**
Feltöltések **20**
Adatgyűjtés 20
Vevőegységek feltöltése 20
A Dexcom Uploader telepítése 20
Beállítások **20**
A beteg teljes neve 20
Nyelv és mértékegység kiválasztás 20

Céltartomány 21

Éjjeli és nappali 21

Nagyon magas 21

Nagyon alacsony 21

AGP céltartomány 21

Éhgyomri glükóz célérték 21

Étkezés utáni célérték 21

Adatmegosztás klinikákkal 21

Adatmegosztás indítása 22

Az adatmegosztás leállítása 22

Támogatás **22**

Hibaelhárítás 22

Műszaki támogatás 23

A. függelék: Dexcom Clarity alkalmazás **24**

Összefoglaló 24

Jelentések 24

Célok 24

Profil 24

Bevezetés a Dexcom Clarity-ba

Felhasználási javallat/biztonsági figyelmeztetések

A webalapú Dexcom Clarity szoftver otthoni felhasználók és egészségügyi szakemberek számára készült, hogy a cukorbetegségben szenvedők és az őket kezelő egészségügyi szakemberek számára a korábbi CGM-adatok áttekintésével, elemzésével és kiértékelésével elősegítse a cukorbetegség hatékony kezelését. Az eszköz a Dexcom CGM-adatok elérését biztosító interfészként szolgál.

VIGYÁZAT A szoftver nem nyújt orvosi tanácsokat, és nem is használható fel erre a célra. A szoftverekben foglalt információk orvosi célú értelmezését és a terápia módosítását az otthoni felhasználók meg kell, hogy beszéljék egy egészségügyi szakemberrel.

VIGYÁZAT Az egészségügyi szakembereknek a szoftver által biztosított információkat a rendelkezésükre álló más klinikai információkkal együtt kell használniuk.

Névjegy Dexcom Clarity

A Dexcom Clarity egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi egy Dexcom CGM rendszeréből származó glükózadatok Dexcom távoli kiszolgálókra történő továbbítását az adatkezeléshez a Dexcom CGM használatának elősegítésére és támogatás nyújtásához az egészségügyi szolgáltatásokban. A Dexcom Clarity képes átadni és kezelni a Dexcom G5 Mobile CGM System, Dexcom ONE (ahol elérhető), Dexcom G6 CGM System (Dexcom G6), és Dexcom G7 CGM System (Dexcom G7) (ahol elérhető) adatait (mindezeket Dexcom CGM rendszernek nevezzük). A Dexcom Clarity képes adatokat közölni harmadik féltől származó interoperábilis eszközökkel is. Tekintse át a kompatibilis eszközök listáját itt: **dexcom.com/clarity**. Előfordulhat, hogy a harmadik féltől származó, interoperábilis eszközök nem minden országban állnak rendelkezésre.

Miután a glükózadatokat feltöltötték ide: Dexcom Clarity, az információkat a Dexcom Clarity feldolgozza, és grafikonok formájában megjeleníti a számítógépeken, hogy segítse a betegeket és az egészségügyi szakembereket a glükózzal kapcsolatos trendek és minták elemzésében. Az adatjelentéseket megvizsgálhatja, mentheti, kinyomtathatja és e-mailben is elküldheti.

A Dexcom Clarity a Dexcom CGM rendszerből származó glükózadatokat 3 órával a rögzítésük után jeleníti meg. Ez azt jelenti, hogy a Dexcom Clarity-ban megtekinthető legfrissebb adatok legalább 3 órával régebbiek.

A számítógép és az internet konfigurációi

A szoftver webes telepítéséhez, az adatok feltöltéséhez és az online felhasználói útmutató használatához legalább 1,5 Mbps sebességű internetkapcsolat szükséges.

Javasoljuk, hogy használjon megfelelő tűzfalat és vírusirtó programot számítógépén a vírusok, rosszindulatú programok és a számítógépen tárolt, feldolgozott, illetve a számítógép által továbbított adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni védekezéshez.

A Dexcom Clarity igényli sütik alkalmazását különböző célokra, beleértve az oldal használatáról történő információgyűjtést, a tartalomkezelést, az egyénre szabott tartalom szolgáltatását, valamint a forgalomszámlálást és az elemzést. A sütik használatával kapcsolatos további információkért tekintse át az Adatvédelmi szabályzatunkat és Sütiszabályzatunkat a **dexcom.com** webhelyen.

A Dexcom Clarity a következő rendszerkonfigurációkat támogatja:

Windows 10 vagy 11

- 1,3 GHz-es processzor, 1 GB szabad RAM és 100 MB szabad tárhely
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 vagy újabb, teljes verzió
- 1024 x 768 pixeles vagy nagyobb képernyőfelbontás
- Chrome, Firefox, vagy Microsoft Edge
- USB 2.0+ vagy gyorsabb aljzat az adatok USB-kábelen való feltöltésére az opcionális Dexcom-vevőegységről

Mac OSX 11 vagy 12

- 2,3 GHz-es processzor, 4 GB szabad RAM és 100 MB szabad tárhely
- 1280 x 800 pixeles vagy nagyobb képernyőfelbontás
- Chrome, Firefox for Mac OSX, vagy Safari 12, 13, and 14
- USB 2.0+ vagy gyorsabb aljzat az adatok USB-kábelen való feltöltésére az opcionális Dexcom-vevőegységről

Opcionális számítógépes kellékek

- PDF-olvasó jelentések megtekintéséhez, mentéséhez és nyomtatásához
- Nyomtató a jelentések nyomtatásához
- Excel táblázatkezelő az exportált adatok megtekintéséhez

A Dexcom Clarity futtatásához a hálózatnak engedélyeznie kell a következő kimenő forgalmat, amelyhez szükség lehet a proxy- és hálózati beállítások módosítására:

- dexcom.eu (és minden altartomány) a 443-as porton
- dexcom.com (és minden altartomány) a 443-as porton
- agent.mydiabetesdata.com a DNS-visszacsatolás támogatásával a 127.0.0.1 címhez

A Dexcom Uploader futtatásához a hálózatnak engedélyeznie kell a következő kimenő forgalmat:

- *.dexcom.eu (és minden altartomány) a 443-as porton
- *.dexcom.com (és minden altartomány) a 443-as porton

Használati feltételek

A Dexcom Clarity és a Dexcom szolgáltatások Ön általi használata a következő oldalon olvasható használati feltételek hatálya alá tartozik: **dexcom.com/linked/documentservice/TermsOfUse**.

Az útmutató használatával Ön beleegyezik a Dexcom Clarity, a szolgáltatások és a jelen felhasználói útmutató használatával kapcsolatos feltételek betartásába.

Adatvédelmi irányelvek és adatvédelmi gyakorlat

Olvassa el a Dexcom adatvédelmi irányelveit a következő weboldalon: **dexcom.com/linked/documentservice/PrivacyPolicy**

Tulajdonosi jogok

A Dexcom Clarity és a jelen felhasználói útmutató jogtulajdonosa: ©2016-2024 by Dexcom, Inc. és licencelői. Minden jog fenntartva. A számítógépre vagy más eszközökre letöltött Dexcom Clarity szoftver tartalmazhat bizonyos, a Dexcom által licencelt, harmadik féltől származó szoftvereket; az ezekre vonatkozó jelzések a következő címen találhatók: **clarity.dexcom.com/notices**.

Az ebben az útmutatóban említett harmadik felek termékeire a gyártók és a forgalmazók jogai vonatkoznak a termékek és azok védjegyei vonatkozásában.

Lépjen kapcsolatba a Dexcommal

A Dexcom CGM rendszerekkel kapcsolatos segítség igényléséhez, a Dexcom Clarity alkalmazásra vonatkozó kérdések feltevéséhez, illetve a felhasználói útmutató nyomtatott változatának igényléséhez lépjen kapcsolatba a Dexcom helyi képviseletével.

Hozzáférés Dexcom Clarity

A Dexcom Clarity eléréséhez az interneten:

1. Lépjen a clarity.dexcom.eu oldalra és kattintson a **Dexcom Clarity lehetőségre otthoni felhasználóknak**.
2. A bejelentkezéshez adja meg a Dexcom-fiókja felhasználónevét és jelszavát.

Ne hozzon létre másolatot a Dexcom-fiókból, különben az adatait nem fogja megtalálni a rendszer. Ha nem biztos benne, hogy van-e fiókja, próbálja meg helyreállítani a bejelentkezést. Akkor van már Dexcom-fiókja, ha:

- Használja a Dexcom CGM alkalmazást.
- Töltse fel a Dexcom vevőegységét az otthoni Dexcom Clarity-ra
- Ha már rendelt közvetlenül a Dexcom vállalattól kellékeket.

Ha még nincs Dexcom-fiókja, létrehozhat egyet a bejelentkezési oldalon.

Az Ön Dexcom Clarity-fiókja az Ön földrajzi területére jellemző. Az EU-n kívül létrehozott fiókok nem lesznek elérhetők az EU-ban.

A Dexcom Clarity szolgáltatásból való kijelentkezéshez kattintson a fiókjának neve alatt található **Kijelentkezés** gombra az oldal jobb felső sarkában.

Jelentési funkciók

A Dexcom Clarity-ban interaktív grafikonokkal és releváns statisztikákkal ellátott glükózadat-jelentéseket tekinthet meg. Az adatok megjelenítésének és megosztásának beállításához használja a **Beállítások** oldalt.

Dátumtartomány kiválasztása

Alapértelmezés szerint a Dexcom Clarity jelentések a legutóbbi 14 nap adatait jelenítik meg.

Ha módosítani szeretné a dátumtartományt bármely jelentésből:

1. Kattintson a dátumtartományra.
2. Válasszon a legutóbbi napok száma közül, vagy válasszon egy egyedi dátumtartományt, majd kattintson az **OK** gombra.

Események
A Dexcom CGM rendszerben rögzített események bizonyos jelentésekben megjelennek. Minden esemény ikonként jelenik meg. További információ megtekintéséhez vigye az egérmutatót az ikonra.

Jelentések kivitele

A Dexcom Clarity tetején található hivatkozások segítségével kinyomtathatja, letöltheti, elküldheti e-mailben és exportálhatja a jelentéseket.

Minden jelentést az alapértelmezett nyelven és az Ön fiókjának mértékegységében hoz létre a rendszer. Előfordulhat, hogy az Önt kezelő egészségügyi szakember más nyelven vagy mértékegységben kéri a jelentést. Eltérő beállításokkal rendelkező jelentés küldéséhez lépjen a **Beállítások** részre.

Jelentések nyomtatása
Ha ki szeretne nyomtatni egy jelentést bármelyik jelentésoldalról:

1. Kattintson az oldal tetején lévő **nyomtatás** ikonra.
2. Válasszon ki egy dátumtartományt.
3. Válassza ki a legutóbbi napok számát, vagy kattintson a dátummezőkre az egyedi nézet dátumának kiválasztásához, majd kattintson az **OK** gombra.
4. A nyomtatáshoz válasszon ki legalább egy jelentést.
5. Kattintson a **Jelentés nyomtatása** lehetőségre.

Jelentések letöltése
Ha le szeretne tölteni egy jelentést PDF-ként bármely jelentésoldalról:

1. Kattintson az oldal tetején lévő **letöltés** ikonra.
2. Válasszon ki egy dátumtartományt.
3. Válassza ki a legutóbbi napok számát, vagy kattintson a dátummezőkre az egyedi nézet dátumának kiválasztásához, majd kattintson az **OK** gombra.
4. A letöltéshez válasszon ki legalább egy jelentést.
5. Kattintson a **Jelentés mentése** elemre.

Jelentések küldése e-mailben
Egyszerre csak egy e-mail-címre tudja elküldeni e-mailben a jelentést. Ha több címzettnek szeretne e-mailt küldeni, ismételje meg a folyamatot az első e-mail elküldése

után.

Ha e-mailt szeretne küldeni bármely jelentési oldalról:

1. Kattintson az **e-mail** ikonra az oldal tetején.
2. Válasszon ki egy dátumtartományt.
3. Válassza ki a legutóbbi napok számát, vagy kattintson a dátummezőkre az egyedi nézet dátumának kiválasztásához, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Az e-mailben történő küldéshez válasszon ki legalább egy jelentést.
5. Kattintson a **Folytatás** lehetőségre.
6. Írja be az e-mail-címet és az opcionális üzenetet.
7. Kattintson a **Másolat küldése saját magamnak** négyzetre, ha szeretne egy másolatot.
8. Kattintson a **Folytatás** lehetőségre.
9. Kattintson az **Elfogadom a feltételeket** elemre, miután elolvasta azokat.

Jelentések exportálása

A nyers glükózadatértékeket, a kalibrálási értékeket és az eseményeket exportálhatja egy számítógépre mentett Excel-táblázatba. Ezzel létrehoz egy .csv-fájlt.

Ha exportálni szeretne egy jelentést bármely jelentésoldalról:

1. Kattintson az oldal tetején lévő **exportálás** ikonra.
2. Válasszon ki egy dátumtartományt.
3. Válassza ki a legutóbbi napok számát, vagy kattintson a dátummezőkre az egyedi nézet dátumának kiválasztásához, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Kattintson az **Exportálás**, majd a **Bezárás** lehetőségre.

Áttekintő jelentés

Az Áttekintés jelentésben a statisztikák glükózra vonatkozó összefoglaló irányítópultja, egy mintázat-összefoglaló és az Ön legjobb glükóznapja látható a kiválasztott dátumtartományban. A bemutatott adatok biztosítására használt Dexcom CGM rendszerről is tájékoztatást nyújt.

Irányítópult

Az Áttekintés jelentésben az összefoglaló irányítópult a kiválasztott dátumtartomány fő méréseit tartalmazza:

- **Átlagos glükózszint**
  A kiválasztott dátumtartomány összes érzékelő által leolvasott glükózérték átlaga.
- **GMI (Glükózszint-kezelés mutatószám)**
  Az érzékelő által mért átlagos glükózadatok alapján kerül kiszámításra. A GMI mutatószám azt jelzi, hogy mennyire hatékony a glükózszintek kezelése. A GMI mutatószám valószínűleg eltér az A1C értéktől.
- **Szórás**
  Megmutatja, hogy mennyit emelkednek és esnek az érzékelő glükóz-értékek. Ezt glikémiás variabilitásnak is nevezik.
- **Variációs együttható**
  A variációs együttható (%CV) a glükóz **standard eltérése** osztva az átlagos glükózértékkel.
- **Tartományon belül töltött idő**
  Annak az időnek a százalékos aránya, amikor a glükózszint alacsony, céltartományon belüli illetve magas tartományba esik. A következők az ajánlott tartományok a nemzetközi konszenzus szerint. A Dexcom Clarity tartományai eltérhetnek a Dexcom CGM figyelmeztetéseitől. Az itt elvégzett módosítások csak a Dexcom Clarity alkalmazásra vonatkoznak.
  - **Céltartomány**: 3,9–10,0 mmol/L vagy 70–180 mg/dL
  - **Nagyon magas**: 13,9 mmol/L vagy 250 mg/dL fölött
  - **Nagyon alacsony**: 3,0 mmol/L vagy 54 mg/dL alatt
- **Érzékelőhasználat**
  A Dexcom érzékelő használatának átfogó nézetét nyújtja.
  - **Napok adatokkal** azt mutatja, hogy a jelentéskészítési időszakban hány napon voltak legalább 50%-os érzékelő értékek.
  - **Aktív idő**: Azon órák száma, amelyekben az érzékelő adatokat gyűjtött, a jelentési időszak óráinak számával elosztva.
  - **Átl. kalibrálás naponta**: A kalibrálások napi átlagos száma, amelyet a beteg adott meg a jelentési időszak során. Csak olyan napokat tartalmaz, amelyek

legalább 50%-os értéket tartalmaznak. Lehetséges a nulla átlagos napi kalibrálás, ha nincs szükség kalibrálásra.

- **Inzulin**
  A Dexcom Clarity megjeleníti az inzulint, amikor inzulineseményeket ad meg a kompatibilis Dexcom CGM alkalmazásban és vevőegységekkel vagy a csatlakoztatott Dexcom-kompatibilis inzulineszközökkel. Csak az ismert inzulinadagok jelennek meg.

  Előfordulhat, hogy a Dexcom Clarity inzulinfunkciói nem érhetők el azonnal, és nem érhetők el minden országban.

  - **Inzulin**: Megjeleníti a gyorshatású és a hosszan ható adagokat. Lehet, hogy a hosszú hatású adatokat konfigurálni kell a csatlakoztatott eszközön, hogy megjelenjenek a Dexcom Clarity alkalmazásban.
  - **Gyorshatású**: Átlagos napi gyorshatású egységek száma.
  - **Hosszan ható**: Átlagos napi hosszan ható egységek száma.
  - **Összes átlaga**: Átlagos napi gyorshatású és hosszan ható egységek száma.
  - **Átlagos gyorshatású**: A gyors hatású inzulinadagok átlagos száma naponta a kiválasztott dátumtartományban.
  - **Beadás**: Ha elérhető, a megjelölt időszakban beadott inzulin típusai.
- **Éhgyomri glükóz**
  A glükózszint legalább 8 óra böjt után (sem étel, sem ital, kivéve a víz). Megjeleníti az esemény naplózásának számát és a naplózott események százalékos arányát a kiválasztott céltartományon belül.
- **Étkezési után**
  Étkezés után mért glükózszint. Megjeleníti az esemény naplózásának számát és a naplózott események százalékos arányát a kiválasztott céltartományon belül.

Trendgrafikon

A Trendek grafikon a következőket tartalmazza:

- Egy 24 órás idővonal az alsó x tengelyen.
- A jobb y tengelyen a glükózmérések skálája.
- Érzékelő olvasási vonalak, amelyek az érzékelő méréseit követik.

- Az egyes érzékelő olvasásokhoz kapcsolódó értékek az egérmutató érzékelő vonalak mentén történő mozgatásával tekinthetők meg.
- A célzott glükóztartományokat az x tengellyel párhuzamosan futó színes vonalak jelzik a **Beállítások** részben meghatározott értékek szerint a bal oldali y tengelyen. A sárga vonal a felső határérték, a piros vonal pedig az alsó határérték.

A sárga és piros színű sávok a klinikailag jelentős hiper- vagy hipoglikémiás mintázatokat jelzik. A klinikai jelentőséget három tényező határozza meg:

- A hiper- vagy hipoglikémiában töltött idő.
- A hiper- vagy hipoglikémia mértéke.
- A hiper- vagy hipoglikémia gyakorisága.

A legsötétebb sávok a hiper- és hipoglikémia legjelentősebb területei. A világosabb sávok más hiper- és hipoglikémiás mintázatokat mutatnak, beleértve a klinikailag nem jelentős adatokat is.

Mintázat-összefoglalók és a legjobb nap

Az Áttekintés jelentés az adatokban észlelt mintázatokat jeleníti meg legfeljebb négy mintázatig. Egy összefoglaló mintázat részletes grafikonjainak és statisztikáinak megjelenítéséhez a **Mintázatok jelentésben** kattintson a mintázat mezőjére.

Az alacsony és magas glükózszintekre vonatkozó határértékek a **Beállítások** részben módosíthatók. A Dexcom Clarity-ban végrehajtott módosítások a Dexcom Clarity során érvényesek, de nem befolyásolják a CGM-készülék beállításait.

A legjobb glükóznap az a nap, amikor a kiválasztott dátumtartományban a leginkább a céltartományban volt. A részletes nézethez kattintson a legjobb glükóznap mezőjére.

Eszközök

A használt Dexcom CGM rendszer részletei, például a sorozatszám, az utolsó feltöltés és az aktuális riasztási beállítások. Itt szerepelnek a csatlakoztatott eszközökről szóló információk is.

Mintázatok jelentése

A Mintázatok jelentés grafikus mintázatokat, statisztikákat és szempontokat tartalmaz a magas értékekre, az alacsony értékekre és az Ön legjobb napjára vonatkozóan a kiválasztott dátumtartományban. Ezek ugyanazok a minták, amelyek összegzése az **Áttekintés jelentésben** megjelenik. Mindig van egy Legjobb nap fül, amely megtekinthető. A részletek megtekintéséhez kattintson az egyes fülekre.

Mintázatgrafikonok

Minden mintázatot grafikonok sorozata képviseli, minden dátumon, amikor a mintázat észlelhető a kiválasztott dátumtartományban, vagy a minta egy előfordulása.

Minden grafikon a következőket tartalmazza:

- Egy 24 órás idővonal az alsó x tengelyen.
- A bal y tengelyen a glükózmérések skálája.
- Céltartományhatárok a jobb y tengelyen.
- Érzékelő olvasási vonalak, amelyek az érzékelő egyes méréseit összekapcsolják.
- Az egyes érzékelő olvasásokhoz kapcsolódó értékek az egérmutató érzékelő vonalak mentén történő mozgatásával tekinthetők meg.
- A célzott glükóztartományokat az x tengellyel párhuzamosan futó színes vonalak jelzik a **Beállítások** részben meghatározott értékek szerint a jobb oldali y tengelyen. A sárga vonal a felső határérték, a piros vonal pedig az alsó határérték.
- A mintázatot mutató jelentős napi adatokat a fehér hátterű oszlopok jelzik.
- A Dexcom CGM rendszer által rögzített **események** az alul lévő ikonnal láthatók. További részletekért vigye az egérmutatót az egyes ikonokra, vagy görgessen le a táblázat megtekintéséhez.

Mintázat-előfordulások

A mintázat-előfordulás egy olyan glükózadat-időszak, amely megegyezik a glükózadatok hasonló időszakainak nagyobb mintázatával. Például, ha ezek az adatok alacsony éjszakai értékeket mutatnak, akkor az egyik ilyen alacsony éjszakai érték egy előfordulás lenne. Egy mintázat egy nap többször is előfordulhat.

A mintázat-előfordulások a fehér oszlopok. A grafikon szürke területei nem képezik a mintázat részét. A glükózértékeket és az eseményeket az egérmutató mozgatásával, a grafikon bármely részén megállítva tekinti meg.

A Legjobb nap mintázatgrafikon nem tartalmaz szürke árnyalatú területet.

Egy betű jelzi az egyes mintázat-előfordulásokat. Ez a betű a grafikon tetején jelenik meg, a fehér oszlop fölött, és a grafikon bal oldalán is, az előfordulás idejével.

Az oszlop és a bal oldali mintázat-előfordulások kijelölést kapnak, ha a mutatót az előfordulás fölé helyezi.

Visszafordulások
Visszafordulás akkor történik, amikor egy mintázat-előfordulást azonnal annak ellenkezője követ – egy magas érték egy alacsony érték után vagy egy alacsony érték egy magas érték után. A glükózadatkészletben lévő visszafordulások számát a grafikonok előtti összefoglaló tartalmazza.

Mintázatstatisztikák
A kiválasztott dátumtartomány mintázataihoz tartozó statisztikai adatok közé tartozik az átlagos glükózérték, a szórás és a tartományon belüli idő.

Szempontok
A kiválasztott dátumtartomány mintázatai alapján néhány lehetséges szempont található a Mintázatok jelentés alján. Az információk orvosi célú értelmezésével és a terápia módosításával kapcsolatban mindenképpen konzultáljon egészségügyi szakemberrel.

Rávetítési jelentés

A Rávetítési jelentés az egyes grafikonokon egy hétnyi adatot jeleníthet meg színes vonalakkal, amelyek egyetlen nap adatait mutatják. Például ha 10 napos dátumtartományt választott, és nem alkalmaz szűrőket, akkor két grafikont lát, egyet hét vonallal és egyet hárommal.

A Rávetítés adatainak szűréséhez kattintson a **Napok**, a **Napszak**, az **Események** és a **Használat** lehetőségre, majd kattintson az **Alkalmazás** gombra. A grafikon frissítéséhez mindig kattintson az **Alkalmazás** gombra, amikor egy szűrőn módosít.

Rávetített grafikon
A rávetített grafikonnak több összetevője van:

- Egy 24 órás idővonal az alsó x tengelyen.
- A bal y tengelyen a glükózmérések skálája.
- Érzékelő mérési vonalak: A grafikon minden vonala egy-egy eltérő nap adatait mutatja. A grafikon feletti jelmagyarázatban láthatja, hogy melyik vonal melyik napnak felel meg. Az érzékelő adatokkal azonosíthatja a trendeket és hasonlíthatja össze a különböző napok adatait a kiválasztott dátumtartományban.
- Rámutatás: Helyezze az egérmutatót az érzékelő vonal bármely pontjára, és hagyja ott egy pillanatra, hogy részletes glükózadatokat kapjon az adott időpontról.

- A célzott glükóztartományokat az x tengellyel párhuzamosan futó színes vonalak jelzik a **Beállítások** részben meghatározott értékek szerint a jobb oldali y tengelyen. A sárga vonal a felső határérték, a piros vonal pedig az alsó határérték.

Napi jelentés

A Napi jelentés a glükózadatokat naponkénti grafikononként jeleníti meg a kiválasztott időintervallumban. A napi grafikonoknál a legutóbbi nap jelenik meg először. A korábbi napok betöltéséhez használja az utolsó grafikon alatt található számokat.

A napi adatainak szűréséhez kattintson a **Napok**, a **Napszak**, az **Események** és a **Használat** lehetőségre, majd kattintson az **Alkalmazás** gombra. A grafikon frissítéséhez mindig kattintson az **Alkalmazás** gombra, amikor egy szűrőn módosít. Használja a gombot az eseményikonok megértéséhez.

Napi grafikon

A napi grafikonnak több összetevője van:

- 24 órás idővonal az alsó x-tengely mentén, a glükózleolvasás mértékegységei pedig a bal y-tengelyen.
- A célzott glükóztartományokat az x tengellyel párhuzamosan futó színes vonalak jelzik a **Beállítások** részben meghatározott értékek szerint a jobb oldali y tengelyen. A sárga vonal a felső határérték, a piros vonal pedig az alsó határérték.
- A Dexcom CGM rendszerrel és a partneralkalmazásokkal rögzített **Események** alul egy ikonnal jelennek meg. További részletekért vigye az egérmutatót az egyes ikonokra, vagy görgessen le a táblázat megtekintéséhez. Elrejtheti vagy megmutathatja az Esemény részleteit a grafikon alatt.

Ha a grafikon fekete nyomvonala megszakad vagy véget ér, akkor a Dexcom CGM rendszer nem rögzített glükózadatokat ezalatt az idő alatt.

Jelentés összehasonlítása

Az Összehasonlítás jelentés két oszlopra oszlik, amelyek a kiválasztott dátumtartományokban összehasonlítandó grafikonokat, statisztikákat, mintázatokat és eszközöket tartalmaznak.

Dátumtartományok kiválasztása

Minden oszlopnak saját dátumtartomány-választója van. Legfeljebb 90 napnyi adatot hasonlíthat össze. Az utolsó grafikon alatt található számok használatával további grafikonokat jeleníthet meg a kiválasztott dátumtartományban.

A dátumsávok az aktuális dátumtartományokat mutatják az összehasonlításhoz. Az egyes oszlopok tartományának módosításához válassza ki a legfrissebb napok számát, vagy kattintson a dátummezőkre az egyéni nézet dátumának kiválasztásához, és kattintson az **OK** gombra.

Hasonlítsa össze a grafikonokat a trendek, a rávetítések és a napi nézetek segítségével, és alkalmazzon szűrőket. Az adatnézetek és a szűrők módosításához:

1. Kattintson a **Trendek**, a **Rávetítés** vagy a **Napi** lehetőségre a nézet kiválasztásához.
2. Kattintson a **Napok**, a **Napszak**, az **Események** és a **Használat** lehetőségre, majd kattintson az **Alkalmazás** lehetőségre. A grafikon frissítéséhez mindig kattintson az **Alkalmazás** gombra, amikor egy szűrőn módosít.

Trend-összehasonlítás

A Trendek nézetben a kiválasztott dátumtartományban egymás mellett tekintheti meg a glükóztrendeket. Ezek a grafikonok ugyanazokat a funkciókat tartalmazzák, mint a **Trendek grafikon**.

Rávetítés összehasonlítása

A Rávetítés nézetben egy héten belül összehasonlíthatja a napi adatokat a kiválasztott időtartományokban. Ezek a grafikonok ugyanazokat a funkciókat tartalmazzák, mint a **Rávetített grafikon**.

Napi összehasonlítás

A Napi nézetben egymás mellett tekintheti meg a 24 órás napi grafikonokat a kiválasztott dátumtartományban. Ezek a grafikonok ugyanazokat a funkciókat tartalmazzák, mint a **Napi grafikon**.

Statisztika-összehasonlítás

Minden összehasonlító nézet tartalmaz fő méréseket vagy statisztikákat, amelyek a grafikonok alatt láthatók. Ezek a statisztikák hasonlóak az **Áttekintés jelentésben** megjelenőkhöz.

A statisztikák jobb oldali oszlopában nyilak jelzik a bal oldali oszlopértékhez képesti különbséget. A felfelé mutató nyíl azt jelenti, hogy a jobb oldalon lévő statisztika magasabb, mint a bal oldali statisztika. A lefelé mutató nyíl pedig azt jelenti, hogy alacsonyabb.

Mintázat-összehasonlítás

Kattintson a mintázat nevére, hogy megtekinthesse a mintázat időintervallumát, eseményeinek számát és a visszafordulások számát.

A bal oldali oszlopból átvett mintázatok a jobb oldali oszlopban áthúzott zöld szöveggel és egy pipa ikonnal jelennek meg.

Az új minták a jobb oldali oszlopban egy Új ikonnal megjelölve láthatók. A legjobb napok mindig mindkét kiválasztott dátumtartományban szerepelnek.

Eszközök összehasonlítása

Kattintson az eszköz nevére az oldal alján a Dexcom CGM modelljének, sorozatszámának és a kiválasztott dátumtartományok feltöltési dátumának összehasonlításához.

Statisztikai jelentés

Az érzékelő adatok napi vagy óránkénti statisztikában jelennek meg a kiválasztott dátumtartomány normál és speciális nézeteiben.

A napi statisztika kiszámítása a kiválasztott dátumtartományban szereplő hét egyes napjainak értékei alapján történik. Például ha a dátumtartomány 14 napos, a két hétfőn összegyűjtött összes érzékelő érték a hétfő számításaiban szerepel.

Az óránkénti statisztika kiszámítása a kiválasztott dátumtartományban szereplő nap egyes óráinak értékei alapján történik. Például ha a dátumtartomány 7 napos, akkor a számítások során mind a hét napra, az egyes órákra összegyűjtött összes érzékelő értéket használja fel a rendszer.

Kattintson a **Napi** vagy az **Óránkénti** elemre a normál nézetekhez, majd kattintson a **Speciális** jelölőnégyzetre, ha az összes statisztikát meg szeretné tekinteni.

A napi és óránkénti statisztikák azonos elemeket tartalmaznak, amelyek része:

- **Tartományon belül töltött idő**
  Annak az időnek a százalékos aránya, amikor a glükózszint alacsony, céltartományon belüli illetve magas tartományba esik. A következők az ajánlott tartományok a nemzetközi konszenzus szerint. A Dexcom Clarity tartományai eltérhetnek a Dexcom CGM figyelmeztetéseitől. Az itt elvégzett módosítások csak a Dexcom Clarity alkalmazásra vonatkoznak.
    - **Céltartomány**: 3,9–10,0 mmol/L vagy 70–180 mg/dL
    - **Nagyon magas**: 13,9 mmol/L vagy 250 mg/dL fölött
    - **Nagyon alacsony**: 3,0 mmol/L vagy 54 mg/dL alatt
- **Mérések száma**: Az érzékelő összes mérésének száma.

- **Min**: A minimum az érzékelő által mért legalacsonyabb érték.
- **Átlag**: Az érzékelő által mért értékek átlaga.
- **Max**: A maximum az érzékelő által mért legmagasabb érték.
- **Első kvartilis 25**: Az az érzékelő érték, amelynél az összes leolvasás 25%-a erre vagy ez alá esik, miután az összes értéket sorba rendezi a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.
- **Medián**: Az összes érzékelő érték középpontja, amelynél az értékek fele e fölé esik.
- **Első kvartilis 75**: Az az érzékelő érték, amelynél az összes leolvasás 75%-a erre vagy ez alá esik, miután az összes értéket sorba rendezi a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.
- **Interkvartilis terjedelem**: Az interkvartilis terjedelem (IQR) az értékek harmadik kvartilisa (75. percentilis) és első kvartilisa (25. percentilis) közötti különbség.
- **Std. szórás**: Megmutatja, hogy mennyit emelkednek és csökkennek az érzékelő értékek. Ez „glikémiás variabilitás” néven ismert.
- **IQ Std. szórás**: Az interkvartilis szórás (IQSD) a szórás kiszámítása előtt eltávolítja az érzékelő értékek felső 25%-át és alsó 25%-át.
- **Átlag szórása**: Az átlag szórása (SD) a varianciát a szórásértéknek az értékek számának négyzetgyökével való elosztásával becsüli.
- **Variációs együttható %**: A variációs együttható (%CV) a glükóz szórása osztva az átlagos glükózértékkel. A %CV egy standardizált számítás, amely a glükózvariancia nagyságára utal. Minél nagyobb a %CV, annál nagyobb az érzékelő értékek variabilitása.

AGP-jelentés

Az Ambulatory Glucose Profile (AGP) egy engedélyezett, standardizált glükózszint-jelentés, amelyet az International Diabetes Center (IDC) készített. Az AGP a cukorbetegség kezelésére vonatkozó szabványos információkat és grafikonokat tartalmaz, és csak egy része az Ön glükózmintázatai megértésének. További részleteket a jelentésről az **agpreport.org** oldalon olvashat

Feltöltések

Ha a Dexcom CGM alkalmazást használja, nem kell feltöltenie semmilyen adatot, mivel adatait az alkalmazás automatikusan elküldi a Dexcom Clarity-nek, amikor okostelefonja csatlakozik az internethez, és a Dexcom CGM alkalmazás fut.

Adatgyűjtés

Lehetőség van egy okostelefon és egy vevőegység használatára is az érzékelő adatok megadásához.

Az okostelefon-rendszer adatokat továbbít a Dexcom szerverre, ahol az adatok három óra múlva elérhetők a Dexcom Clarity jelentésekhez. Ezen adatok fogadásához az okostelefonnak csatlakoznia kell az internethez, és a Dexcom CGM alkalmazásnak futnia kell.

A Dexcom vevőegységnek szükséges a számítógéphez csatlakoznia, hogy időről időre feltöltse az adatokat. Ha időnként okostelefont, időnként pedig vevőegységet használ, a Dexcom Clarity alkalmazásnak mindkét forrás adataira szüksége van a pontos statisztikához.

Vevőegységek feltöltése

A Dexcom vevőegységei korlátozott számú érzékelő mérést tárolnak. Fontos, hogy a Dexcom vevőegység adatait rendszeresen feltöltse a Dexcom Clarity-ra, hogy az adatok ne vesszenek el. Érintőképernyős vevőegységeknél a feltöltést legalább 30 naponta el kell végezni. Minden más vevőegységnél legalább 180 naponként.

A Dexcom Uploader telepítése

Kattintson az oldal tetején található **Feltöltés** elemre, és kövesse az utasításokat.

Beállítások

Az adatok megjelenítésének és megosztásának beállításához használja a Beállítások oldalt. A Dexcom Clarity felületen végzett módosítások alkalmazhatók a Dexcom alkalmazásra. A célértékek módosításaihoz kérje ki egészségügyi szakember tanácsát, aki eltérő beállításokat használhat az adatok áttekintéséhez. A Dexcom Clarity tartományai eltérhetnek a Dexcom alkalmazás figyelmeztetéseitől.

A beteg teljes neve

Módosíthatja nevének megjelenítési módját megtekintés közben, illetve a klinika számára készített jelentéseken. Az orvosi kartonokon található nevet használja.

Nyelv és mértékegység kiválasztás

Bármikor módosíthatja a megjelenő nyelvet és a mértékegységeket.

Céltartomány

A glükózcéltartomány felső és alsó határának testreszabásához kattintson és tartsa lenyomva a szürke kör ikont, majd húzza fel vagy le a kívánt glükózszintek beállításához a céltartományhoz; vagy válassza ki az időt és a korlátokat a nappali és éjszakai glükózszinthez a legördülő listákból. A Dexcom Clarity során a felső határvonal mindig sárga, az alsó határvonal pedig mindig piros. A színek eltérően jelenhetnek meg a monitor beállításai alapján.

Éjjeli és nappali

A nappal és az éjszaka testreszabásához kattintson egy szürke kör ikonra és tartsa lenyomva, majd húzza balra vagy jobbra a nap kezdetének és végének beállításához; vagy a legördülő listákból válassza ki a kezdési és a befejezési időpontot mind a nappalhoz, mind az éjszakához.

Nagyon magas

Válassza a 13,9 mmol/L (250 mg/dL) vagy a feletti értéket a Dexcom Clarity jelentéseken belül a Nagyon magas értékek megjelenítésének határértékeként. Ennek a beállításnak a módosítása nem változtatja meg a Dexcom CGM beállításait.

Nagyon alacsony

A Dexcom Clarity jelentéseinek „Nagyon alacsony” megjelenítési határértékeként válassza a 2,8 mmol/L vagy 3,0 mmol/L (50 mg/dL vagy 54 mg/dL) értéket. Ennek a beállításnak a módosítása nem változtatja meg a Dexcom CGM beállításait.

AGP céltartomány

Válassza ki az AGP-jelentésben megjeleníteni kívánt alsó és felső határértékeket. Az ehhez a beállításhoz végrehajtott módosítások csak az AGP-jelentésre vonatkoznak.

Éhgyomri glükóz célérték

Kapcsolja be az éhgyomri glükózt a célérték beállításához. Ezek a beállítások csak a Dexcom Clarity alkalmazásban érvényesek.

Étkezés utáni célérték

Válasszon 1 vagy 2 órát és egy célérték alatti értéket. Ezek a beállítások csak a Dexcom Clarity alkalmazásban érvényesek. Számos nem terhes, cukorbeteg felnőttnél az étkezési utáni célzott glükózszint kevesebb, mint 180 mg/dL.

Adatmegosztás klinikákkal

Megoszthatja az érzékelő adatait a klinikai Dexcom Clarity-fiókjával. Több klinikával is megoszthatja, és bármikor leállíthatja a megosztást. Az adatmegosztás kezeléséhez lépjen be a **Beállítások** menüpontba.

A megosztás után a Dexcom CGM alkalmazás adatai automatikusan és folyamatosan elérhetőek lesznek a klinikán. A vevőegységről a Dexcom Clarity-fiókjába feltöltött adatok láthatók a klinikán. A klinikán végzett feltöltések az Ön Dexcom Clarity-fiókjában is megjelennek.

Adatmegosztás indítása

Szüksége lesz annak a klinikának a rendelői kódjára, mellyel meg akarja osztani az adatokat. A **Beállítások** oldalon kattintson a **Lépjen az adatmegosztáshoz** opcióra, és kövesse az utasításokat a kód beírásához. Csatlakozás után Dexcom Clarity-fiókja és a klinika Dexcom Clarity-fiókja megosztják egymással az adatokat.

Az adatmegosztás leállítása

A klinikával történő adatmegosztás leállításához a **Beállítások** oldalról, kattintson a **Lépjen az adatmegosztáshoz** opcióra, és kövesse az utasításokat. Néhány megjegyzés:

- A vevőegység által a klinika Dexcom Clarity-fiókjába feltöltött összes adat továbbra is elérhető lesz a klinikán. Ezek az adatok a megosztás leállítása után nem lesznek elérhetők az Ön Dexcom Clarity-fiókjából.
- A megosztás leállítása után a Dexcom CGM alkalmazásból származó vagy a vevőegységről a Dexcom Clarity-fiókjába feltöltött adatok nem lesznek elérhetők a klinika számára.
- Dexcom Clarity-fiókjában továbbra is látni fogja a vevőegységből vagy a Dexcom CGM alkalmazásból feltöltött saját adatait.

Támogatás

Ha segítséget szeretne kapni a Dexcom Clarity használatához, kattintson a **Támogatás** gombra, és válasszon egy lehetőséget:

- **Uploader eltávolítása**: Eltávolítja a Dexcom Uploader szoftvert a számítógépről.
- **Felhasználói útmutató**: Megtekintheti, kinyomtathatja, illetve PDF formátumban mentheti ezt az útmutatót.
- **Szószedet**: Tekintse meg a kifejezések definícióit és az adatszámítások magyarázatait.
- **Kapcsolat**: Megkeresheti a Dexcom képviselőjének elérhetőségét.

Hibaelhárítás

Ha problémái vannak a Dexcom Clarity elérésével, próbálja meg az alábbi hibaelhárítási lépéseket:

- Ha elfelejtette jelszavát, lépjen a bejelentkezési képernyőre, majd kattintson az **Elfelejtette a jelszavát?** lehetőségre és azt a rendszer e-mailben elküldi Önnek.
- Ha elfelejtette felhasználónevét, lépjen a bejelentkezési képernyőre, majd kattintson az **Elfelejtette a felhasználónevét?** lehetőségre és azt a rendszer e-mailben elküldi Önnek.
- Ha hálózatot vagy tűzfalat használ, vegye fel a kapcsolatot a helyi IT ügyfélszolgálattal, hogy meggyőződjön róla, hogy a tűzfal beállításai lehetővé teszik a Dexcom Clarity elérését és a szoftvertelepítési jogosultságokat.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép a munkamenet során csatlakozik az internethez. Ha a számítógép elveszíti ezt a kapcsolatot, előfordulhat, hogy a képernyők nem jelennek meg megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép **operációs rendszere és böngészője támogatott-e**.
- Keresse meg a letöltött fájlok tárolási helyét. Ez megkönnyíti a letöltések megtalálását.
- Győződjön meg arról, hogy nincs megnyitva más glükózadat-szoftver, mivel ezek megszakításokat vagy meghibásodásokat okozhatnak a CGM rendszerből történő feltöltés során.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelő számítógépes jogosultságokkal rendelkezik a jelentések letöltéséhez és a Dexcom Uploader szoftver telepítéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az alábbi URL-címek szerepelnek a megbízható webhelyek böngészőlistáiban:
    - *.dexcom.eu (és minden altartomány) a 443-as porton
    - *.dexcom.com (és minden altartomány) a 443-as porton
    - https://agent.mydiabetesdata.com

Műszaki támogatás

A Dexcom CGM rendszerekkel kapcsolatos segítség igényléséhez, a Dexcom Clarity alkalmazásra vonatkozó kérdések feltevéséhez, illetve a felhasználói útmutató nyomtatott változatának igényléséhez lépjen kapcsolatba a Dexcom helyi képviseletével.

A készülékkel kapcsolatosan bekövetkezett bármely súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A. függelék: Dexcom Clarity alkalmazás

A Dexcom Clarity alkalmazás lehetővé teszi a glükóz statisztikák megtekintését, mentését és elküldését e-mailben, valamint a rendelői kód beírását a klinikáról az adatmegosztás engedélyezéséhez.

Töltse le a Dexcom Clarity alkalmazást okostelefonja alkalmazásboltjából. A Dexcom Clarity alkalmazás megjelenítését az okostelefonon kiválasztott hely és nyelvek, valamint a Dexcom-fiók beállításai szabályozzák. A Dexcom Clarity kompatibilis okostelefonok megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: **dexcom.com/compatibility**.

Előfordulhat, hogy a Dexcom Clarity alkalmazás funkciói nem érhetők el azonnal, és nem érhetők el minden országban.

Összefoglaló

Tekintse meg az oldal tetején felsorolt legfrissebb napok glükózadatait.

Jelentések

Válasszon ki egy tartományt és azokat jelentéseket, amelyeket meg szeretne tekinteni, el szeretne menteni, ki szeretne nyomtatni és e-mailben elküldeni.

A jelentések megtekintéséhez:

1. Koppintson a **Jelentések** lehetőségre.
2. Koppintson a **2**, **7**, **14**, **30** vagy **90** napra.
3. Koppintson a megtekinteni kívánt jelentésekre.
4. Koppintson a **Jelentések megtekintése** lehetőségre.

Az oldal tetején található ikonok segítségével elmentheti a jelentéseket, kinyomtathatja vagy elküldheti e-mailben azokat.

Célok

Tekintse meg céljait: A tartományon belüli idő és a legjobb nap adatai. A célok módosításához koppintson a **Profil** > **Céltartomány** > **Cél: Tartományon belüli idő** elemre.

Profil

Szabja személyre alkalmazásbeállításait az ezen az oldalon található lehetőségek segítségével.

- **Megosztás kezelése**: Ossza meg az érzékelő adatait a klinikákkal, tekintse át a megosztott adatokat, és állítsa le a megosztást a klinikákkal.
- **Beleegyezés kezelése**: Frissítse az adatvédelmi beállításait.
- **Céltartomány**: Testreszabhatja a Dexcom Clarity alkalmazásban megjelenő glükóztartományokat. Ezeknek a tartományoknak a módosítása nem érinti a Dexcom CGM eszközök tartományait, riasztásait és figyelmeztetéseit.
- **Értesítések**: Módosítsa a leküldéses (push) értesítéseket, célbeállításokat és az e-mailes összefoglalót. Az értesítéseket leküldi a rendszer az okostelefonra, amikor rendelkezésre állnak adatok, és csatlakozik az internethez. Az összefoglaló e-mailt hetente küldjük el arra az e-mail-címre, amelyet a Dexcomnál tárolunk.
- **Támogatás**: Bővebb információkat olvashat a funkciókról, vagy felveheti a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.
- **Névjegy**: További információk erről az alkalmazásról.
- **Profil kezelése**: Frissítse a Dexcom-fiók adatait.
- **Kijelentkezés**: Az alkalmazásból történő kijelentkezéshez koppintson a **Kijelentkezés** lehetőségre.

MD

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+ 1.858.200.0200

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: Forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez.

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Németország

EU Importőr
Dexcom International Limited
Newford
Athenrv
CO.Galway
H6S F978
Írország

Regisztrációs jogosult, Izrael
I.L. Emergo Israel
9 Andrei Sakharov St.
Matam, P.O.B. 15401
Haifa 3190501 Izrael
Telefonszám: 02-6731634
AMAR regisztrációs szám, Izrael
24820094

Ausztráliai szponzor
AA-Med Pty Ltd
Suite 10.04, 1 Chandos Street
St Leonards NSW 2065
Ausztrália

UK REP

MDSS-UK RP LIMITED
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester
M14 5TP
Egyesült Királyság

CH REP

Felhatalmazott képviselő, Svájc
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Svájc

Svájc Importőr
Dexcom International Limited, Nicosia,
Zweigniederlassung Horw
Allmendstrasse 18
6048 Horw
Svájc

Szimbólumok

Ezek a szimbólumok a Dexcom Clarity helyes és biztonságos használatát jelzik.

Gyártó	
Jelzi, hogy a tétel orvostechnikai-eszköz	
Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben	
Egyesült királyságbeli felelős személy	
Svájci meghatalmazott képviselő	
CE megfelelőségi jelölés	
Egyesült királyságbeli megfelelőségi jelölés	

©2016-2024 Dexcom, Inc. Minden jog fenntartva.
LBL016644 Rev 022, 2024/11

A Dexcom, a Dexcom Clarity, Dexcom G6, Dexcom G7, Dexcom ONE és a kapcsolódó logók és formatervezési minták bejegyzett védjegyek vagy a Dexcom, Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.