Dexcom

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING

Dexcom Clarity

Naudotojo vadovas

Norėdami gauti išspausdintą šio vadovo kopiją,

susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Turinys

Turinys **2**

Įvadas į Dexcom Clarity **5**

Paskirtis / pareiškimas apie saugumą 5

Apie Dexcom Clarity 5

Kompiuterio ir interneto konfigūracijos **5**

„Windows“ 10 arba 11 6

„Mac OSX“ 11 arba 12 6

Pasirinktinės kompiuterio konfigūracijos 6

Naudojimo sąlygos 7

Privatumo politika ir privatumo praktika 7

Nuosavybės teisės 7

Susisiekti su „Dexcom“ 7

Prieiga prie Dexcom Clarity **7**

Ataskaitos ypatybės **8**

Datų diapazono pasirinkimas 8

Įvykiai 8

Ataskaitos išvestys **9**

Ataskaitų spausdinimas 9

Ataskaitų atsisiuntimas 9

Ataskaitų siuntimas el. paštu 9

Ataskaitų eksportavimas 10

Apžvalgos ataskaita **10**

Ataskaitų sritis 10

Tendencijų grafikas 12

Šablonų santraukos ir geriausia diena 13

Prietaisai 13

Šablonų ataskaita **13**

Šablonų grafikai 13

Šablonų įvykiai 14

Priešingi 14

Šablonų statistika 15

Aplinkybės 15

Perklojimo ataskaita **15**

Perklojimo grafikas 15

Kasdienė ataskaita **15**

Dienos grafikas 16

Ataskaitų palyginimas **16**

Datų diapazonų pasirinkimas 16

Tendencijų palyginimas 17

Perklojimų palyginimas 17

Dienų palyginimas 17

Statistikos palyginimas 17

Šablonų palyginimas 17

Prietaisų palyginimas 17

Statistikos ataskaita **18**

AGP ataskaita **19**

Nusiuntimai **19**

Duomenų surinkimas 19

Nusiuntimas, imtuvai 20

„Dexcom Uploader“ įdiegimas 20

Nustatymai **20**

Paciento vardas ir pavardė 20

Kalbos ir vienetų pasirinkimas 20

Tikslinis intervalas 20

Diena ir naktis 20

Labai didelis 20

Labai mažas 21

AGP tikslinis intervalas 21

Gliukozės koncentracijos nevalgius tikslas 21

Po valgio tikslas 21

Duomenų bendrinimas su klinikomis 21

Pradėkite bendrinti duomenis 21

Stabdyti duomenų bendrinimą 21

Palaikymas **22**

Trikčių šalinimas 22

Techninis palaikymas 23

A priedas. „Dexcom Clarity“ programėlė **24**

Santrauka 24

Ataskaitos 24

Tikslai 24

Profilis 24

Įvadas į Dexcom Clarity

Paskirtis / pareiškimas apie saugumą

Internetinė „Dexcom Clarity“ programinė įranga skirta naudotojams namuose ir sveikatos priežiūros specialistams, siekiant padėti cukriniu diabetu sergantiems žmonėms ir jų sveikatos priežiūros specialistams peržiūrėti, analizuoti ir įvertinti istorinius CGM duomenis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą diabeto valdymą. Ji skirta naudoti kaip „Dexcom“ CGM prietaisų su duomenų sąsajos galimybėmis priedas.

DĖMESIO Programinė įranga neteikia jokio medicininio patarimo ir neturi būti naudojama šiuo tikslu. Naudojantieji namuose, prieš atlikdami bet kokias medicininės interpretacijas ir koreguodami gydymą pagal programinės įrangos informaciją, turi pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu.

DĖMESIO Sveikatos priežiūros specialistai turi naudoti programinės įrangos pateikiamą informaciją kartu su kita jiems prieinama klinikine informacija.

Apie Dexcom Clarity

„Dexcom Clarity“ yra programinės įrangos programa, kuri suteikia galimybę perduoti gliukozės duomenis iš „Dexcom“ CGM sistemos į nuotolinius „Dexcom“ serverius duomenims tvarkyti, padėti naudoti „Dexcom“ CGM sistemą ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas. „Dexcom Clarity“ gali perduoti ir tvarkyti duomenis iš „Dexcom G5 Mobile CGM System“, „Dexcom ONE“ (kur prieinama), „Dexcom G6 CGM System“ („Dexcom G6“) ir „Dexcom G7 CGM System“ („Dexcom G7“) (kur prieinama), visos jos vadinamos „Dexcom“ CGM sistemomis. Dexcom Clarity taip pat gali perduoti duomenis trečiųjų šalių sąveikiais prietaisais. Suderinamų prietaisų sąrašą žr. **dexcom.com/clarity**. Trečiųjų šalių sąveikauti galintys prietaisai gali nebūti prieinami visose šalyse.

Gliukozės duomenis įkėlus į Dexcom Clarity, informacija apdorojama Dexcom Clarity ir rodoma kompiuteriuose diagramomis, kad pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai galėtų analizuoti gliukozės tendencijas ir šablonus. Duomenų ataskaitas galima peržiūrėti, įrašyti, išspausdinti ir išsiųsti el. paštu.

„Dexcom Clarity“ rodo gliukozės duomenis iš „Dexcom“ CGM sistemos po 3 valandų nuo duomenų užfiksavimo. Tai reiškia, kad naujausi Dexcom Clarity rodomi duomenys yra senesni nei 3 val.

Kompiuterio ir interneto konfigūracijos

Reikalingas 1,5 Mbps arba daugiau interneto ryšys, kad būtų galima įdiegti programinę įrangą iš žiniatinklio, nusiųsti duomenis arba peržiūrėti naudotojo vadovą tinkle.

Rekomenduojama naudoti tinkamą užkardos programą ir antivirusinę programą jūsų kompiuteryje, kad būtų apsaugota nuo virusų, kenkėjiškų programų ir neteisėtos prieigos prie jūsų kompiuterio ir jame laikomos, apdorojamos ir jo perduodamos informacijos naudojimo.

„Dexcom Clarity“ reikalauja naudoti slapukus įvairiais tikslais, įskaitant vietos naudojimo duomenų rinkimų, turinio valdymu, tinkinto turinio tiekimo ir srauto matavimo bei analizės. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą, peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką adresu: **dexcom.com**.

Dexcom Clarity palaiko šias sistemos konfigūracijas:

„Windows“ 10 arba 11

- 1,3 GHz procesorius, 1 GB laisvos RAM ir 100 MB laisvos vietos diske
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 arba aukštesnė, visa versija
- Ekrano skyra 1024 x 768 pikselių arba didesnė
- „Chrome“, „Firefox“ arba „Microsoft Edge“
- USB 2.0+ prievadas arba geresnis USB kabeliui prijungti duomenims nusiųsti iš pasirinktinio „Dexcom“ imtuvo

„Mac OSX“ 11 arba 12

- 2,3 GHz procesorius ir 4 GB laisvos RAM su 100 MB laisvos vietos diske
- Ekrano skyra 1280 x 800 pikselių arba didesnė
- „Chrome“, „Firefox“ „Mac OSX“ arba „Safari“ 12, 13 ir 14
- USB 2.0+ prievadas arba geresnis USB kabeliui prijungti duomenims nusiųsti iš pasirinktinio „Dexcom“ imtuvo

Pasirinktinės kompiuterio konfigūracijos

- PDF skaitytuvas ataskaitoms peržiūrėti, įrašyti ir spausdinti
- Spausdintuvas ataskaitoms spausdinti
- „Excel“ skaičiuoklių peržiūros programa eksportuotiems duomenims peržiūrėti

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Clarity“, jūsų tinkle turi būti leidžiamas išeinantis tinklo srautas, tam gali prireikti pakeisti tarpinio serverio ir tinklo konfigūraciją:

- dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- agent.mydiabetesdata.com su DNS kilpinės jungties su 127.0.0.1 palaikymu

Kad būtų galima paleisti „Dexcom Uploader“, jūsų tinkle turi būti leidžiamas išeinantis tinklo srautas:

- *.dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
- *.dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade

Naudojimo sąlygos

Jūsų naudojimuisi Dexcom Clarity ir „Dexcom“ paslaugomis taikomos naudojimo sąlygos, pateiktos: **dexcom.com/linked/documentservice/TermsOfUse**.

Naudodamiesi šiuo vadovu jūs sutinkate laikytis taikomų nuostatų ir sąlygų, siejamų su jūsų „Dexcom Clarity“, paslaugų ir šio naudotojo vadovo naudojimu

Privatumo politika ir privatumo praktika

Perskaitykite „Dexcom“ privatumo politiką adresu **dexcom.com/linked/documentservice/PrivacyPolicy**.

Nuosavybės teisės

„Dexcom Clarity“ ir šio naudotojo vadovo autorių teisės priklauso „Dexcom, Inc.“ ir yra saugomos, © 2016–2024 m. ir jos licencijų išdavėjams. Visos teisės saugomos. „Dexcom Clarity“ programinėje įrangoje, atsisiųstoje į jūsų kompiuterį arba kitus prietaisus, gali būti tam tikros trečiųjų šalių programinės įrangos, licencijuotos „Dexcom“. Pranešimai apie ją pateikti adresu **clarity.dexcom.com/notices**.

Šiame vadove pateikti trečiųjų šalių produktams galioja jų gamintojų ir platintojų teisės, taikomos produktams ir jų prekių ženklams.

Susisiekti su „Dexcom“

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom“ CGM sistemų, kilus klausimų apie „Dexcom Clarity“ arba jei norite gauti spausdintą naudotojo vadovo versiją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Prieiga prie Dexcom Clarity

Norėdami prisijungti prie Dexcom Clarity žiniatinklyje:

1. Eikite į clarity.dexcom.eu ir spustelėkite **Dexcom Clarity naudotojams namuose**.
2. Įveskite savo „Dexcom“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte.

Nesukurkite „Dexcom“ paskyros dublikato, tokiu atveju jūsų duomenys nebus randami. Jei nesate įsitikinę, ar turite paskyrą, bandykite atkurti prisijungimą. Jūs jau turite „Dexcom“ paskyrą, jei atitinkate toliau nurodytas sąlygas.

- Naudojate „Dexcom CGM“ programą
- Įkelkite „Dexcom“ imtuvą į Dexcom Clarity namuose
- Jei kada nors užsakėte tiekimą tiesiai iš „Dexcom“.

Jei neturite „Dexcom“ paskyros, galite ją sukurti prisijungimo puslapyje.

Jūsų Dexcom Clarity paskyra priklauso jūsų geografinei vietovei. Už ES ribų sukurtos paskyros nebus prieinamos ES.

Norėdami atsijungti nuo „Dexcom Clarity“, spustelėkite parinktį **Atsijungti**, esančią po jūsų paskyros pavadinimu puslapio viršuje, dešinėje.

Ataskaitos ypatybės

Dexcom Clarity galite peržiūrėti gliukozės duomenų ataskaitas su interaktyviomis diagramomis ir atitinkamais statistiniais duomenimis. Naudokite puslapį **Nustatymai** duomenų rodymui ir bendrinimui tinkinti.

Datų diapazono pasirinkimas

Pagal numatytuosius nustatymus Dexcom Clarity ataskaitose rodomi paskutinių 14 dienų duomenys.

Norėdami keisti datų diapazoną, bet kurioje ataskaitoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite datų diapazoną.
2. Pasirinkite iš naujausio dienų skaičiaus arba spustelėkite datos diapazoną, tada spustelėkite **Gerai**.

Įvykiai

Įvykiai, įrašyti „Dexcom CGM“ sistemoje, rodomi kai kuriose ataskaitose. Kiekvienas įvykis rodomas kaip piktograma. Norėdami pamatyti daugiau informacijos, užveskite pelės žymeklį ant piktogramos.

Ataskaitos išvestys

Galite išspausdinti, atsisiųsti, siųsti el. paštu ir eksportuoti ataskaitas pasinaudodami nuorodomis, esančiomis „Dexcom Clarity“ viršuje.

Visos ataskaitos generuojamos jūsų paskyros numatytąja kalba ir naudojant jūsų paskyroje nurodytus matavimo vienetus. Jūsų sveikatos priežiūros specialistas gali paprašyti ataskaitos kita kalba arba naudojant kitokius matavimo vienetus. Norėdami siųsti ataskaitą su kitokiais nustatymais, eikite į **Nustatymai**.

Ataskaitų spausdinimas

Norėdami spausdinti ataskaitą, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **spausdinimo** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą spausdinti.
5. Spustelėkite **Spausdinti ataskaitą**.

Ataskaitų atsisiuntimas

Norėdami atsisiųsti ataskaitą kaip PDF, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **atsisiuntimo** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą atsisiųsti.
5. Spustelėkite **Įrašyti ataskaitą**.

Ataskaitų siuntimas el. paštu

Galite siųsti ataskaitas tik vienu adresu vienu metu. Norėdami siųsti keliais adresais, pakartokite procesą po to, kai pirmasis el. laiškas bus išsiųstas.

Norėdami siųsti el. laišką, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **el. laiško** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Pasirinkite mažiausiai vieną ataskaitą siųsti el. paštu.
5. Spustelėkite **Tęsti**.
6. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinktinai pranešimą.
7. Spustelėkite langelį **Siųsti kopiją man**, jei norėtumėte kopijos.
8. Spustelėkite **Tęsti**.
9. Spustelėkite **Aš sutinku su sąlygomis** jas perskaitę.

Ataskaitų eksportavimas

Galite eksportuoti neapdorotas gliukozės duomenų reikšmes, kalibravimo reikšmes ir įvykius į „Excel“ skaičiuoklę, įrašytą jūsų kompiuteryje. Bus sugeneruotas .csv failas.

Norėdami eksportuoti ataskaitą, bet kuriame ataskaitos puslapyje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **eksporto** piktogramą puslapio viršuje.
2. Pasirinkite datų diapazoną.
3. Pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.
4. Spustelėkite **Eksportuoti**, tada **Uždaryti**.

Apžvalgos ataskaita

Apžvalgos ataskaitoje rodoma pasirinkto datų diapazono statistinė gliukozės santrauka, šablonų santrauka ir geriausia gliukozės diena. Ten taip pat pateikiama informacija apie „Dexcom CGM“ sistemą, naudojamą rodomiems duomenims pateikti.

Ataskaitų sritis

Apžvalgos ataskaitoje yra pagrindinių rodmenų iš pasirinkto datų diapazono suvestinė santrauka:

- **Gliukozės vidurkis**
  Visų jutiklių gliukozės rodmenų vidurkis per pasirinktą dienų intervalą.

- **GMI (gliukozės stebėjimo indikatorius)**
  Apskaičiuota pagal jutiklio gliukozės duomenų vidurkį. GMI gali būti rodiklis, rodantis, kaip gerai valdomas gliukozės lygis. GMI greičiausiai skirsis nuo A1C.
- **Standartinis nuokrypis**
  Rodo, kiek jutiklio gliukozės rodmenys padidėjo ar sumažėjo. Tai taip pat vadinama glikemijos kintamumu.
- **Variacijos koeficientas**
  Pokyčio koeficientas (%CV) yra skaičiuojamas dalijant **standartinį gliukozės nuokrypį** iš gliukozės vidurkio.
- **Laikas intervale**
  Laiko, kai gliukozės lygis per žemas, yra tiksliniame diapazone ir per aukštas, procentas. Toliau pateikiami rekomenduojami diapazonai pagal tarptautinį sutarimą. Dexcom Clarity intervalai gali skirtis nuo „Dexcom“ CGM įspėjimų. Čia atlikti keitimai taikomi tik Dexcom Clarity.
  - **Tikslinis intervalas**: 3,9–10,0 mmol/L arba 70–180 mg/dL
  - **Labai aukštas**: virš 13,9 mmol/L arba 250 mg/dL
  - **Labai žemas**: žemiau 3,0 mmol/L arba 54 mg/dL
- **Jutiklio naudojimas**
  Užtikrina aukšto lygio „Dexcom“ jutiklio naudojimo stebėjimą.
  - **Dienos su duomenimis**: rodo dienų skaičių per ataskaitinį laikotarpį su mažiausiai 50 % jutiklio rodmenų.
  - **Aktyvumo laikas**: rodo jutiklio duomenų rinkimo valandų skaičių, padalintą iš ataskaitos laikotarpio valandų skaičiaus.
  - **Vidutinis kalibravimų skaičius per dieną**: rodo vidutinį kalibravimų per dieną skaičių, kurį įvedė pacientas per stebėjimo laikotarpį. Įtrauktos tik dienos su mažiausiai 50 % jutiklio rodmenų. Įmanoma, kad kalibravimų per dieną skaičius galėtų būti nulis, kai kalibravimas nėra būtinas.
- **Insulinas**
  „Dexcom Clarity“ rodo jūsų insulino lygį, kai į suderinamas „Dexcom CGM“ programėles ir imtuvus įvedate insulino įvykius ar tai atliekate su prijungtais ir su „Dexcom“ suderintais insulino prietaisais. Bus rodomos tik žinomos insulino dozės.

„Dexcom Clarity“ insulino funkcijos gali būti prieinamos ne iš karto ir ne visose šalyse.

  - **Insulinas**: rodo greitai ir ilgai veikiančias dozes. Ilgo poveikio duomenis gali reikėti reguliuoti prijungtame prietaise tam, kad jie būtų rodomi „Dexcom Clarity“.
  - **Greitai veikiantis**: vidutinis per dieną suvartotų greitai veikiančių vienetų skaičius.
  - **Ilgai veikiantis**: vidutinis per dieną suvartotų ilgai veikiančių vienetų skaičius.
  - **Bendras vidurkis**: vidutinis per dieną suvartotų greitai ir ilgai veikiančių vienetų skaičius.
  - **Vidutinis greitai veikiantis**: vidutinis greitai veikiančio insulino dozių skaičius per dieną pasirinktame dienų intervale.
  - **Suleidimas**: jei įmanoma, insulino, suleisto per pasirinktą datų intervalą, tipai.

- **Gliukozės koncentracija nevalgius**
  Gliukozės lygis nevalgius ir negėrus (išskyrus vandenį) bent 8 valandas. Rodomas šio įvykio įregistravimo kartų skaičius ir įregistruotų įvykių pasirinktame tiksle procentas.
- **Po valgio**:
  Gliukozės matavimas po valgio. Rodomas šio įvykio įregistravimo kartų skaičius ir įregistruotų įvykių pasirinktame tiksle procentas.

Tendencijų grafikas

Į tendencijų grafiką įeina:

- 24 valandų laiko linija išilgai apatinės x ašies.
- Gliukozės rodmenų skalė dešiniojoje y ašyje.
- Jutiklio rodmenų linijos seka jutiklio rodmenis.
- Reikšmės, susietos su kiekvienais jutiklio rodmenimis, peržiūrimais perkeliant pelę išilgai jutiklio rodmenų linijų.
- Tiksliniai gliukozės kiekio intervalai, kuriuos rodo spalvotos linijos, einančios lygiagrečiai x ašiai, ir kairiojoje y ašyje pateikiamos vertės, pasirinktos **nustatymuose**. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linija yra apatinė riba.

Juostos su geltonu ir raudonu fonu rodo atitinkamai kliniškai reikšmingą hiperglikemiją arba hipoglikemiją. Klinikinis reikšmingumas apibrėžiamas trimis toliau nurodytais veiksniais.

- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos trukmė
- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos dydis
- Hiperglikemijos arba hipoglikemijos dažnumas

Juostos su tamsiausiu fonu rodo reikšmingiausias hiperglikemijos ir hipoglikemijos sritis. Juostos su šviesesniu fonu rodo kitus hiperglikemijos arba hipoglikemijos atvejus, įskaitant kliniškai nereikšmingus duomenis.

Šablonų santraukos ir geriausia diena

Apžvalgos ataskaitoje rodoma iki keturių šablonų, identifikuotų duomenyse. Norėdami peržiūrėti šablono santrauką **šablonų ataskaitoje**, spustelėkite šablono langelį, kad būtų parodyti išsamūs grafikai ir statistika.

Aukštos ir žemos gliukozės lygio ribos keičiamos **Nustatymuose**. Dexcom Clarity atlikti keitimai taikomi visame Dexcom Clarity, tačiau jie nepakeis jokių nustatymų CGM ekrane.

Jūsų geriausia gliukozės diena yra pasirinkto datų diapazono diena, kai jūsų gliukozės kiekis ilgiausiai išlieka tiksliniame intervale. Spustelėkite geriausios gliukozės dienos langelį, kad gautumėte išsamų rodinį.

Prietaisai

Išsami informacija apie naudojamą „Dexcom CGM“ sistemą, įeina serijos numeris, paskutinis nusiuntimas ir dabartiniai įspėjimo nustatymai. Prijungtų prietaisų informacija taip pat čia įtraukta.

Šablonų ataskaita

Šablonų ataskaitoje pateikiami grafiniai šablonai, statistika ir aukštų, žemų lygių bei geriausios jūsų dienos aplinkybės pasirinktame datų diapazone. Tai tie patys šablonai, kurių santrauka pateikiama **apžvalgos ataskaitoje**. Ten visada bus skirtukas „Geriausia diena“ peržiūrai. Spustelėkite kiekvieną skirtuką, kad pamatytumėte išsamią informaciją.

Šablonų grafikai

Kiekvienas šablonas pateikiamas kaip grafikų seka, nurodant laiką, kurį šablonas rastas pasirinktame datų diapazone, arba šablono įvykį.

Į kiekvieną grafiką įeina:

- 24 valandų laiko linija apatinėje x ašyje.
- Gliukozės rodmenų skalė kairiojoje y ašyje.
- Tikslinio intervalo ribos dešiniojoje y ašyje.
- Jutiklio rodmenų linijos susijungia su individualiais jutiklio rodmenis.
- Reikšmės, susietos su kiekvienais jutiklio rodmenimis, peržiūrimais perkeliant pelę išilgai jutiklio rodmenų linijų.
- Tiksliniai gliukozės kiekio intervalai, kuriuos rodo spalvotos linijos, einančios lygiagrečiai x ašiai, ir dešiniojoje y ašyje pateikiamos vertės, pasirinktos **Nustatymuose**. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linija yra apatinė riba.
- Reikšmingi dienos duomenys, pagal kuriuos nustatomi šablonai, paryškinti stulpeliuose baltame fone.
- **Įvykiai**, įrašyti „Dexcom CGM“ sistemos, rodomi piktograma apačioje. Užveskite žymeklį virš kiekvienos piktogramos, kad gautumėte daugiau informacijos, arba slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte lentelę.

Šablonų įvykiai

Šablono įvykis yra gliukozės duomenų periodas, kuris atitinka didesnį panašių gliukozės duomenų periodų šabloną. Pavyzdžiui, jei tie duomenys rodo žemų lygių nakties metu šabloną, vienas iš tų žemų lygių nakties metu būtų įvykis. Dienomis gali būti keli šablono įvykiai.

Šablono įvykis yra balti stulpeliai. Pilkos grafiko sritys nėra šablono dalis. Gliukozės reikšmes ir įvykius galima peržiūrėti, perkeliant pelę virš bet kurios grafiko dalies ir užvedant.

Į geriausios dienos šablono grafiką neįeina pilkas fonas.

Raidė žymi kiekvieną šablono įvykį. Ši raidė rodoma grafiko viršuje, virš balto stulpelio, ir rodoma grafiko kairėje su įvykio kartais.

Stulpelis ir kairiosios pusės šablono įvykiai bus paryškinti jums užvedus žymeklį virš įvykių.

Priešingi

Priešingas įvykis yra tada, kai šablono įvykį iš karto seka priešingas įvykis – aukštas po žemo arba žemas po aukšto. Priešingų skaičius gliukozės duomenų rinkinyje nurodomas santraukoje prieš grafikus.

Šablonų statistika
Į pasirinkto datų diapazono šablonų statistiką įeina vidutinis gliukozės rodmuo, standartinis nuokrypis ir laikas intervale.

Aplinkybės
Remiantis pasirinkto datų diapazono šablonais, kai kurios galimos aplinkybės pateikiamos šablonų ataskaitos apačioje. Prieš atlikdami bet kokias medicinines interpretacijas ir koreguodami gydymą pagal šią informaciją, pasikonsultuokite su sveikatos priežiūros specialistu.

Perklojimo ataskaita

Perklojimo ataskaitoje rodomi vienos savaitės duomenys kiekviename grafike spalvotomis linijomis, kad būtų parodyti vienos dienos duomenys laikui bėgant. Pavyzdžiui, jei pasirinkote 10 dienų datos diapazoną ir nepritaikote jokių filtrų, matysite du grafikus, vieną su septyniomis linijomis ir vieną su trimis.

Norėdami filtruoti perklojimo duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Naudoti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Perklojimo grafikas
Perklojimo grafikas turi kelis toliau nurodytus komponentus.

- 24 valandų laiko linija išilgai apatinės x ašies.
- Gliukozės rodmenų skalė kairiojoje y ašyje.
- Jutiklių rodmenų linijos: kiekviena grafiko linija atitinka skirtingos dienos duomenis. Raktas viršuje rodo, kuri linija atitinka kurią dieną. Naudokite šiuos jutiklio duomenis, norėdami nustatyti tendencijas ir palyginti skirtingų dienų duomenis pasirinktame duomenų diapazone.
- Užvedimas: perkelkite žymeklį ant jutiklio linijos, kad gautumėte šio laiko momento gliukozės informaciją.
- Tiksliniai gliukozės kiekio intervalai, kuriuos rodo spalvotos linijos, einančios lygiagrečiai x ašiai, ir dešiniojoje y ašyje pateikiamos vertės, pasirinktos **Nustatymuose**. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linija yra apatinė riba.

Kasdienė ataskaita

Dienos ataskaitoje rodomi gliukozės duomenys grafikuose pagal dieną pasirinktame laiko diapazone. Dienos grafikai rodomi pirmiausia pateikiant naujausią dieną.

Naudokite skaičius išilgai paskutinio grafiko apačios, kad įkeltumėte ankstesnes dienas.

Norėdami filtruoti dienos duomenis, spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Naudoti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką. Naudokite raktą, kad suprastumėte įvykių piktogramas.

Dienos grafikas

Dienos grafikas turi kelis toliau nurodytus komponentus.

- 24 valandų laiko linija išilgai x ašies apačios ir gliukozės rodmenų vienetai kairiojoje y ašyje.
- Tiksliniai gliukozės kiekio intervalai, kuriuos rodo spalvotos linijos, einančios lygiagrečiai x ašiai, ir dešiniojoje y ašyje pateikiamos vertės, pasirinktos **Nustatymuose**. Geltona linija yra viršutinė riba, o raudona linija yra apatinė riba.
- **Įvykiai,** įrašyti „Dexcom CGM“ sistemoje ir partnerių programėlėse, toliau rodomi kaip piktogramos. Užveskite žymeklį virš kiekvienos piktogramos, kad gautumėte daugiau informacijos, arba slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte lentelę. Po grafiku galite paslėpti arba rodyti įvykio informaciją.

Jei juodoje pėdsako linijoje yra trūkių arba sustojimų, „Dexcom CGM“ sistema tuo laiku neįrašė gliukozės duomenų.

Ataskaitų palyginimas

Palyginimo ataskaita perskirta į du stulpelius, kuriuose yra grafikai, statistika, šablonai ir prietaisai, kad juos būtų galima palyginti pasirinktuose datų diapazonuose.

Datų diapazonų pasirinkimas

Kiekvienas stulpelis turi savo duomenų diapazono parinkiklį. Galite palyginti iki 90 dienų duomenis. Naudokite skaičius, esančius po paskutiniu grafiku, norėdami peržiūrėti daugiau grafikų pasirinktame datų diapazone.

Datos juostose rodomi dabartiniai datų diapazonai palyginti. Norėdami pakeisti diapazonus kiekvienam stulpeliui, pasirinkite vėliausiai naudotą dienų skaičių arba spustelėkite datos laukuose, kad pasirinktumėte datas iš pritinkinto rodinio, tada spustelėkite **Gerai**.

Palyginkite grafikus tendencijų, perklojimo arba dienos rodinius ir pritaikykite filtrus. Norėdami pakeisti duomenų rodinius ir filtrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Spustelėkite **Tendencijos**, **Perklojimas** arba **Dienos**, kad pasirinktumėte rodinį.
2. Spustelėkite **Dienos**, **Dienos laikas**, **Įvykiai** ir **Naudojimas**, tada spustelėkite **Taikyti**. Turite spustelėti **Naudoti** kaskart, kai keičiate filtrą, kad atnaujintumėte grafiką.

Tendencijų palyginimas

Tendencijų rodinyje peržiūrėkite gliukozės tendencijas dienos laiku vieną šalia kitos pasirinktuose datų diapazonuose. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir **tendencijų grafike**.

Perklojimų palyginimas

Perklojimo rodinyje palyginkite po dieną savaitės duomenis pasirinktuose laiko diapazonuose. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir **perklojimo grafike**.

Dienų palyginimas

Dienos rodinyje peržiūrėkite dienos 24 valandų grafikus vieną šalia kito pasirinktame datų diapazone. Šiuose grafikuose yra tokios pat ypatybės, kaip ir **dienos grafike**.

Statistikos palyginimas

Visuose rodiniuose yra pagrindiniai rodmenys arba statistika, rodomi po grafikais. Ši statistika panaši į tą, kuri rodoma **apžvalgos ataskaitoje**.

Statistika dešiniajame stulpelyje paženklinta rodyklėmis, kad būtų parodyti pokyčiai nuo kairiojo stulpelio reikšmių. Aukštyn nukreipta rodyklė reiškia, kad statistiniai duomenys dešinėje yra aukštesni už tokius pat kairėje. Žemyn nukreipta rodyklė reiškia, kad mažesni.

Šablonų palyginimas

Spustelėkite šablono pavadinimą, kad peržiūrėtumėte laiko intervalą, įvykių skaičių ir šablono priešingus įvykius.

Šablonai, gauti iš kairiojo stulpelio, paženklinti dešiniajame stulpelyje perbrauktu žaliu tekstu ir varnelės piktograma.

Nauji šablonai dešiniajame stulpelyje paryškinti piktograma NAUJAS. Geriausios dienos visada įtraukiamos abiem pasirinktiems datų diapazonams.

Prietaisų palyginimas

Spustelėkite prietaiso pavadinimą puslapio apačioje, norėdami palyginti „Dexcom“ CGM modelį, serijos numerį ir pasirinktų datos diapazonų nusiuntimo datą.

Statistikos ataskaita

Rodoma dienų arba valandų jutiklio duomenų statistika su standartiniais arba pažangiais pasirinkto datų laikotarpio rodiniais.

Dienų statistika yra apskaičiuotos reikšmės atskirai savaitės dienai per pasirinktą datų diapazoną. Pavyzdžiui, jei datų intervalas yra 14 dienų, visi jutiklio rodmenys, surinkti per du pirmadienius, būtų naudojami pirmadienio apskaičiavimams.

Valandų statistika yra apskaičiuotos reikšmės atskirai dienos valandai per pasirinktą datų diapazoną. Pavyzdžiui, jei datų diapazonas 7 dienos, visi jutiklio rodmenys, surinkti kiekvienai atskirai valandai kiekvienai iš septynių dienų, bus naudojami skaičiavimuose.

Spustelėkite **Dienos** arba **Valandos**, norėdami gauti standartinius rodinius, tada spustelėkite žymės langelį **Pažangus**, jei norite peržiūrėti visą statistiką.

Dienų ir valandų statistika ta pati, įeina:

- **Laikas intervale**
  Laiko, kai gliukozės lygis per žemas, yra tiksliniame diapazone ir per aukštas, procentas. Toliau pateikiami rekomenduojami diapazonai pagal tarptautinį sutarimą. Dexcom Clarity intervalai gali skirtis nuo „Dexcom“ CGM įspėjimų. Čia atlikti keitimai taikomi tik Dexcom Clarity.
    - **Tikslinis intervalas**: 3,9–10,0 mmol/L arba 70–180 mg/dL
    - **Labai aukštas**: virš 13,9 mmol/L arba 250 mg/dL
    - **Labai žemas**: žemiau 3,0 mmol/L arba 54 mg/dL
- **Bendras rodmenų skaičius**: visas jutiklio rodmenų skaičius.
- **Min.**: minimumas yra žemiausias jutiklio rodmuo.
- **Vid.**: jutiklio rodmenų vidurkis.
- **Maks.**: maksimumas yra aukščiausias jutiklio rodmuo.
- **25 kvartilis**: jutiklio rodmuo, kai 25 % visų rodmenų neviršija šios vertės, išdėsčius vertes nuo žemiausios iki aukščiausios.
- **Mediana**: visų jutiklio rodmenų vidurio taškas, kuriame pusė rodmenų yra aukščiau.
- **75 kvartilis**: jutiklio rodmuo, kai 75 % visų rodmenų neviršija šios vertės, išdėsčius vertes nuo žemiausios iki aukščiausios.

- **IQR**: tarpkvartilinis plotis (IQR) yra skirtumas tarp 75 kvartilio ir 25 kvartilio rodmenų.
- **Standartinis nuokrypis**: rodo, kiek jutiklio rodmenys padidėjo ar sumažėjo. Tai taip pat vadinama glikemijos kintamumu.
- **IQ standartinis nuokrypis**: tarpkvartilinis standartinis nuokrypis (IQSD) pašalina viršutinius 25 % ir apatinius 25 % jutiklio rodmenis prieš apskaičiuojant SN.
- **Vid. SN**: vidurkio standartinis nuokrypis (vidurkio SN) įvertina kintamumą, SN dalijant iš verčių skaičiaus kvadratinės šaknies.
- **%VK**: variacijos koeficientas (%VK) yra skaičiuojamas dalijant gliukozės standartinį nuokrypį iš gliukozės vidurkio. %VK yra standartizuotas matmuo, kuris įvertina gliukozės kintamumo dydį. Kuo didesnis %CV, tuo didesnis jutiklio rodmenų pokytis.

AGP ataskaita

„Ambulatory Glucose Profile“ (AGP) yra licencijuota, standartizuota gliukozės ataskaita, kurią sukūrė „International Diabetes Center“ (IDC). AGP pateikiamas standartinis informacijos ir grafikų rinkinys, susijęs su jūsų diabeto valdymu, ir tai yra tik viena jūsų gliukozės šablonų supratimo dalis. Apie ataskaitą galite daugiau sužinoti adresu agpreport.org.

Nusiuntimai

Jei naudojate „Dexcom CGM“ programėlę, neprivalote įkelti duomenų, nes jūsų duomenys automatiškai siunčiami į „Dexcom Clarity“, kai jūsų išmanusis telefonas prijungtas prie interneto ir turi veikiančią „Dexcom CGM“ programėlę.

Duomenų surinkimas

Galima naudoti tiek išmanųjį telefoną, tiek ir imtuvą jutiklio duomenų rodymui.

Išmaniojo telefono sistema siunčia duomenis į „Dexcom“ serverį, kuriame duomenys prieinami ataskaitoms po trijų valandų ir matomi Dexcom Clarity. Jei norite gauti šiuos duomenis, išmanusis telefonas turi būti prijungtas prie interneto ir turėti veikiančią „Dexcom CGM“ programėlę.

„Dexcom“ imtuvui reikalingas ryšys su kompiuteriu duomenims periodiškai nusiųsti. Jei pacientai dalį laiko naudoja išmanųjį telefoną ir dalį laiko imtuvą, tada „Dexcom Clarity“ bus reikalingi duomenys iš abiejų prietaisų, kad būtų pateikiama tiksli statistika.

Nusiuntimas, imtuvai

„Dexcom“ imtuvai saugo tik ribotą jutiklio rodmenų kiekį. Svarbu „Dexcom“ duomenis reguliariai kelti į Dexcom Clarity. Taip užtikrinama, kad duomenys nebus prarasti. Imtuvų su jutikliniais ekranais duomenis įkelkite bent kas 30 dienų. Visų kitų imtuvų duomenis įkelkite bent kas 180 dienų.

„Dexcom Uploader“ įdiegimas

Ekrano viršuje spustelėkite **Nusiųsti** ir vykdykite instrukcijas.

Nustatymai

Naudokite puslapį Nustatymai duomenų rodymui ir bendrinimui tinkinti. Dexcom Clarity atliktus pakeitimus galima pritaikyti jūsų „Dexcom“ programėlei. Dėl pakeitimų reikėtų pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu, jis gali naudoti kitokius nustatymus jūsų duomenims peržiūrėti. „Dexcom Clarity“ tiksliniai intervalai gali skirtis nuo „Dexcom“ programėlės įspėjimų.

Paciento vardas ir pavardė

Pakeiskite tai, kaip rodomi jūsų vardas ir pavardė peržiūrint ir teikiant ataskaitas jūsų klinikai. Naudokite vardą ir pavardę, kurie nurodyti jūsų medicinos įrašuose.

Kalbos ir vienetų pasirinkimas

Pakeiskite pageidaujamą kalbą ir matavimo vienetus bet kuriuo metu.

Tikslinis intervalas

Norėdami pritaikyti tikslinio gliukozės kiekio intervalo viršutinę ir apatinę ribas, spustelėkite bei laikykite pilko apskritimo piktogramą ir vilkite ją aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte pageidaujamus tikslinio gliukozės kiekio intervalo lygius; arba pasirinkite dienos ir nakties laiką bei gliukozės lygio ribas iškleidžiamuosiuose sąrašuose. Per Dexcom Clarity viršutinės ribos linija visada yra geltona, o apatinės – raudona. Spalvos gali atrodyti skirtingai priklausomai nuo jūsų monitoriaus nustatymų.

Diena ir naktis

Norėdami tinkinti dieną ir naktį, spustelėkite ir laikykite pilko apskritimo piktogramą ir vilkite ją kairėn arba dešinėn, kad nustatytumėte, kada diena prasideda ir baigiasi; arba pasirinkite pradžios ir pabaigos laiką dienai ir nakčiai iškleidžiamuosiuose sąrašuose.

Labai didelis

Pasirinkite 13,9 mmol/L (250 mg/dL) arba daugiau kaip labai aukšto lygio rodiklius „Dexcom Clarity“ ataskaitose. Šio nustatymo keitimas nepakeičia „Dexcom“ CGM nustatymų.

Labai mažas

Pasirinkite 2,8 mmol/L arba 3,0 mmol/L (50 mg/dL arba 54 mg/dL) kaip labai žemo lygio rodiklius „Dexcom Clarity“ ataskaitose. Šio nustatymo keitimas nepakeičia „Dexcom“ CGM nustatymų.

AGP tikslinis intervalas

Pasirinkite žemą ir aukštą ribas, kurias norite peržiūrėti AGP ataskaitoje. Jūsų šio nustatymo atlikti pakeitimai taikomi tik AGP ataskaitai.

Gliukozės koncentracijos nevalgius tikslas

Įjunkite gliukozės koncentraciją nevalgius ir nustatykite mažesnę nei tikslinę ribą. Šie nustatymai taikomi tik „Dexcom Clarity“.

Po valgio tikslas

Pasirinkite 1 ar 2 valandas ir mažesnę nei tikslinę ribą. Šie nustatymai taikomi tik „Dexcom Clarity“. Daugumai (išskyrus nėščiąsias) suaugusiųjų, sergančių diabetu, gliukozės tikslas po valgio yra mažiau nei 180 mg/dL.

Duomenų bendrinimas su klinikomis

Savo jutiklių duomenis galite bendrinti su savo klinikos Dexcom Clarity paskyra. Duomenis galite bendrinti daugiau nei su viena klinika ir šį bendrinimą bet kada sustabdyti. Eikite į **„Nustatymai“** ir valdykite savo duomenų bendrinimą.

Kai pradedate bendrinti duomenis, „Dexcom CGM“ programėlės duomenys automatiškai ir pastoviai pasiekiami klinikoje. Į jūsų Dexcom Clarity paskyrą įkelti imtuvo duomenys prieinami jūsų klinikoje. Klinikoje įkelta informacija taip pat atsiras ir jūsų Dexcom Clarity paskyroje.

Pradėkite bendrinti duomenis

Jei norite duomenis bendrinti su klinika, jums reikės klinikos kodo. **„Nustatymai“** puslapyje spustelėkite **„Duomenų bendrinimas“** ir laikykitės kodo įvedimo instrukcijų. Kai prisijungsite, jūsų Dexcom Clarity paskyra ir klinikos Dexcom Clarity paskyra tarpusavyje ims bendrinti duomenis.

Stabdyti duomenų bendrinimą

Jei norite sustabdyti duomenų bendrinimą su klinika, **„Nustatymai“** puslapyje spustelėkite **„Duomenų bendrinimas“** ir laikykitės instrukcijų. Keli pastebėjimai:

- Duomenys, imtuvo nusiųsti į klinikos Dexcom Clarity paskyrą, liks prieinami klinikoje. Sustabdžius bendrinimą, šie duomenys nebus prieinami iš jūsų Dexcom Clarity paskyros.

- Duomenys, nusiųsti iš „Dexcom CGM“ programėlės arba iš imtuvo įkelti į jūsų „Dexcom Clarity“ paskyrą, sustabdžius bendrinimą, klinikai nebus prieinami.
- Savo duomenis ir toliau pasieksite „Dexcom Clarity“ paskyroje, jei jie įkelti iš imtuvo arba perduodami iš jūsų „Dexcom CGM“ programėlės.

Palaikymas

Norėdami gauti pagalbos naudojant Dexcom Clarity, spustelėkite **„Pagalba“** ir pasirinkite parinktį:

- **Įkėlimo programos pašalinimas**: „Dexcom Uploader“ programinė įranga pašalinama iš jūsų kompiuterio.
- **Naudotojo vadovas**: peržiūrėkite, išspausdinkite ir įrašykite šį vadovą PDF formatu.
- **Žodynėlis**: peržiūrėkite terminų apibrėžtis ir duomenų skaičiavimų paaiškinimus.
- **Susisiekite su mumis**: raskite vietos „Dexcom“ atstovo kontaktinę informaciją.

Trikčių šalinimas

Jei nepavyksta pasiekti Dexcom Clarity, atlikite šiuos trikčių šalinimo veiksmus:

- Jei pamiršote slaptažodį, eikite į prisijungimo ekraną ir spustelėkite **Pamiršote slaptažodį?**, kad jis būtų išsiųstas jums el. paštu.
- Jei pamiršote naudotojo vardą, eikite į prisijungimo ekraną ir spustelėkite **Pamiršote naudotojo vardą?** kad jis būtų išsiųstas jums el. paštu.
- Jei priklausote tinklui arba naudojate užkardą, susisiekite su savo IT pagalba, kuri užtikrins, kad jūsų užkardos nustatymai leidžia prisijungti prie „Dexcom Clarity“ ir įdiegti programinę įrangą.
- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris viso seanso metu prijungtas prie interneto. Jei kompiuteris praras šį ryšį, ekranai gali nebūti rodomi tinkamai.
- Patikrinkite, ar kompiuterio **operacinė sistema ir naršyklė palaikomos**.
- Žinokite, kur laikomi atsisiųsti failai. Taip bus lengviau rasti atsisiuntimus.
- Įsitikinkite, kad nėra atidarytos kitos gliukozės programinės įrangos, nes ji gali būti vilkinimo arba trikčių nusiuntimų iš CGM sistemos metu priežastis.
- Įsitikinkite, kad turite tinkamus leidimus savo kompiuteryje ataskaitoms atsisiųsti arba „Dexcom Uploader“ įdiegti.

- Įsitikinkite, kad toliau pateikti URL įtraukti į bet kuriuos patikimų žiniatinklio svetainių naršyklės sąrašus.
    - *.dexcom.eu (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
    - *.dexcom.com (ir visi antriniai domenai) 443 prievade
    - https://agent.mydiabetesdata.com

Techninis palaikymas

Prireikus pagalbos dėl „Dexcom“ CGM sistemų, kilus klausimų apie „Dexcom Clarity“ arba jei norite gauti spausdintą naudotojo vadovo versiją, susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su šiuo prietaisu, būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai šalies narės, kurioje yra jūsų buveinė, institucijai.

A priedas. „Dexcom Clarity“ programėlė

„Dexcom Clarity“ programėlė jums leidžia matyti gliukozės duomenis, išsaugoti ir el. paštu išsiųsti ataskaitas bei, įvedus savo klinikos kodą, bendrinti savo duomenis.

Atsisiųskite „Dexcom Clarity“ programėlę iš savo išmaniojo telefono programėlių parduotuvės. Jūsų išmaniajame telefone pasirinktas lokalizavimas ir kalbos bei jūsų „Dexcom“ paskyros nustatymas lemia tai, kaip matote „Dexcom Clarity“ programėlę. Norėdami peržiūrėti Dexcom Clarity suderinamus išmaniuosius telefonus, apsilankykite: **dexcom.com/compatibility**.

„Dexcom Clarity“ programėlės funkcijos gali nebūti iš karto prieinamos arba gali būti prieinamos ne visose šalyse.

Santrauka

Peržiūrėkite gliukozės duomenis iš naujausių dienų, išvardytus viršuje.

Ataskaitos

Pasirinkite ataskaitų, kurias norite peržiūrėti, įrašyti, išspausdinti ir siųsti el. paštu, diapazoną.

Norėdami peržiūrėti ataskaitas

1. Palieskite **Ataskaitos**.
2. Palieskite **2**, **7**, **14**, **30** arba **90** d.
3. Palieskite ataskaitas, kurias norite peržiūrėti.
4. Palieskite **Peržiūrėti ataskaitas**.

Pasinaudokite piktogramomis, norėdami įrašyti, išspausdinti arba el. paštu išsiųsti ataskaitas.

Tikslai

Jūsų tikslų peržiūra: laiko intervale duomenys ir jūsų geriausios dienos duomenys. Norėdami pakeisti savo tikslus, palieskite **Profilis** > **Tikslinis intervalas** > **Tikslas: laikas intervale**.

Profilis

Tinkinkite savo programos nuostatas parinktyse, esančiose šiame puslapyje.

- **Bendrinimo valdymas**: savo jutiklio duomenis bendrinkite su klinika, peržiūrėkite klinikas, su kuriomis bendrinate savo duomenis, ir sustabdykite savo duomenų

bendrinimą su klinika.

- **Tvarkyti sutikimą**: atnaujinkite privatumo nuostatas.
- **Tikslinis intervalas**: pritaikykite gliukozės intervalus peržiūrai „Dexcom Clarity“. Šių diapazonų pakeitimai nepaveikia „Dexcom“ CGM rodomų diapazonų, aliarmų arba įspėjimų.
- **Pranešimai**: keiskite „push“ pranešimus, tikslo nustatymus ir el. pašto santrauką. Pranešimai siunčiami į jūsų išmanųjį telefoną, kai duomenų yra ir prisijungta prie interneto. El. pašto santrauka siunčiama kas savaitę el. pašto adresu, kuris yra „Dexcom“ faile.
- **Palaikymas**: sužinokite apie funkcijas arba susisiekite su techninio palaikymo tarnyba.
- **Apie**: gaukite informaciją apie šią programėlę.
- **Tvarkyti profilį**: atnaujinkite savo „Dexcom“ paskyros informaciją.
- **Atsijungti**: palieskite **Atsijungti**, norėdami atsijungti nuo programėlės.

MD

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA (JAV)
+ 1.858.200.0200

Už JAV ribų: susisiekite su vietos „Dexcom“ atstovu.

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany (Vokietija)

ES importuotojas
„Dexcom International Limited“
Newford
Athenrv
CO.Galway
H6S F978
Airija

Registruotojas Izraelyje
I.L. Emergo Israel
9 Andrei Sakharov St.
Matam, P.O.B. 15401
Haifa 3190501 Israel (Izraelis)
Tel.: 02-6731634
AMAR registravimo numeris, Izraelis
24820094

Užsakovas Australijoje
AA-Med Pty Ltd
Suite 10.04, 1 Chandos Street
St Leonards NSW 2065
Australija

UK REP

MDSS-UK RP LIMITED
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester
M14 5TP
Jungtinė Karalystė

CH REP

Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Šveicarija

Importuotojas į Šveicariją
Dexcom International Limited, Nicosia,
Zweigniederlassung Horw
Allmendstrasse 18
6048 Horw
Šveicarija

Simboliai

Šie simboliai jus informuoja apie tinkamą ir saugų „Dexcom Clarity“ naudojimą.

Gamintojas	
Nurodoma, kad tai yra medicinos prietaisas	
Įgaliotas atstovas Europos Bendrijoje	
Atsakingasis asmuo JK	
Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje	
CE atitikties ženklinimas	
JK atitikties ženklinimas	

© „Dexcom, Inc.“, 2016-2024 m. Visos teisės saugomos.
LBL020450 Rev 014, 2024/11

„Dexcom“, „Dexcom Clarity“, „Dexcom G6“, „Dexcom G7“, „Dexcom ONE“ ir visi susiję logotipai bei dizaino ženklai yra registruotieji arba „Dexcom, Inc.“ prekių ženklai jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.