



Dexcom Clarity

Ghid de utilizare pentru clinici

Pentru a primi o versiune tipărită a acestui manual,
contactați reprezentantul local al Dexcom.

Cuprins

Cuprins	2
Introducere în Dexcom Clarity	6
Declarație privind utilizarea prevăzută/siguranța	6
Despre Dexcom Clarity	6
Configurațiile computerului și conexiunii la internet	7
Windows 10 sau 11	7
Mac OSX 11 sau 12	7
Configurații opționale ale computerului	8
Termeni de utilizare	8
Politica de confidențialitate și practicile privind confidențialitatea	8
Drepturi de proprietate	8
Contactați Dexcom	9
Accesarea Dexcom Clarity	9
Înregistrarea clinicii	9
Deconectarea	10
Setări	10
Conturi de personal	10
Rolurile personalului	10
Stare cont	11
Adăugarea de conturi de personal	11
Acceptarea unei invitații pentru un cont de personal	12
Gestionarea conturilor de personal	12
Lista de pacienți	12
Adăugarea unui pacient cu aplicație MCG Dexcom	13
Adăugarea unui pacient cu receptor	13
Editarea detaliilor pacienților	13

Ștergerea pacienților	14
Navigarea prin Lista de pacienți	14
Partajarea datelor cu pacienții	14
Cod clinică	15
Conectarea pacienților cu aplicația MCG Dexcom	15
Conectarea pacienților cu receptor	16
Oprirea partajării datelor	16
Starea partajării	16
Încărcare date	16
Încărcarea datelor pacientului	17
Gestionare receptor	17
Dezactivare, Reactivare și Resetare	18
Încărcare anonimă	18
Funcții de raportare	18
Selectarea intervalului de date	18
Evenimente	19
Intervale valori glucoză pentru pacient	19
Formate de generare a rapoartelor	19
Imprimare rapoarte	20
Descărcare rapoarte	20
Exportarea rapoartelor	20
Copierea ca text	21
Raport de prezentare generală	21
Tablou de bord	21
Rezumate tipare și Cea mai bună zi	22
Dispozitive	23
Raportul Tipare	23

Grafice de tipare	23
Apariția tiparelor	24
Reveniri	24
Statistici despre tipare	24
Observații	24
Raportul Tendințe	24
Grafic Tendințe	25
Raport suprapunere	25
Grafic Suprapunere	25
Raport zilnic	26
Grafic Zilnic	26
Comparare rapoarte	27
Selectarea intervalelor de date	27
Comparare tendințe	27
Comparare suprapuneri	27
Comparații date zilnice	27
Comparare statistici	27
Comparare tipare	28
Comparare dispozitive	28
Raportul Statistici	28
Raportul AGP	29
Asistență	29
Depanare	30
Asistență tehnică	31
Depanarea configurației de rețea	31
Cerințe de rețea	31
Site-uri web de încredere	31

Introducere în Dexcom Clarity

Declarație privind utilizarea prevăzută/siguranța

Software-ul Dexcom Clarity bazat pe web este destinat utilizării atât de către utilizatori rezidențiali, cât și de către personalul medical, pentru a asista persoanele cu diabet și personalul medical care se ocupă de acestea în revizuirea, analizarea și evaluarea istoricului de date MCG pentru a susține gestionarea eficientă a diabetului. Acesta este destinat utilizării ca accesoriu al dispozitivelor Dexcom MCG cu funcții de interfață de date.

ATENȚIE Software-ul nu furnizează nicio recomandare medicală și nu trebuie utilizat în acest scop. Utilizatorii rezidențiali trebuie să consulte un membru al personalului medical înainte de a efectua orice fel de interpretare medicală și ajustări ale terapiei pornind de la informațiile din software.

ATENȚIE Personalul medical trebuie să utilizeze informațiile din software în combinație cu alte informații clinice care le sunt disponibile.

Despre Dexcom Clarity

Dexcom Clarity este un program software care permite transferul datelor despre glucoză de la un sistem MCG Dexcom către serverele Dexcom la distanță pentru ca sistemul de gestionare a datelor să susțină utilizarea sistemului MCG Dexcom și să ofere asistență serviciilor medicale. Dexcom Clarity poate transfera și gestiona datele de la sistemul MCG mobil Dexcom G5, Dexcom ONE (acolo unde este disponibil), sistemul MCG Dexcom G6 (Dexcom G6) și sistemul MCG Dexcom G7 (Dexcom G7) (acolo unde este disponibil), la toate acestea făcându-se referire ca sisteme MCG Dexcom. Dexcom Clarity poate, de asemenea, realiza comunicarea de date cu dispozitive inter-operabile terță parte. Consultați lista dispozitivelor compatibile la adresa dexcom.com/clarity. Este posibil ca dispozitivele inter-operabile terță parte să nu fie disponibile în toate țările.

După încărcarea datelor despre glucoză în Dexcom Clarity, informațiile sunt prelucrate de Dexcom Clarity și afișate pe computere sub forma unor grafice, pentru a ajuta pacienții și personalul medical să analizeze tendințele și tiparele privind glucoza. Rapoartele de date pot fi revizuite, salvate, imprimate și trimise prin e-mail.

Dexcom Clarity afișează datele despre glucoză de la un sistem MCG Dexcom la 3 ore după captarea datelor. Ceea ce înseamnă că cele mai recente date pe care le vedeți în Dexcom Clarity sunt vechi de cel puțin 3 ore.

Configurațiile computerului și conexiunii la internet

Pentru a instala software-ul de pe web, a încărca date sau a vizualiza Ghidul de utilizare online, este necesară o conexiune la internet egală sau mai mare de 1,5 Mbps.

Se recomandă utilizarea unui program firewall adecvat și a unui program antivirus pe computer pentru a vă proteja de viruși, malware, precum și de accesul și utilizarea neautorizate ale computerului dvs. și a informațiilor stocate, prelucrate și transmise de acesta.

Dexcom Clarity necesită utilizarea de module cookie pentru o varietate de scopuri, printre care se numără colectarea datelor de utilizare a site-ului, administrarea conținutului, furnizarea de conținut personalizat și măsurarea și analizarea traficului. Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie, consultați Politica de confidențialitate și Politica privind modulele cookie la adresa: dexcom.com

Dexcom Clarity este compatibil cu următoarele configurații de sistem:

Windows 10 sau 11

- procesor de 1,3 GHz, 1 GB de memorie RAM liberă și 100 MB de spațiu liber pe disc;
- Microsoft .NET Framework 4.6.1 sau o versiune completă, mai recentă;
- o rezoluție a ecranului de 1024 x 768 pixeli sau mai mare;
- Chrome, Firefox sau Microsoft Edge
- port USB 2.0+ sau o versiune ulterioară pentru conectarea cablului USB pentru încărcarea datelor de pe receptorul Dexcom opțional;

Mac OSX 11 sau 12

- procesor de 2,3 GHz și 4 GB de memorie RAM liberă cu 100 MB de spațiu liber pe disc;
- o rezoluție a ecranului de 1280 x 800 pixeli sau mai mare;
- Chrome, Firefox pentru Mac OSX sau Safari 12, 13 și 14;
- port USB 2.0+ sau o versiune ulterioară pentru conectarea cablului USB pentru încărcarea datelor de pe receptorul Dexcom opțional;

Configurații opționale ale computerului

- Un cititor de documente în format PDF pentru vizualizarea, salvarea și tipărirea rapoartelor
- O imprimantă pentru tipărirea rapoartelor
- Un program de vizualizare a foilor de calcul Excel pentru datele exportate

Pentru a rula Dexcom Clarity, rețeaua dvs. trebuie să permită următorul trafic de ieșire, care poate necesita modificarea configurației proxy și a celei de rețea:

- dexcom.eu (și toate subdomeniile) pe portul 443
- dexcom.com (și toate subdomeniile) pe portul 443
- agent.mydiabetesdata.com cu suport DNS la adresa loopback 127.0.0.1

Pentru a rula Dexcom Uploader, rețeaua dvs. trebuie să permită următorul trafic de ieșire:

- *.dexcom.eu (și toate subdomeniile) pe portul 443
- *.dexcom.com (și toate subdomeniile) pe portul 443

Termeni de utilizare

Utilizarea de către dumneavoastră a Dexcom Clarity și a serviciilor Dexcom face obiectul termenilor de utilizare disponibili la dexcom.com/linked/document-service/TermsOfUse.

Prin utilizarea acestui ghid, vă exprimați acordul de a respecta clauzele și condițiile aplicabile în legătură cu utilizarea de către dvs. a Dexcom Clarity, a serviciilor și a acestui Ghid de utilizare.

Politica de confidențialitate și practicile privind confidențialitatea

Citiți Politica de confidențialitate Dexcom la dexcom.com/linked/document-service/PrivacyPolicy.

Drepturi de proprietate

Dexcom Clarity și acest Ghid de utilizare sunt ©2016-2024 Dexcom, Inc. și licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate. Software-ul Dexcom Clarity descărcat pe computerul dvs. sau pe alte dispozitive poate include anumite programe software terță parte licențiate de Dexcom și notificările pentru acestea sunt disponibile la adresa clarity.dexcom.com/notices

Produsele terțe menționate în acest ghid se supun drepturilor producătorilor și distribuitorilor acestora asupra produselor și mărcilor lor comerciale.

Contactați Dexcom

Pentru asistență privind sistemele MCG Dexcom, întrebări referitoare la Dexcom Clarity sau pentru a primi o versiune tipărită a Ghidului de utilizare, contactați reprezentantul local al Dexcom.

Accesarea Dexcom Clarity

Pentru a accesa Dexcom Clarity pe internet:

1. Mergeți la clarity.dexcom.eu/professional
2. Introduceți numele de utilizator și parola contului dvs. Dexcom.

În cazul în care clinica dvs. nu deține un cont, faceți clic pe **Register Now** (Înregistrați-vă acum). Dacă aveți nevoie de o conectare prin contul clinicii dvs., contactați unul dintre administratorii contului Dexcom Clarity al clinicii dvs.

Înregistrarea clinicii

Fiecare clinică trebuie să fie înregistrată de un reprezentant autorizat pentru a fi accesată de personalul medical. Înregistrând clinica, deveniți Administrator pentru contul Dexcom Clarity. Asigurați-vă că aveți cel puțin doi administratori înregistrați pentru clinica dvs. Consultați [Rolurile personalului](#) pentru a afla mai multe despre nivelurile de permisiuni alocate contului.

Dacă aveți nevoie de acces la contul clinicii dvs., contactați unul dintre administratorii contului Dexcom Clarity al clinicii dvs.

Contul dvs. Dexcom Clarity este specific zonei dvs. geografice. Conturile create în afara UE nu vor fi accesibile din interiorul UE.

Pentru a vă înregistra clinica:

1. Selectați limba din meniul derulant aflat în partea din dreapta sus.
2. Selectați țara dvs. din meniul derulant Country (Țara).
3. Faceți clic pe **Submit** (Trimiteți).
4. Solicitați unui reprezentant autorizat să completeze formularul de înregistrare.
5. Faceți clic pe **Submit** (Trimiteți).

6. Faceți clic pe **Complete Registration** (Finalizare înregistrare) din e-mailul de activare trimis reprezentantului.
7. Introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru dvs.
8. Faceți clic pe **Complete my registration** (Finalizează înregistrarea mea).
9. Faceți clic pe **OK**.

Deconectarea

În orice moment, vă puteți deconecta de la Dexcom Clarity. Faceți clic pe numele de cont din partea din dreapta sus a paginii, apoi faceți clic pe **Logout** (Deconectare). Acest lucru este util dacă mai mulți utilizatori ai contului accesează același computer.

Setări

Setările permit actualizarea preferințelor pentru profil și a parolei. Administratorii de clinici pot actualiza setările clinicii și de securitate. Opțiunile din Settings (Setări) sunt:

- **Cont**: actualizați numele, adresa de e-mail, limba dvs. și unitatea de măsură.
- **Password** (Parola): actualizați parola. Trebuie să vă cunoașteți parola actuală.
- **Clinic Information** (Informații despre clinică): pot fi accesate doar de administratori. Actualizați numele, adresa și numărul de telefon al clinicii.
- **Cod clinică**: Schimbați codul clinicii în orice moment. Codul anterior nu va mai funcționa, dar partajarea va continua fără întreruperi.
- **Security** (Securitate): pot fi accesate doar de administratori. selectați perioadele pentru resetarea forțată a parolei și pentru auto-suspendarea contului datorită lipsei de activitate. Modificările efectuate se aplică tuturor utilizatorilor contului de clinică.

Conturi de personal

Pagina Personal afișează toate numele, adresele de e-mail, rolurile utilizatorilor și stările conturilor pentru conturile utilizatorilor din clinică. Dacă de-abia ați creat contul Dexcom Clarity pentru clinica dvs., veți vedea în listă doar contul dvs.

Rolurile personalului

Dexcom Clarity oferă două tipuri diferite de roluri de utilizator: Utilizator standard și Administrator.

- **Utilizator standard** accesează și gestionează Lista de pacienți, încarcă datele MCG și vizualizează rapoartele pacienților.
- **Administrator** accesează și gestionează Lista de pacienți și conturile personalului. Acesta încarcă date MCG, vizualizează rapoartele pacienților și invită noi utilizatori din clinică. Asigurați-vă că aveți cel puțin doi administratori înregistrați pentru clinica dvs.

Stare cont

Opțiunile pentru starea contului sunt:

- **Activ:** contul este disponibil pentru utilizare.
- **Suspendat:** contul este dezactivat.
- **Invitat:** deținătorului contului i-a fost trimisă prin e-mail o invitație de utilizare a Dexcom Clarity.
- **Invitație suspendată:** invitația de utilizare a Dexcom Clarity a expirat.
- **Expirat:** nicio conectare timp de 90 de zile.
- **Blocat:** s-a depășit numărul de încercări de conectare permis.

Adăugarea de conturi de personal

Ca administrator, puteți invita alți membri ai personalului medical să utilizeze Dexcom Clarity.

Pentru a invita personalul:

1. Faceți clic pe **Personal**.
2. Faceți clic pe **Adăugare cont de personal**.
3. Introduceți numele și adresa de e-mail a membrului personalului medical.
4. Selectați **Utilizator standard** sau **Administrator** pentru a alocă rolul și privilegiile utilizatorului.
5. Faceți clic pe **Salvare** pentru a trimite un e-mail de activare utilizatorului invitat.
6. Faceți clic pe **Adăugare alt cont de personal** sau **Închidere**.

Utilizatorii noi trebuie să accepte invitația și să creeze un nume de utilizator și o parolă pentru a-și activa contul. Utilizatorul va apărea în lista Conturi de personal ca Invitat până la activare.

Acceptarea unei invitații pentru un cont de personal

După ce administratorul vă adaugă la contul de clinică, veți primi prin e-mail o invitație de la Dexcom Clarity. Veți avea nevoie de o nouă invitație dacă nu finalizați înregistrarea înainte de data de expirare indicată.

Pentru a vă finaliza înregistrarea:

1. Faceți clic pe **Complete Registration** (Finalizare înregistrare) din e-mailul de activare care v-a fost trimis.
2. Introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru dvs.
3. Faceți clic pe **Complete my registration** (Finalizează înregistrarea mea), apoi faceți clic pe **OK**.

Gestionarea conturilor de personal

Administratorii pot edita numele, adresele de e-mail, starea conturilor și rolurile pentru conturile de personal.

Pentru a gestiona conturile de personal:

1. Faceți clic pe **Personal**.
2. Localizați utilizatorul pe care doriți să îl editați apoi treceți cursorul pe lângă starea contului acestuia până când apare pictograma Editare.
3. Faceți clic pe **Editare**.
4. Faceți modificările dorite, apoi faceți clic pe **Salvare**.
5. Faceți clic pe **OK** pe pagina de confirmare a reușitei acțiunii.

Puteți retrimite invitațiile pentru crearea unui cont de pe pagina Editare cont de personal, bifând caseta corespunzătoare.

Utilizatorii administratori nu își pot modifica propriul rol de utilizator din Administrator în Utilizator standard. Un alt Administrator trebuie să schimbe rolul acestora.

Nu puteți șterge definitiv un cont de utilizator. Puteți doar suspenda conturile pentru a interzice accesul.

Lista de pacienți

Pagina Pacienți prezintă o listă a pacienților introduși în contul Dexcom Clarity al clinicii dvs. Toți utilizatorii Dexcom Clarity ai clinicii au acces la această pagină.

Pentru fiecare pacient, puteți încărca date MCG de la receptoare, vizualiza rapoarte interactive, salva și imprima rapoarte, edita sau șterge informații despre pacient sau exporta datele în foi de calcul. Pentru a accesa aceste opțiuni, faceți clic pe numele unui pacient.

Pacienții cu receptor trebuie să creeze un cont Dexcom dacă dorec să vizualizeze date care au fost încărcate la clinică. Consultați [Partajarea datelor](#) pentru mai multe informații.

Adăugarea unui pacient cu aplicație MCG Dexcom

În cazul pacienților care utilizează o aplicație MCG Dexcom compatibilă, după conectare, datele și informațiile pacienților vor apărea automat în lista de pacienți. Pentru conectare, de pe pagina Pacienți:

1. Faceți clic pe **Afișare cod**.
2. Selectați **Copiere** sau **Imprimare** pentru a transmite pacientului codul de clinică. Sunt incluse instrucțiuni pentru introducerea de către pacient a codului la connect.dexcom.eu. Funcția de copiere vă permite să inserați textul în orice sistem pentru a trimite un e-mail pacientului, iar funcția de imprimare îl trimite către imprimantă.

Pacientul introduce codul la connect.dexcom.eu. Acesta își va utiliza informațiile contului Dexcom pentru a se autentifica și va introduce codul clinicii. Apoi pacientul și datele acestuia sunt adăugate automat în lista de pacienți. Consultați [Cod clinică](#) pentru mai multe informații.

Adăugarea unui pacient cu receptor

În cazul pacienților care utilizează doar un receptor, de pe pagina Pacienți:

1. Faceți clic pe **Adăugare pacient**.
2. Introduceți numele pacientului, data nașterii și un ID opțional de pacient, apoi faceți clic pe **Salvare**.
3. Selectați o altă opțiune sau faceți clic pe **Închidere**.

Editarea detaliilor pacienților

Pentru a edita detaliile pacienților, de pe pagina Pacienți:

1. Faceți clic pe numele pacientului pe care doriți să îl editați.
2. Faceți clic pe **Editare**.

3. Efectuați modificările.
4. Faceți clic pe **Salvare**, apoi pe **OK**.

Ștergerea pacienților

Ștergerea unui pacient șterge toate încărcările și partajările de date MCG și nu se poate anula.

Pentru a șterge un pacient, de pe pagina Pacienți:

1. Faceți clic pe numele pacientului pe care doriți să îl editați.
2. Faceți clic pe **Ștergere**.
3. Faceți clic pe casta **Da, doresc să șterg acest pacient**.
4. Faceți clic pe **Ștergere**, apoi pe **Închidere**.

Navigarea prin Lista de pacienți

Există două moduri prin care se poate naviga prin Lista de pacienți pentru a găsi un anumit pacient: Căutare sau Sortare.

Căutarea utilizează bara de căutare din partea de deasupra listei pentru a găsi un anumit pacient.

Pentru a căuta un pacient:

1. Introduceți numele sau ID-ul pacientului.
2. Apăsăți tasta Enter de pe tastatură pentru a începe căutarea.

Pentru a sorta lista de pacienți:

1. Faceți clic pe **NUME PACIENT, DATA NAȘTERII, ID PACIENT** sau **GMI % (14 ZILE)** de pe bara verde.
2. Faceți clic din nou pe alegerea dvs. pentru a sorta în ordine inversă.

Dacă aveți mai mult de 10 pacienți, îi puteți accesa utilizând numerele de pagină din capătul de jos al listei.

Partajarea datelor cu pacienții

Pacienții își pot partaja datele MCG cu clinica conectându-se cu un cod de clinică. După conectare, datele încărcate de pacient de la un receptor Dexcom sau cele transmise continuu de la aplicația MCG Dexcom pot fi vizualizate utilizând contul Dexcom Clarity al clinicii.

Pacienții sau clinicile pot opri partajarea datelor în orice moment.

- Datele de la receptor încărcate în contul Dexcom Clarity al clinicii sunt întotdeauna accesibile la clinică. Aceste date nu sunt accesibile din contul Dexcom Clarity al pacientului după oprirea partajării, cu excepția cazului în care acestea au fost încărcate și în contul Dexcom Clarity al pacientului. Datele de la receptor care au fost încărcate dor în contul Dexcom Clarity al pacientului nu sunt disponibile clinicii după oprirea partajării.
- Datele din aplicația MCG Dexcom nu sunt disponibile clinicii după oprirea partajării.

Clinicile utilizează Dexcom Clarity pentru a conecta datele pacientului la clinică cu ajutorul unui cod de clinică.

Cod clinică

Codul de clinică este un cod de partajare unic personalizabil pe care clinica îl oferă pacienților pentru partajarea datelor acestora. Clinicii dumneavoastră îi este atribuit un cod de clinică implicit, dar acesta poate fi modificat în orice moment de pe pagina [Setări](#).

Pacienții care utilizează aplicațiile MCG Dexcom sunt adăugați automat în lista dumneavoastră de pacienți după ce introduc codul de clinică la connect.dexcom.eu. Această pagină web permite pacienților să introducă un cod fără a avea un cont Dexcom Clarity.

Conectarea pacienților cu aplicația MCG Dexcom

În cazul pacienților cu aplicația MCG Dexcom, furnizați mai întâi pacientului codul de clinică. Pacientul introduce codul la connect.dexcom.eu utilizând informațiile sale de autentificare Dexcom. După conectare, pacientul și datele acestuia vor apărea automat în lista dumneavoastră de pacienți.

Puteți, de asemenea, copia sau imprima codul clinicii făcând clic pe **Copiere cod** de pe pagina Pacienți, astfel încât pacientul să se poată conecta mai târziu și să fie inclus site-ul web pentru introducerea codului.

Funcția de copiere vă permite să inserați textul în orice sistem pentru a trimite un e-mail pacientului, iar funcția de imprimare îl trimite către imprimantă. Pacientul își va utiliza informațiile contului Dexcom pentru a se autentifica și va introduce codul. Acesta nu are nevoie de un cont Dexcom Clarity pentru a se conecta.

Conectarea pacienților cu receptor

În cazul pacienților cu receptor, urmați mai întâi instrucțiunile pentru [Adăugarea unui pacient cu receptor](#) pentru a-i adăuga în lista dumneavoastră de pacienți. Apoi puteți copia sau imprima codul de clinică făcând clic pe **Copiere cod** de pe pagina Pacienți, astfel încât pacientul să se poate conecta mai târziu și să fie inclus site-ul web pentru introducerea codului.

Funcția de copiere vă permite să inserați textul în orice sistem pentru a trimite un e-mail pacientului, iar funcția de imprimare îl trimite către imprimantă. Pacientul își va utiliza informațiile contului Dexcom pentru a se autentifica și va introduce codul. Acesta nu are nevoie de un cont Dexcom Clarity pentru a se conecta.

Oprirea partajării datelor

Pentru a opri partajarea datelor cu un pacient:

1. Faceți clic pe **Pacienți**.
2. Faceți clic pe numele pacientului cu care doriți să încetați partajarea.
3. Faceți clic pe **Oprire partajare date**.

Numele pacientului va apărea în continuare pe Lista de pacienți, pentru referință.

Starea partajării

Pentru a determina dacă un pacient partajează date cu clinica dvs., vizualizați coloana Partajare date pentru pacientul respectiv din lista de pacienți.

- **Invitat:** pacientul a fost invitat să partajeze.
- **Pornit:** pacientul partajează.
- **Privat:** pacientul partajează, dar nu și-a dat consimțământul conform legislației privind confidențialitatea.
- **Oprit:** pacientul nu partajează.

Încărcare date

Puteți încărca datele MCG ale unui pacient de pe receptorul Dexcom al acestuia de fiecare dată când aceștia se află în clinica dvs. Dacă un pacient utilizează aplicația mobilă Dexcom, datele sunt încărcate în permanență și sunt vizibile atâta timp cât partajarea este autorizată. Consultați [Partajarea datelor](#) pentru informații.

Este posibil să utilizați atât un smartphone, cât și un receptor pentru a furniza date MCG. Sistemul smartphone transmite prin streaming datele către serverul Dexcom,

unde datele sunt puse la dispoziție pentru rapoarte după trei ore. Pentru a primi aceste date, smartphone-ul trebuie să fie conectat la internet și să ruleze aplicația Dexcom MCG.

Receptorul Dexcom are nevoie de o conexiune pe un computer pentru încărcarea periodică a datelor. Dacă pacienții folosesc un smartphone o parte din timp și un receptor o altă parte din timp, Dexcom Clarity are nevoie de date de la ambele pentru a furniza date precise din punct de vedere statistic.

Încărcarea datelor pacientului

Când încărcați datele de pe un receptor Dexcom al unui pacient la clinică, datele sunt vizibile imediat folosind intrarea lor din Lista de pacienți.

Pentru a încărca date pentru fiecare pacient:

1. Faceți clic pe **Pacienți**.
2. Faceți clic pe numele pacientului dorit.
3. Faceți clic pe **Încărcare date**.
4. Conectați MCG conform instrucțiunilor oferite pe ecran.
5. Faceți clic pe **Instalare** sau **Încărcare**.
6. Faceți clic pe **Salvare sau imprimare raport** sau **Salt la rapoartele interactive**.

Gestionare receptor

Această caracteristică este disponibilă doar pentru utilizatorii sistemului MCG Dexcom Professional și Dexcom G6. Sistemele MCG Dexcom Professional sunt dispozitive deținute de clinici, cu mai mulți pacienți, și trebuie configurate doar de către personalul medical, acolo unde sunt disponibile. Setările disponibile pentru receptoarele Professional sunt:

- **Resetare:** șterge toate datele și revine la setările din fabrică. Această acțiune nu poate fi anulată.
- **Dezactivare:** dezactivează toate valorile nivelului de glucoză MCG, săgețile, graficele și toate alertele și alarmele legate de glucoză.
- **Reactivare:** activează toate valorile nivelului de glucoză MCG, săgețile, graficele și toate alertele și alarmele legate de glucoză.

Dezactivare, Reactivare și Resetare

Dexcom Clarity va detecta dacă un receptor se află în modul dezactivat sau reactivat. Receptoarele dezactivate pot fi setate pe **Reactivare** sau **Resetare**. Receptoarele reactivat pot fi setate pe **Dezactivare** sau **Resetare**.

Dacă doriți mai multe informații despre această caracteristică, contactați reprezentantul local al Dexcom.

Încărcare anonimă

Utilizați încărcarea anonimă în cazul în care există o îngrijorare privind confidențialitatea pacientului. Datele încărcate ca anonime nu conțin informații cu caracter personal și nu vor fi salvate de Dexcom. Nu veți mai putea accesa aceste date după ce reveniți la Lista de pacienți. Puteți include un identificator (ID) care să se afișeze în partea superioară a rapoartelor.

Funcții de raportare

În Dexcom Clarity, vizualizați rapoartele de date despre glucoză cu grafice interactive și statistici relevante.

Puteți accesa rapoartele direct după încărcarea datelor despre pacient, sau puteți face. în orice moment, următoarele:

1. Faceți clic pe **Pacienți**.
2. Faceți clic pe numele pacientului dorit.
3. Faceți clic pe **Salt la rapoartele interactive**.

Pentru a reveni la Lista de pacienți în timp ce vizualizați rapoartele interactive, faceți clic pe **REVENIRE LA LISTA DE PACIENȚI** de pe oricare dintre paginile rapoartelor.

Selectarea intervalului de date

În mod implicit, rapoartele Dexcom Clarity afișează datele celor mai recente 14 zile.

Pentru a modifica acest interval de date, din orice raport:

1. Faceți clic pe intervalul de date.
2. Alegeți dintre numărul de date recente sau selectați un interval de date personalizat, apoi faceți clic pe **OK**.

Evenimente

Evenimentele din sistemul MCG Dexcom apar în unele rapoarte. Fiecare eveniment este afișat ca pictogramă. Treceți cu mouse-ul peste pictogramă pentru a vizualiza mai multe informații.

Intervale valori glucoză pentru pacient

În partea de jos a Listei de rapoarte, faceți clic pe **Intervale valori glucoză pentru pacient** pentru a modifica doar vizualizarea intervalelor țintă ale glucozei. Aceste modificări aduse setărilor se aplică doar vizualizării din contul dvs. și nu modifică nicio altă vizualizare din contul clinicii, setare personală a pacientului sau orice alte setări MCG.

Interval de timp/țintă pentru glucoză: Pentru a personaliza limitele superioare și inferioare pentru intervalul țintă de glucoză, faceți clic și mențineți apăsat pe o pictogramă cerc gri și trageți-o în sus sau în jos pentru a seta nivelurile dorite de glucoză pentru intervalul țintă; sau selectați ora și limitele nivelului de glucoză atât pentru Zi, cât și pentru Noapte, din listele derulante. Peste tot în Dexcom Clarity, linia care marchează limita de sus este întotdeauna galbenă, iar limita de jos este întotdeauna roșie. Culorile pot apărea diferit, în funcție de setările monitorului dvs.

Ziua și noaptea: Pentru a personaliza ziua și noaptea, faceți clic și mențineți apăsat pe o pictogramă cerc gri și trageți-o la stânga sau la dreapta pentru a seta când începe și se termină ziua; sau selectați o oră de început și de sfârșit atât pentru Zi, cât și pentru Noapte, din listele derulante.

Foarte ridicat: Alegeți 13,9 mmol/l (250 mg/dl) sau mai mult, deoarece limita pentru Foarte ridicat se afișează în rapoartele Dexcom Clarity. Modificarea acestei setări nu modifică setările Dexcom MCG.

Foarte scăzut: Alegeți 2,8 mmol/l sau 3,0 mmol/l (50 mg/dl sau 54 mg/dl) deoarece limita pentru Foarte scăzut se afișează în rapoartele Dexcom Clarity. Modificarea acestei setări nu modifică setările Dexcom MCG.

Interval țintă AGP: Alegeți limitele Inferioară și Superioară pe care doriți să le vizualizați în raportul AGP. Modificările aduse acestei setări se aplică doar raportului AGP.

Formate de generare a rapoartelor

Puteți imprima, descărca, trimite prin e-mail și exporta rapoartele cu ajutorul linkurilor care se află în partea de sus a Dexcom Clarity.

Toate rapoartele sunt generate în limba implicită și unitățile de măsură setate pentru contul dvs. Pacientul dvs. poate solicita un raport într-o limbă diferită sau în unități de

măsură diferite. Pentru a trimite un raport cu setări diferite, mergeți la [Interval valori glucoză pentru pacient](#).

Imprimare rapoarte

Pentru a imprima un raport, de pe orice pagină a unui raport:

1. Faceți clic pe pictograma **imprimare** din partea de sus a paginii.
2. Selectați un interval de timp.
3. Alegeți cel mai recent număr de zile sau faceți clic pe casetele de date pentru a alege datele pentru o vizualizare personalizată, apoi faceți clic pe **OK**.
4. Selectați cel puțin un raport pentru imprimare.
5. Faceți clic pe **Imprimare raport**.

Descărcare rapoarte

Pentru a descărca un raport în format PDF, de pe orice pagină a unui raport:

1. Faceți clic pe pictograma **descărcare** din partea de sus a paginii.
2. Selectați un interval de timp.
3. Alegeți cel mai recent număr de zile sau faceți clic pe casetele de date pentru a alege datele pentru o vizualizare personalizată, apoi faceți clic pe **OK**.
4. Selectați cel puțin un raport pentru descărcare.
5. Faceți clic pe **Salvare raport**.

Exportarea rapoartelor

Puteți exporta valorile datelor brute despre glucoză, valorile de calibrare și evenimentele către o foaie de calcul Excel salvată pe computerul dvs. Această acțiune generează un fișier .csv.

Pentru a exporta un raport, de pe orice pagină a unui raport:

1. Faceți clic pe pictograma **exportare** din partea de sus a paginii.
2. Selectați un interval de timp.
3. Alegeți cel mai recent număr de zile sau faceți clic pe casetele de date pentru a alege datele pentru o vizualizare personalizată, apoi faceți clic pe **OK**.
4. Faceți clic pe **Exportare**, apoi pe **Închidere**.

Copierea ca text

Caracteristică disponibilă doar pentru Raportul Presentare generală, puteți copia datele de pe tabloul de bord pe clipboardul computerului dvs. Apoi puteți să îl lipiți oriunde doriți. Conținutul va fi afișat în format doar text.

Pentru a copia ca text, doar din raportul Presentare generală:

1. Faceți clic pe pictograma **copiere ca text** din partea de sus a paginii raportului Presentare generală.
2. Lipiți conținutul în orice document sau fișier disponibil de pe computerul dvs.

Raport de prezentare generală

Raportul Presentare generală prezintă un tablou de bord cu statistici de rezumat pentru glucoză, un rezumat al tiparelor și ziua cu cele mai bune valori ale glucozei pentru intervalul de timp selectat. Oferă, de asemenea, informații despre sistemul MCG Dexcom utilizat pentru furnizarea datelor prezentate.

Tablou de bord

Raportul Presentare generală conține un tablou de bord de rezumat al măsurătorilor cheie pentru intervalul de timp selectat, care include:

- **Glucoză medie**
Media tuturor valorilor glucozei măsurate prin MCG în intervalul de date selectat.
- **Deviație standard**
Afișează cât de mult cresc și scad valorile glucozei măsurate prin MCG. Aceasta este cunoscută și ca variabilitate glicemică.
- **GMI (Indicator de management al glucozei)**
Calculat utilizând date de glucoză medie citite de senzor. GMI poate fi un indicator al gradului de gestionare a nivelurilor de glucoză. GMI va fi probabil diferit de A1C.
- **Timpul în interval**
Procentul de timp în care nivelurile de glucoză sunt în intervalele scăzut, țintă și ridicat. Următoarele sunt intervale recomandate dintr-un consens internațional. Intervalele Dexcom Clarity pot fi diferite de alertele Dexcom MCG. Modificările făcute aici se aplică numai pentru Dexcom Clarity.
 - Interval țintă: 3,9-10,0 mmol/l sau 70-180 mg/dl
 - Foarte ridicat: peste 13,9 mmol/l sau 250 mg/dl

- Foarte scăzut: sub 3,0 mmol/l sau 54 mg/dl
- **Utilizare senzor**
Oferă o vizualizare de nivel înalt a utilizării dispozitivului MCG Dexcom.
 - **Zile cu date MCG** arată numărul de zile din perioada de raportare cu cel puțin 50% valori citite de MCG.
 - **Calibrări medii pe zi** afișează numărul mediu de calibrări pe zi, introduse de pacient, pe perioada de raportare. Sunt incluse doar zilele cu cel puțin 50% valori citite de MCG. Sistemul Dexcom G6 este aprobat pentru utilizarea fără calibrări sau, opțional, cu calibrări, ceea ce face posibilă existența unei medii de zero calibrări pe zi.

- **Insulină**

Această funcție este disponibilă doar pentru dispozitivele cu insulină conectate compatibile Dexcom. Dispozitivele cu insulină conectate sunt dotate cu Bluetooth și necesită împerecherea cu aplicația lor. Pentru a vedea datele despre insulină în Dexcom Clarity, folosiți aplicația dispozitivului cu insulină conectat pentru conectarea la Dexcom. Doar dozele de insulină cunoscute sunt afișate aici.

Funcțiile legate de insulină ale Dexcom Clarity ar putea să nu fie imediat disponibile și este posibil să nu fie disponibile în toate țările.

- **Insulină:** Afișează dozele cu acțiune rapidă și cu acțiune de lungă durată. Poate fi necesară configurarea datelor despre dozele cu acțiune de lungă durată pe dispozitivul conectat pentru a fi afișate în Dexcom Clarity.
- **Cu acțiune rapidă:** Numărul mediu de unități cu acțiune rapidă luate pe zi.
- **Cu acțiune de lungă durată:** Numărul mediu de unități cu acțiune de lungă durată luate pe zi.
- **Doză medie totală:** Numărul mediu de unități cu acțiune rapidă și cu acțiune de lungă durată administrate pe zi.
- **Doză medie cu acțiune rapidă:** Numărul mediu de doze de insulină cu acțiune rapidă administrate pe zi în intervalul de dată selectat.
- **Administrare:** Dacă sunt disponibile, tipurile de insulină administrate în timpul intervalului de dată selectat.

Rezumate tipare și Cea mai bună zi

Raportul Prezentare Generală arată până la patru tipare identificate în date. Pentru a vizualiza un tipar rezumat în [Raportul Tipare](#), faceți clic pe caseta tiparului pentru

grafice și statistici detaliate.

Limitele pentru nivelurile scăzut și crescut de glucoză se modifică din [Interval valori glucoză pentru pacient](#). Modificările efectuate în Dexcom Clarity se aplică în întreg Dexcom Clarity, dar nu afectează nicio setare de pe dispozitivul MCG.

Ziua cu cele mai bune valori ale glucozei unui pacient este ziua din intervalul de timp selectat în care pacientul s-a aflat cel mai mult în intervalul țintă. Faceți clic pe caseta cu cele mai bune valori ale glucozei pentru o vizualizare detaliată.

Dispozitive

Detaliile referitoare la sistemul Dexcom MCG utilizat includ Numărul de serie, ultima încărcare și setările actuale ale alertelor. Tot aici sunt incluse și informațiile despre dispozitivele conectate.

Raportul Tipare

Raportul Tipare oferă tipare grafice, statistici și observații privind valorile ridicate, valorile scăzute și cea mai bună zi din intervalul de timp selectat. Acestea sunt aceleași tipare rezumate în [Raportul Prezentare generală](#). Va exista întotdeauna o filă Cea mai bună zi de revizuit. Faceți clic pe fiecare filă pentru a vedea detaliile.

Grafice de tipare

Fiecare tipar este reprezentat de o serie de grafice, datate după fiecare dată la care a fost identificat tiparul în intervalul de timp selectat, sau apariția unui tipar.

Fiecare grafic include:

- o cronologie pentru 24 de ore pe axa x din partea de jos;
- scala pentru valorile nivelului de glucoză pe axa y din stânga;
- limitele intervalului țintă pe axa y din dreapta;
- liniile MCG care conectează valorile nivelului de glucoză MCG individuale;
- valorile asociate cu fiecare valoare MCG citită, vizualizate prin mișcarea mouse-ului de-a lungul liniilor MCG;
- intervalele țintă de glucoză, indicate prin liniile colorate care trec în paralel cu axa x, așa cum au fost determinate în [Intervale valori glucoză pentru pacient](#). linia galbenă reprezintă limita superioară, iar linia roșie reprezintă limita inferioară;
- datele zilnice semnificative care sunt utilizate pentru a indica tiparul, evidențiate în coloanele cu fundal alb;

- **Evenimente** înregistrate de sistemul MCG Dexcom sunt arătate cu o pictogramă în partea inferioară. Treceți cu cursorul pe deasupra fiecărei pictograme pentru mai multe detalii sau derulați în jos pentru a vizualiza tabelul.

Apariția tiparelor

Apariția unui tipar reprezintă o perioadă de date despre glucoză care se potrivește cu un tipar mai larg al unor perioade similare de date despre glucoză. De exemplu, dacă acele date arată un tipar de valori scăzute pe timpul nopții, una dintre aceste valori scăzute pe timpul nopții va reprezenta o apariție. Zilele pot avea mai multe apariții ale unui tipar.

Aparițiile unui tipar sunt coloanele albe. Zonele gri ale graficului nu fac parte din tipar. Valorile glucozei și evenimentele se pot vizualiza trecând cu mouse-ul peste orice parte a graficului.

Graficul tiparului Cea mai bună zi nu include umbrirea de culoare gri.

O literă marchează fiecare apariție a tiparului. Această literă este afișată în partea de sus a graficului, deasupra coloanei albe, și este afișată la stânga graficului cu momentele apariției.

Coloana și aparițiile tiparului de pe partea stângă vor fi evidențiate dacă treceți cu cursorul pe deasupra aparițiilor.

Reveniri

O revenire apare când apariția unui tipar este urmată imediat de opusul său – o valoare ridicată după una scăzută sau una scăzută după una ridicată. Numărul de reveniri în datele despre glucoză setate este notat în rezumatul de dinaintea graficelor.

Statistici despre tipare

Statisticile pentru intervalul de tipare din perioada selectată include măsurătoarea medie a glucozei, abaterea standard și timpul în intervalul glicemic.

Observații

Pe baza tiparelor din perioada de timp selectată, pot fi oferite unele observații în partea de jos a raportului Tipare.

Raportul Tendințe

Raportul Tendințe vă permite să vizualizați tendințele nivelurilor de glucoză în diferite momente ale zilei în intervalul de timp selectat. De exemplu, puteți vedea că nivelurile dvs. de glucoză sunt stabile în timpul dimineții, dar sunt mai puțin stabile după-amiaza.

Pentru a filtra datele din Tendințe, faceți clic pe **Zile, Momentul din zi, Evenimente și Utilizare**, apoi faceți clic pe **Aplicare**. Faceți clic pe **Aplicare** de fiecare dată când modificați un filtru pentru a actualiza graficul.

Grafic Tendințe

Graficul Tendințe include:

- o cronologie pentru 24 de ore de-a lungul axei x din partea de jos;
- scala pentru valorile nivelurilor de glucoză pe axa y din dreapta;
- liniile MCG care urmăresc valorile MCG ale nivelurilor de glucoză;
- valorile asociate cu fiecare valoare MCG a nivelului de glucoză, vizualizate prin mișcarea mouse-ului de-a lungul liniilor MCG.
- intervalele țintă de glucoză indicate prin liniile colorate paralele cu axa x și valorile setate în [Intervale valori glucoză pentru pacient](#), pe axa y din stânga; linia galbenă reprezintă limita superioară, iar linia roșie reprezintă limita inferioară;

Barele cu umbră galbenă și roșie arată tipare ale hiper- și, respectiv, hipoglicemiei semnificative clinic. Trei factori determină caracterul semnificativ clinic:

- timpul petrecut în hiper- sau hipoglicemie,
- scala hiper- sau hipoglicemiei,
- frecvența hiper- sau hipoglicemiei.

Barele umbrite cele mai închise la culoare sunt cele mai semnificative zone ale hiper- și hipoglicemiei. Barele umbrite cele mai deschise la culoare arată alte tipare ale hiper- și, hipoglicemiei, inclusiv datele care nu sunt semnificative clinic.

Raport suprapunere

Raportul Suprapunere afișează o săptămână de date în fiecare grafic, cu linii colorate care reprezintă datele dintr-o singură zi, în timp. De exemplu, dacă alegeți un interval de date de 10 zile și nu aplicați niciun filtru, veți vedea două grafice, unul cu șapte linii și unul cu trei.

Pentru a filtra datele Suprapuse, faceți clic pe **Zile, Momentul din zi, Evenimente și Utilizare**, apoi faceți clic pe **Aplicare**. Faceți clic pe **Aplicare** de fiecare dată când modificați un filtru pentru a actualiza graficul.

Grafic Suprapunere

Graficul Suprapunere are mai multe componente:

- o cronologie pentru 24 de ore de-a lungul axei x din partea de jos;
- scala pentru valorile nivelului de glucoză pe axa y din stânga;
- Linii MCG: fiecare linie de pe grafic reprezintă datele dintr-o zi diferită. O legendă de deasupra graficului arată linia care corespunde fiecărei zile. Utilizați aceste linii MCG pentru a identifica tendințele și a compara date din zile diferite în intervalul de date selectat.
- Trecere: plasați cursorul oriunde pe o linie MCG și lăsați-l acolo un moment pentru a obține informații detaliate despre glucoză la acel moment în timp.
- intervalele țintă de glucoză indicate prin liniile colorate paralele cu axa x și valorile setate în [Intervale valori glucoză pentru pacient](#), pe axa y din dreapta; linia galbenă reprezintă limita superioară, iar linia roșie reprezintă limita inferioară;

Raport zilnic

Raportul zilnic afișează datele privind glucoza în grafice, pe zile, pe o perioadă de timp selectată. Graficele zilnice sunt afișate începând cu cea mai recentă zi. Utilizați numerele aflate de-a lungul părții de jos a ultimului grafic pentru a încărca zilele anterioare.

Pentru a filtra datele Zilnice, faceți clic pe **Zile**, **Momentul din zi**, **Evenimente** și **Utilizare**, apoi faceți clic pe **Aplicare**. Faceți clic pe **Aplicare** de fiecare dată când modificați un filtru pentru a actualiza graficul. Utilizați Cheia pentru a înțelege pictogramele Eveniment.

Grafic Zilnic

Graficul Zilnic are mai multe componente:

- o cronologie pentru 24 de ore de-a lungul axei x din partea de jos și unitățile pentru valorile nivelului de glucoză pe axa y din partea stângă;
- intervalele țintă de glucoză indicate prin liniile colorate paralele cu axa x și valorile setate în [Intervale pacient](#), pe axa y din dreapta; linia galbenă reprezintă limita superioară, iar linia roșie reprezintă limita inferioară;
- [Evenimentele](#) înregistrate de sistemul MCG Dexcom și de aplicațiile partenere sunt afișate printr-o pictogramă în partea de jos. Treceți cu cursorul pe deasupra fiecărei pictograme pentru mai multe detalii sau derulați în jos pentru a vizualiza tabelul. Puteți ascunde sau afișa detaliile evenimentului sub grafic.

Dacă linia neagră de urmărire din grafic prezintă întreruperi sau se oprește, sistemul MCG Dexcom nu a înregistrat date despre glucoză în perioada respectivă.

Comparare rapoarte

Raportul cu comparații este împărțit în două coloane care conțin grafice, statistici, tipare și dispozitive de comparat în intervalele de date selectate.

Selectarea intervalelor de date

Fiecare coloană are propriul selector de intervale de date. Puteți compara date din până la 90 de zile. Folosiți numerele care se găsesc sub ultimul grafic pentru a vedea mai multe grafice din intervalul de date selectat de dvs.

Barele de date afișează intervalele de date actuale pentru a fi comparate. Pentru a modifica intervalele pentru fiecare coloană, alegeți cel mai recent număr de zile sau faceți clic pe casetele de date pentru a alege datele pentru o vizualizare personalizată, apoi faceți clic pe **OK**.

Comparați graficele prin intermediul vizualizărilor Tendințe, Suprapunere și Zilnice și aplicați filtrele. Pentru a modifica vizualizările de date și filtrele:

1. Faceți clic pe **Tendințe**, **Suprapunere** și **Zilnic** pentru a selecta vizualizarea.
2. Faceți clic pe **Zile**, **Momentul din zi**, **Evenimente** și **Utilizare**, apoi faceți clic pe **Aplicare**. Faceți clic pe **Aplicare** de fiecare dată când modificați un filtru pentru a actualiza graficul.

Comparare tendințe

În vizualizarea Tendințe, vedeți tendințele nivelurilor de glucoză de-a lungul întregii zile, în intervalele de date selectate. Aceste grafice includ aceleași caracteristici ca și [Graficul de tendințe](#).

Comparare suprapuneri

În vizualizarea Suprapunere, comparați datele pe o săptămână, zi de zi, în intervalele de timp selectate. Aceste grafice includ aceleași caracteristici ca și [Graficul Suprapunere](#).

Comparații date zilnice

În vizualizarea Zilnice, vedeți unul lângă altul graficele zilnice, pe 24 de ore, pentru intervalul de date selectate. Aceste grafice includ aceleași caracteristici ca și [Graficul de date zilnice](#).

Comparare statistici

Toate vizualizările Comparații includ măsurători cheie, sau statistici, care sunt arătate sub grafice. Aceste statistici sunt asemănătoare celor arătate în [Raportul Prezentare generală](#).

Statisticile din coloana din partea dreaptă sunt marcate cu săgeți pentru a indica modificările față de valorile din coloana din stânga. O săgeată îndreptată în sus înseamnă că statistica din dreapta este mai mare decât aceeași statistică din partea stângă. O săgeată îndreptată în jos înseamnă că este mai mică.

Comparare tipare

Faceți clic pe numele tiparului pentru a vizualiza intervalul de timp, numărul de evenimente și reveniri ale tiparului.

Tiparele din coloana din stânga care au fost rezolvate sunt marcate în coloana din dreapta cu text de culoare verde tăiat și o pictogramă bifă.

Noile tipare din coloana din dreapta sunt evidențiate printr-o pictogramă NOU. Cele mai bune zile sunt întotdeauna incluse pentru ambele intervale de date selectate.

Comparare dispozitive

Faceți clic pe numele dispozitivului din partea de jos a paginii pentru a compara modelul Dexcom MCG, numărul de serie și pentru a încărca datele din intervalele de date selectate.

Raportul Statistici

Statisticile pentru datele MCG sunt afișate fie pe zi, fie pe oră, cu vizualizări standard și avansate pentru intervalul de timp selectat.

Statisticile zilnice sunt valori calculate pentru o anumită zi din săptămână din perioada de timp selectată. De exemplu, dacă intervalul de timp este de 14 zile, toate valorile MCG colectate în cele două zile de luni ar fi folosite în calculele pentru ziua de luni.

Statisticile pe ore sunt valori calculate pentru o anumită oră din zi din perioada de timp selectată. De exemplu, dacă intervalul de timp este de 7 zile, toate valorile MCG colectate pentru fiecare oră în parte din cele șapte zile ar fi folosite în calcule.

Faceți clic pe **Zilnice** sau **Pe ore** pentru vizualizările standard, apoi faceți clic pe caseta de selectare **Avansate** dacă doriți să vizualizați toate statisticile.

Zilnice și Pe ore conțin aceleași statistici și includ:

- **Nr. de citiri:** numărul total de citiri MCG.
- **Min:** minimum reprezintă cea mai mică valoare citită de MCG.
- **Medie:** media citirilor MCG.
- **Max:** maximum reprezintă cea mai mare valoare citită de MCG.

- **A 25-a percentilă:** valoare citită de MCG în care 25 % dintre toate valorile citite sunt la sau sub această valoare, după ordonarea tuturor valorilor de la cea mai mică la cea mai mare.
- **Mediană:** punctul mediu al tuturor citirilor MCG, unde jumătate dintre valorile citite sunt mai mari decât acesta.
- **A 75-a percentilă:** valoare citită de MCG în care 75 % dintre toate valorile citite sunt la sau sub această valoare, după ordonarea tuturor valorilor de la cea mai mică la cea mai mare.
- **IQR:** intervalul intercuartilic (IQR) reprezintă diferența dintre citirile din a 75-a percentilă și a 25-a percentilă.
- **Abat. stand.:** prezintă cât de mult cresc și scad valorile nivelului de glucoză MCG. Aceasta este cunoscută și ca variabilitate glicemică.
- **Abat. stand. IQ:** abaterea standard intercuartilică (IQSD) elimină cele mai mari 25 % și cele mai mici 25 % dintre valorile MCG înainte de a calcula abaterea standard.
- **Medie AS:** abaterea standard a mediei (medie AS) estimează variabilitatea prin împărțirea abaterii standard la rădăcina pătrată a numărului de valori.
- **%CV:** coeficientul de variație (%CV) se calculează prin împărțirea abaterii standard a glucozei la glucoza medie. %CV este o măsură standardizată care evaluează magnitudinea variabilității glucozei. Cu cât %CV este mai mare, cu atât este mai mare variabilitatea în valorile citite de MCG.

Raportul AGP

Ambulatory Glucose Profile (AGP) este un raport licențiat, standardizat privind glucoza, creat de International Diabetes Center (IDC). AGP furnizează un set standard de informații și grafice legate de gestionarea diabetului și reprezintă doar un aspect al înțelegerii modelelor glucozei dvs. Aflați mai multe despre raport la agpreport.org

Asistență

Pentru ajutor în utilizarea Dexcom Clarity, faceți clic pe **Asistență** și alegeți una dintre opțiuni:

- **Dezinstalare Uploader:** șterge software-ul Dexcom Uploader de pe computerul dvs.
- **Ghid de utilizare:** vizualizați, imprimați și salvați acest ghid în format PDF.

- **Glosar:** vedeți definițiile termenilor și explicații ale calculelor datelor.
- **Contactați-ne:** găsiți informațiile de contact ale reprezentantului local al Dexcom.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme la accesarea Dexcom Clarity, încercați următorii pași de depanare:

- Dacă ați uitat parola, mergeți la ecranul de conectare și faceți clic pe **Ați uitat parola?** pentru a primi parola prin e-mail.
- Dacă ați uitat numele de utilizator, mergeți la ecranul de conectare și faceți clic pe **Ați uitat numele de utilizator?** pentru a primi parola prin e-mail.
- Dacă vă aflați într-o rețea sau aveți protecție prin firewall, contactați serviciul local de asistență IT pentru a vă asigura că setările firewall-ului vă permit să accesați Dexcom Clarity și drepturi de instalare a unui software.
- Asigurați-vă că aveți computerul conectat la Internet pe parcursul întregii sesiuni. În cazul în care computerul pierde conexiunea, este posibil să nu mai afișeze corect ecranele.
- Verificați dacă sistemul de operare [al computerului și browserul sunt compatibile](#).
- Aflați unde sunt stocate fișierele descărcate. Acest lucru va facilita găsirea fișierelor descărcate.
- Asigurați-vă că nu mai este deschis niciun alt software pentru datele despre glucoză; în caz contrar, acestea pot provoca întârzieri sau erori în timpul descărcărilor de pe n MCG.
- Asigurați-vă că dețineți permisiunile adecvate pe computer pentru a descărca rapoarte sau pentru a instala Dexcom Uploader.
- Asigurați-vă că următoarele URL-uri sunt incluse în orice listă de site-uri de încredere din browser:
 - *.dexcom.eu (și toate subdomeniile) pe portul 443
 - *.dexcom.com (și toate subdomeniile) pe portul 443
 - https://agent.mydiabetesdata.com

Asistență tehnică

Pentru asistență privind sistemele Dexcom MCG, întrebări referitoare la Dexcom Clarity sau pentru a primi o versiune tipărită a Ghidului de utilizare, contactați reprezentantul local al Dexcom.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente a Statului membru în care vă aveți reședința.

Depanarea configurației de rețea

Aceste informații sunt destinate utilizatorilor care sunt protejați de firewall-uri corporative sau utilizează servere proxy pentru conectarea la internet. Vă rugăm să colaborați cu asistența IT locală pentru a asigura o configurare corectă a rețelei.

Cerințe de rețea

Rularea Dexcom Uploader pentru clinici necesită conectivitate la internet pentru traficul HTTPS/SSL de intrare și ieșire, după cum se specifică mai jos:

- dexcom.eu (și toate subdomeniile) pe portul 443
- dexcom.com (și toate subdomeniile) pe portul 443
- agent.mydiabetesdata.com cu suport DNS la adresa loopback/localhost 127.0.0.1

Site-uri web de încredere

Pentru rețelele care folosesc configurații de tip Site-uri de încredere, introduceți următoarele adrese în **Opțiuni internet > Securitate > Site-uri de încredere > Site-uri** sau în Configurația politicii de grup gestionată:

- https://*.dexcom.eu
- https://*.dexcom.com
- https://agent.mydiabetesdata.com

Asistență loopback

Site-ul agent.mydiabetesdata.com trebuie tratat ca un site de intranet local, care ocolește serverele proxy. Acest lucru poate presupune suport DNS la adresa loopback/localhost 127.0.0.1, împreună cu o excepție în configurația de rețea corporativă pentru a permite ocolirea serverul proxy de către agent.mydiabetesdata.com și tratarea acestuia ca site de intranet local. Pentru clienții care nu utilizează impunerea Group Policy sau pentru clienții care permit modificări locale ale opțiunilor de internet, trebuie folosiți pașii de mai jos ca ghid pentru configurarea corectă.

Pentru intranet local:

1. Navigați la **Opțiuni internet > Securitate > Intranet local > Site-uri**.
2. Debifați **Se cuprind toate site-urile care ocolesc serverul proxy**.

Pentru excepții la setările proxy:

1. Navigați la **Opțiuni internet > Conexiuni > Setări LAN**.
2. Bifați caseta **Utilizați serverul proxy pentru LAN**.
3. Faceți clic pe **Opțiuni complexe**.
4. Introduceți **agent.mydiabetesdata.com** în caseta Excepții.
5. Faceți clic pe **OK**.



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 SUA
+ 1.858.200.0200
dexcom.com

În afara SUA: contactați reprezentantul local al Dexcom.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovra, Germania

Importator UE
Dexcom International Limited (DIL)
Šeimyniškių g. 19 B
LT-09236 Vilnius
Lituania

Deținătorul numărului de înregistrare, Israel
I.L. Emergo Israel
9 Andrei Sakharov St.
Matam, P.O.B. 15401
Haifa 3190501 Israel
Telefon: 02-6731634
Număr de înregistrare AMAR, Israel
24820094

Sponsor australian
AA-Med Pty Ltd
Suite 10.04, 1 Chandos Street
St Leonards NSW 2065
Australia



MDSS-UK RP LIMITED
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester
M14 5TP
Regatul Unit










Reprezentantul autorizat elvețian
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Elveția

Importator elvețian
Dexcom International Limited, Nicosia,
Zweigniederlassung Horw
Allmendstrasse 18
6048 Horw
Elveția

Simboluri

Aceste simboluri vă comunică despre utilizarea adecvată și în siguranță a Dexcom Clarity.

Producător	
Indică faptul că articolul este un dispozitiv medical.	
Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană	
Persoană responsabilă în Regatul Unit	
Reprezentant autorizat elvețian	
Marcaj de conformitate CE	
Marcaj de conformitate Regatul Unit	

©2016-2024 Dexcom, Inc.
LBL-1000596 Rev 005, 2024/02

Dexcom și Dexcom Clarity sunt mărci comerciale înregistrate ale Dexcom, Inc. în Statele Unite și posibil în alte țări.